

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–00112

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ (SPECT) γ-CAMERA

03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 1η
Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

1. Να τροποποιηθούν οι παρακάτω παράγραφοι :

(14) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 6. της Προσθήκης Ι, σε «Η κατά NEMA Ολοκληρωτική Ομοιογένεια (Integral Uniformity, στο χρήσιμο πεδίο (UFOV) κάθε ανιχνευτή να είναι $\leq 3.7\%$ ».

(15) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 8. της Προσθήκης Ι, σε «Η κατά NEMA Απόλυτη Ενδογενής Γραμμικότητα (Absolute Linearity) στο χρήσιμο πεδίο (UFOV) κάθε ανιχνευτή να είναι $\leq 0,7 \text{ mm}$ ».

(5.1.7) Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 <<Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας –Απαιτήσεις>> ή /και ENISO 13485 << Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα>>.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-00112
ΕΚΔΟΣΗ 1^η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2^η

ΣΥΝΤΑΞΗ

Σχης (ΥΟ) Αικατερίνη Μίχου

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ