

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ - Α - 00178

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Ο Πίνακας με Α/Α: 146 “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ-99m” της Προσθήκης Ι αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
146	Γεννήτρια έκλουσης τεχνητίου-99m CPV: 33696500-0	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ-99m 1. Η γεννήτρια θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (θωράκιση, φιαλίδια έκλουσης και φυσιολογικού ορού, κλπ.) για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της. 2. Η γεννήτρια κατά την πρώτη προσφορά της θα συνοδεύεται από θωρακισμένα δοχεία φύλαξης, ένα φιαλίδιο για την έκλουση και προαιρετικά ένα φιαλίδιο για τα ραδιοφάρμακα, τα οποία θα χορηγηθούν εφάπαξ από την προμηθεύτρια εταιρεία. 3. Θα επιδειχθεί από τον αντιπρόσωπο κάθε γεννήτριας όλη η διαδικασία τοποθέτησης, θωράκισης, λειτουργίας και έκλουσης κάθε γεννήτριας. 4. Θα προηγείται η παραγγελία των γεννητριών σε χρονικό διάστημα 10 - 15 ημερών πριν την παράδοση. 5. Η πρώτη ημέρα παράδοσης της γεννήτριας Tc-99m θα είναι κάθε εβδομάδα η Πέμπτη. 6. Η απόδοση της γεννήτριας Tc-99m την πρώτη ημέρα παράδοσης θα πρέπει να είναι >25,9 MBq (700mCi) και θα επισυνάπτεται πίνακας με την ημερήσια απόδοση της γεννήτριας. 7. Η εταιρεία της προσφερόμενης γεννήτριας θα παρέχει δωρεάν τουλάχιστον 7 φιαλίδια έκλουσης, με χωρητικότητα έκλουσης τουλάχιστον 5 ml. 8. Η εταιρεία της προσφερόμενης γεννήτριας θα παρέχει δωρεάν τουλάχιστον 7 φιαλίδια φυσιολογικού ορού ή ασκό διαλύματος έκλουσης τουλάχιστον 100 ml. 9. Η εταιρεία της προσφερόμενης γεννήτριας θα παρέχει δωρεάν επιπλέον εξωτερική θωράκιση της γεννήτριας από κατάλληλο υλικό και πάχος, ώστε ο ρυθμός στην επιφάνεια να μην ξεπερνά τα 10 $\mu\text{Sv/h}$.

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ - Α - 00178

ΕΚΔΟΣΗ 2η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ασχος (ΥΙ) Δημήτριος Καραντάνης

ΕΛΕΓΧΟΣ: Σμχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Λάγιος

ΘΕΩΡΗΣΗ: Ταξχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11/10/2024