

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α –00316

ΕΚΔΟΣΗ 2^η

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
4.1 Ορισμός Υλικού	4
4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά	4
4.3 Συσκευασία	4
4.4 Επισήμανση	5
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	6
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	6
5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	6
6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	8
8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	8
ΠΡΟΣΘΗΚΗ I – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ	9-39
ΠΡΟΣΘΗΚΗ II– ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	40-41
ΠΡΟΣΘΗΚΗ III – ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	42
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	43

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας υλικών Οφθαλμολογίας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2 Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-8-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

2.3 Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμό Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/Β΄ Τεύχος/6-8-07) «Καθορισμός Κόστους Παροχής Υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των Χημικών Εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων».

2.4 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02-10-2009): «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.5 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-2004): «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

2.6 Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.Β΄ 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

2.7 Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β΄ 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

2.8 Πρότυπο ISO 9001:GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.9 Πρότυπο ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.10 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Τα αναλώσιμα υλικά Οφθαλμολογίας ανήκουν στην κλάση 6515 «Ιατρικά και Χειρουργικά Όργανα, Εξοπλισμός και Υλικά» κατά NATO ACod-2/3.

3.2 Τα CPV των υλικών αναγράφονται στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι».

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αφορά υλικά Οφθαλμολογίας, τα οποία κατονομάζονται στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι».

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη και να συμφωνούν με τις βασικές απαιτήσεις της υπ' αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4.2.2 Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι».

4.2.3 Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούμενων υλικών που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας, είναι γενικές των ομοειδών υλικών.

4.2.4 Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε ομοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως μέγεθος, διαστάσεις, κ.λπ. προσδιορίζονται για κάθε ζητούμενο από την Υπηρεσία υλικό, στην ονομασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4.2.5 Τα προσφερόμενα υλικά από τους προμηθευτές πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα, ακόμα και αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα παρελκόμενα - εξαρτήματα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τα απαραίτητα παρελκόμενα - εξαρτήματα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και με ξεχωριστή τιμή.

4.3 Συσσκευασία

4.3.1 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες [ατομική (τεμαχίου), εμπορική (κουτί) και μεταφοράς (κούτες)], με τις οποίες διατίθενται στο εμπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE) που διαθέτει το κάθε υλικό.

4.3.2 Τα υλικά της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λπ.) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

4.3.3 Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωμένα μιας χρήσης» πρέπει να είναι αποστειρωμένα, σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από χτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωμένα υλικά μιας χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνα με την Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.Β' 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης και με την Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β' 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

4.4 Επισήμανση

4.4.1 Υλικού ή/και Πρωτογενούς Συσκευασίας

4.4.1.1 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήμανση των υλικών με το διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συμφωνία του υλικού με τις βασικές απαιτήσεις της υπ' αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

4.4.1.2 Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του παραρτήματος Ι της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β'02-10-2009). Αυτές περιλαμβάνουν τις:

4.4.1.2.1 Πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη «αποστειρωμένο», μέθοδος αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή «LOT», ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.).

4.4.1.2.2 Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα).

4.4.2 Συσκευασίας Μεταφοράς

Το υπό προμήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προμήθειας δηλαδή:

4.4.2.1 Αριθμό ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη.

4.4.2.2 Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη.

4.4.2.3 Στοιχεία προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).

4.4.2.4 Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία)

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1 Τεχνική προσφορά, με πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού μαζί με πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κλπ.

5.1.2 Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

5.1.3 Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

5.1.4 Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 1348 (ΦΕΚ 32/Β'/16.01.2004).

5.1.5 Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί των προϊόντων.

5.1.6 Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους.

5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

5.2.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Για την αξιολόγηση αυτή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του επαρκή ποσότητα δείγματος - αντιδείγματος (τουλάχιστον 2) του προσφερόμενου υλικού για αξιολόγηση. Τα είδη που κατά την αξιολόγησή τους αποβάλλουν την αρχική τους ιδιότητα και θα καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση (εφ' όσον η μεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει), βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.2.2 Τα είδη τα οποία λόγω φυσικών (βάρος, όγκος) ή οικονομικών παραμέτρων (υψηλή αξία) δε μπορούν να προσκομισθούν θα αξιολογούνται βάσει των στοιχείων της παραγράφου 5.1.1.

5.2.3 Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγματος για οποιοδήποτε υλικό.

5.2.4 Μακροσκοπικός – έλεγχος

Ο μακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής με βάση τη δειγματοληψία που θα διενεργηθεί (τουλάχιστον 1% ανά παρτίδα υλικού και με μέγιστη ποσότητα δειγμάτων 100 τεμάχια). Αποσκοπεί στη διαπίστωση της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς πληρότητας, εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης ξένων σωμάτων, ελαττωματικής συσκευασίας, καθώς και της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

5.2.5 Εργαστηριακός Έλεγχος

Εφόσον κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών διαπιστωθούν αποκλίσεις, και το υλικό κριθεί κατάλληλο για χρήση ή μετά από αίτημα του προμηθευτή (λόγω κρίσεως του

υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αποστείλει ποσότητα δειγμάτων του υλικού στους αρμόδιους φορείς που αναγράφονται στο ΦΕΚ 1401/Β' Τεύχος/6-8-07/ΕΟΦ ή σε έτερα αρμόδια εργαστήρια (εάν οι φορείς του προαναφερόμενου ΦΕΚ δε διενεργούν τις απαιτούμενες αναλύσεις), για εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτή βάσει του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α' /08-8-2016), άρθρο 208.

5.2.6 Απόρριψη παρτίδας

Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα απορριφθέντα.

5.2.7 Ενεργοποίηση αναφορών υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει σημεία μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 Η διάρκεια ζωής (από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης) των υπό προμήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 36 μήνες. Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγμένα η απαιτούμενη δεν μπορεί να τηρηθεί. Τα προϊόντα που θα προσκομισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής και αποστείρωσης ίση ή μεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου.

6.2 Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της μονάδας που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά, θα συνοδεύονται δε από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 5.1.

6.3 Ο χρόνος προσκομίσεως και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη Διακήρυξη, στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

6.4 Κατά την παράδοση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει φύλλο στοιχείων ληξιπρόθεσμων υλικών (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη ΙΙΙ).

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

7.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων» (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη ΙΙ).

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

Προσφορά χωρίς έντυπο συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.

7.2 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού REACH.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού **(ΕΚ) 1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)** της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για όσα υλικά απαιτείται). Η υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομισθούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

7.3 Τα έγγραφα της παραγράφου 5.1.

7.4 Κατάλογο των κατατιθέμενων εγγράφων / δικαιολογητικών.

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι

1.ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	Σετ διασωλήνωσης για θεραπεία στένωσης δακρυϊκών σημείων (bicanalicular) και οριζόντια απόφραξη δακρυϊκού πόρου. CPV: 33122000-1	Να είναι από ιατρική σιλικόνη, να διαθέτει πτερύγια στα άκρα για σταθερότητα του δακρυϊκού σάκου, να φέρει άκαμπτους οδηγούς για ευκολία στη χρήση. Το σετ να περιλαμβάνει stent με αναλώσιμο εισαγωγέα. Να διατίθεται σε μήκος 25, 30, 35 mm με διάμετρο σωληνίσκου 0.64 mm.
2.	Σωληνάκια σιλικόνης καθετηριασμού δακρυϊκών σημείων, τύπου mini monoka CPV: 33140000-3	Σωληνάκι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη, διαμέτρου 0.64mm, το οποίο στην άκρη του φέρει πώμα διαμέτρου 2mm.
3.	Σωληνάρια σιλικόνης CPV: 33140000-3	Σωληνάρια σιλικόνης για διασωλήνωση δακρυϊκών σωληναρίων με μεταλλικούς καθετήρες τύπου Crawford
4.	Σωληνάκια σιλικόνης με σύστημα μονοκαναλικής ρινοδακρυϊκής διασωλήνωσης CPV: 33140000-3	Αυτοδιατηρούμενο σύστημα μονοκαναλικής ρινοδακρυϊκής διασωλήνωσης για δακρύρροια, για συγγενή ρινοδακρυϊκή απόφραξη και τραυματισμό των καναλιών. Σε ενθέτη μιας χρήσης, με το σωληνάκι προφωρτομένο σε μεταλλικό οδηγό. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.
5.	Εμφυτεύματα οφθαλμικού κόγχου, για εξόρυξη και εκκένωση, από βιοκεραμικό υλικό (αλουμίνιο) βιοσυμβατό, βιοαδρανές, μη τοξικό και μη αλλεργιογόνο. CPV: 33140000-3	Με έγκριση από τον FDA. Διαθέσιμο σε διάφορες διαμέτρους από 12 έως 22mm.
6.	Εμφυτεύματα οφθαλμικού κόγχου, για εξόρυξη και εκκένωση, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας βιοσυμβατό, βιοαδρανές, μη τοξικό και μη αλλεργιογόνο. CPV: 33140000-3	Με έγκριση από τον FDA. Διαθέσιμο σε διάφορες διαμέτρους από 12 έως 22mm.
7.	Εμφυτεύματα οφθαλμικού κόγχου, για εξόρυξη και εκκένωση, από υδροξυαπατίτη βιοσυμβατό, βιοαδρανές, μη τοξικό και μη αλλεργιογόνο. CPV: 33140000-3	Με έγκριση από τον FDA. Διαθέσιμο σε διάφορες διαμέτρους από 12 έως 22mm.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
8.	Εμφυτεύματα Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με πρωτοποριακή πλατφόρμα ραμμάτων. CPV: 33140000-3	Εμφυτεύματα Πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με πρωτοποριακή πλατφόρμα ραμμάτων. Διάμετρος 18 mm. Σε αποστειρωμένη συσκευασία.
9.	Βαρίδια πλατίνας κατάλληλα για τη θεραπεία παράλυσης κυκλοτερούς μυός άνω βλεφάρου (λαγόφθαλμος), για άτομα με ευαισθησία στο χρυσό CPV: 33140000-3	Πάχους 0.6mm, πλάτους 5mm και βάρους 0.6-1.8 gr
10	Βαρίδια χρυσού κατάλληλα για τη θεραπεία παράλυσης κυκλοτερούς μυός άνω βλεφάρου (λαγόφθαλμος) 1mm CPV: 33140000-3	Πάχους 1mm, πλάτους 5mm και βάρους 0.6-1.8 gr
11	Βαρίδια χρυσού κατάλληλα για τη θεραπεία παράλυσης κυκλοτερούς μυός άνω βλεφάρου (λαγόφθαλμος) 0,6mm CPV: 33140000-3	Πάχους 0.6mm και βάρους 0.6-1.6 gr (thin profile)
12	Πώματα δακρυϊκών σημείων από σιλικόνη (plugs) (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Πώματα από σιλικόνη για ξηροφθαλμία, προφορτισμένα, αποστειρωμένα, με στυλεό, σε συσκευασία 1 ή 2 τμχ., σε μεγέθη 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9mm (που θα ορίζει η διακήρυξη).
13	Πώματα για απόφραξη δακρυϊκών σημείων από σιλικόνη, με αυλό (flow controller), προφορτωμένα, με στυλεό (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Πώματα από σιλικόνη για απόφραξη δακρυϊκών σημείων με αυλό (flow controller), προφορτωμένα, αποστειρωμένα, με στυλεό, σε συσκευασία ενός ή δύο τμχ., σε μέγεθος (που θα ορίζει η διακήρυξη): • 0.9mm με διάμετρο οπής 0.4mm • 0.8mm με διάμετρο οπής 0.3mm • 0.7mm με διάμετρο οπής 0.3mm • 0.6mm με διάμετρο οπής 0.3mm • 0.5mm με διάμετρο οπής 0.3mm
14	Πώματα για απόφραξη δακρυϊκών σημείων, μόνιμα, από σιλικόνη (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη)	Διαμέτρου 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm (θα ορίζεται στη διακήρυξη)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
15	Πώματα δακρυϊκών σημείων από κολλαγόνο (plugs) με οδηγό 23G. (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Πώματα από κολλαγόνο για εκούσια απόφραξη δακρυϊκών σημείων. Διαμέτρου 0.3/0.4/0.5/0.6mm με οδηγό 23G.
16	Πώματα δακρυϊκών σημείων από κολλαγόνο (plugs) με οδηγό 19G. (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Πώματα από κολλαγόνο για εκούσια απόφραξη δακρυϊκών σημείων. Διαμέτρου 0.3/0.4/0.5/0.6mm με οδηγό 19G
17	Πώματα απόφραξης δακρυϊκών σημείων, προσωρινά, από κολλαγόνο (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Διαμέτρου 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm (θα ορίζεται στη διακήρυξη)
18	Καθετήρας δακρυϊκού πόρου ενηλίκων CPV: 33140000-3	Δύο (2) εύκαμπτα μεταλλικά probes που ενώνονται με tubes σιλικόνης Διάμετρος probes: 21G, 0.80 mm, 80 mm μήκος. Διάμετρος tubes: 0.64mm x 260mm μήκος.
19	Καθετήρας δακρυϊκού πόρου παιδών CPV: 33140000-3	Δύο (2) εύκαμπτα μεταλλικά probes που ενώνονται με tubes σιλικόνης Διάμετρος probes: 22G, 0.70mm, 55mm μήκος. Διάμετρος tubes: 0.64mm x 300mm μήκος.
20	Κάνουλα πλύσης δακρυϊκού πόρου, 26G CPV: 33140000-3	26G, μιας χρήσεως, 0.45mm x 30mm (26Gx 1 ¼ in)
21	Κάνουλα πλύσης δακρυϊκού πόρου, 25G CPV: 33140000-3	25G, μιας χρήσεως 0.50mm x 25mm (25Gx 1in)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
22	Κάνουλα πλύσης δακρυϊκού πόρου, 21G CPV: 33140000-3	21G, μιας χρήσεως 0.80mm x 25mm (21Gx 1in)
23	Ενθέτης mini μονοκα CPV: 33140000-3	Με ανασυρόμενη ακίδα στην μια άκρη και διαστολέα δακρυϊκών σημείων στην άλλη.
24	Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, ευθείες (Το ζητούμενο μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη) CPV: 33140000-3	α. Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, 23G β. Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, 25G γ. Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, 27G δ. Να είναι ευθείες, ανοξείδωτες και υψηλής ποιότητας κατασκευής.
25	Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, με κλίση (Το ζητούμενο μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη) CPV: 33140000-3	α. Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, 23G β. Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, 25G γ. Κάνουλες καθετηριασμού δακρυϊκών οδών, 27G δ. Να είναι με κλίση, ανοξείδωτες και υψηλής ποιότητας κατασκευής.
26	Διαθερμίες συμβατές με τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό του εκάστοτε Νοσοκομείου CPV: 33100000-1	Διαθερμίες μιας χρήσης για οφθαλμολογική χρήση, συμβατές με τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό του εκάστοτε Νοσοκομείου
27	Οφθαλμολογικός θερμοκαυτήρας χαμηλής θερμοκρασίας με λεπτό άκρο CPV: 33100000-1	Στειλός καυτηριασμού μιας χρήσης (διαθερμία), αποστειρωμένος, χαμηλής θερμοκρασίας (612 βαθμούς κελσίου) με εργονομικό σχήμα, με shaft άκρη in. Fine tip, λειτουργία με μπαταρία
28	Οφθαλμολογικός θερμοκαυτήρας υψηλής θερμοκρασίας με λεπτό άκρο CPV: 33100000-1	Στειλός καυτηριασμού μιας χρήσης (διαθερμία), αποστειρωμένος, υψηλής θερμοκρασίας (1205 βαθμούς κελσίου) με εργονομικό σχήμα, με shaft άκρη 1/2 in. Fine tip. Λειτουργία με μπαταρία
29	Βελόνες διπλές συνδεδεμένες με σωληνάκι σιλικόνης	Βελόνες διπλές συνδεδεμένες με σωληνάκι σιλικόνης για καθετηριασμό δακρυϊκών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	για καθετηριασμό δακρυϊκών οδών σε παιδιά CPV: 33141320-9	οδών σε παιδιά, 23G
30	Βελόνες διπλές συνδεδεμένες με σωληνάρια σιλικόνης για χρήση σε ασκορινοστομία CPV: 33141320-9	Για χρήση σε ασκορινοστομία
31	Διαμορφωτές κοιλωμάτων επιπεφυκότα από PMMA, διαμέτρου 20mm, 22mm, 25mm (Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη) CPV: 33141320-9	Από PMMA
32	Διαμορφωτές κοιλωμάτων επιπεφυκότα από polyamide 12, διαμέτρου 20mm, 23mm, 26mm (Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη) CPV: 33141320-9	Από polyamide 12
33	Διαμορφωτές κοιλωμάτων επιπεφυκότα διαμέτρου 20 mm CPV: 33140000-9	Διαμορφωτές κοιλωμάτων επιπεφυκότα διαμέτρου 20 mm (Perforated conformers)
34	Ενθέματα σιλικόνης εξόρυξης, διαμέτρου 12 mm, 15mm, 18mm, 20mm (Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Ενθέματα σιλικόνης εξόρυξης, διαμέτρου 12mm, 15mm, 18mm, 20mm (Το μέγεθος θα ορίζεται στη διακήρυξη)
35	Προθέσεις Ενθέματα/σφαίρες σιλικόνης εξόρυξης, διαμέτρου από 12 mm έως 22 mm CPV: 33140000-3	Προθέσεις Ενθέματα/σφαίρες σιλικόνης εξόρυξης, διαμέτρου από 12 mm έως 22 mm διαφόρων τύπων
36	Ταινίες ανάρτησης βλεφάρου από μετωπιαίο μυ CPV: 33140000-3	Ταινίες ανάρτησης βλεφάρου από μετωπιαίο μυ
37	Ειδική βελόνη που συνοδεύεται απο ράμμα	Ειδική βελόνη που συνοδεύεται από ράμμα σιλικόνης για ασθενείς με

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	σιλικόνης. CPV: 33140000-3	πτώση βλεφάρου για ανάρτηση του μέχρι 3 mm.

2.ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΛΟΥ**(ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Αέριο SF6 σε φιαλίδιο CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό αέριο SF6 αναμεμιγμένο με άζωτο σε ποσοστά 20% - 80% αντιστοίχως. Σε αποστειρωμένη μεταλλική συσκευασία των 50 ml. Συνοδεύεται από αποστειρωμένο σετ το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο, στρόφιγγα τριών δρόμων, σύριγγα 60 cc, βελόνες 27g και 30g.
2.	Αέριο επιπωματισμού SF6 CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό αέριο SF6, καθαρό χωρίς προσμίξεις, σε αποστειρωμένη μεταλλική φιάλη των 50 ml. Συνοδεύεται από αποστειρωμένο σετ το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο, στρόφιγγα τριών δρόμων, σύριγγα 60 cc, βελόνες 27g και 30g
3.	Αέριο επιπωματισμού C3F8 CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό αέριο C3F8, καθαρό χωρίς προσμίξεις, σε αποστειρωμένη μεταλλική συσκευασία των 50 ml, Συνοδεύεται από αποστειρωμένο σετ το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο, στρόφιγγα τριών δρόμων, σύριγγα 60 cc, βελόνες 27g και 30g.
4.	Αέριο επιπωματισμού C3F8 σε φιαλίδιο CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό αέριο C3F8 αναμεμιγμένο με άζωτο σε ποσοστά 12% - 88% αντιστοίχως. Σε αποστειρωμένη μεταλλική συσκευασία των 50 ml. Συνοδεύεται από αποστειρωμένο σετ το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο, στρόφιγγα τριών δρόμων, σύριγγα 60 cc, βελόνες 27g και 30g.
5.	Αναλώσιμο σετ για ψαλίδι αέρος CPV: 33140000-3	Συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου
6.	Αναλώσιμο σετ για στυλεό Fragmatome που χρησιμοποιείται για ενδοφακοθρυψία	Μαχαιρίδιο (tip) υαλοειδεκτομής μιας χρήσης 23g για στυλεό φακοθρυψίας οπισθίου ημιμορίου συμβατό με το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV:33140000-3	
7.	Βελόνα για fragmatome, 20G CPV: 33140000-3	Μαχαιρίδιο (tip) υαλοειδεκτομής μιας χρήσης 20g για στυλεό φακοθρυψίας οπισθίου ημιμορίου
8.	Βελόνα για fragmatome, 23G CPV: 33140000-3	Βελόνα φραγμοτομής 23G, συμβατή με τη συσκευή υαλοειδεκτομής του εκάστοτε νοσοκομείου
9.	Βελόνα για fragmatome, 25G CPV: 33140000-3	Βελόνα φραγμοτομής 25G, συμβατή με τη συσκευή υαλοειδεκτομής του εκάστοτε νοσοκομείου
10.	Βελόνα τύπου UNIVERSAL με άκρο σιλικόνης, CPV: 33140000-3	Για παθητική και ενεργητική αναρρόφηση 20G, 23G
11.	Βελόνα υαλοειδεκτομής απλή CPV: 33122000-1	Βελόνα υαλοειδεκτομής, πολλαπλών χρήσεων, 20G ή 23G βιδωτή, με μήκος κορμού έως 34mm, για χρήση με στυλεό Charles (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
12.	Βελόνα αμφιβληστροειδούς, 41G	Υποαμφιβληστροειδική κάνουλα ένθεσης 25G, ευθεία τύπου DE JUAN/AWH με

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	άκρο 41G 10mm, μιας χρήσης
13.	Βελόνα υποαμφιβληστροειδικής έγχυσης CPV: 33140000-3	Οξεία, τύπου Lambert 20G ή 23G (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
14.	Βελόνες 30G CPV: 33140000-3	Για ενδοϋαλοειδική έγχυση φαρμάκων
15.	Βελόνα αφαίρεσης σιλικόνης CPV: 33140000-3	Να δύναται να εισέλθει από τροκάρ 23G
16.	Βελόνη αμφιβληστροειδούς Τύπου Grizzard CPV: 33140000-3	Τύπου Grizzard, 20G ή 23G (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
17.	Βελόνη ανύψωσης προαμφιβληστροειδικών μεμβρανών CPV: 33140000-3	0.90x25mm (20Gx1in) (Pich microneedle)
18.	Βελόνη υποτενονείου αναισθησίας, CPV: 33140000-3	Βελόνη υποτενονείου αναισθησίας 20G [0.9 x 25mm (20G x 1in)] ή 19G [1.10 x 25mm (19G x 1in)] με πλακέ άκρο

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
19.	Βελόνες αναρρόφησης CPV: 33141320-9	Βελόνες αναρρόφησης, 19 G
20.	Διαθερμίες μονοπολικές CPV: 33140000-3	Μονοπολικές, για καυτηριασμό σκληρικών αγγείων
21.	Διαθερμίες διπολικές CPV 33122000-1	Διπολικές διαθερμίες, για καυτηριασμό σκληρικών αγγείων, μεταλλικές, πολλαπλών χρήσεων με σύνδεση τύπου Lemos 25g
22.	Στυλεός διαθερμίας CPV: 33140000-3	Σκληρικό στυλό διαθερμίας τύπου Lemo μίας χρήσης
23.	Έγχυση διατήρησης προσθίου θαλάμου, 20G CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, αποστειρωμένη, 90x3.5 mm (20G x9/64in), συνδεδεμένη με εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης.
24.	Διατηρητές προσθίου θαλάμου, 23G CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, 23G, με σωληνάκι και αντάπτορα
25.	Ενδοδιαθερμία (στυλεός), απλή CPV: 33140000-3	Ενδοδιαθερμία (στυλεός), 23G ή 25 G, απλή με κωνικό άκρο (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη), με σύνδεση τύπου Lemos

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
26.	Ενδοδιαθερμία (στυλεός), με αναρρόφηση CPV: 33140000-3	Με αναρρόφηση 23G ή 25G
27.	Ενδοδιαθερμία, 20G, απλή CPV: 33140000-3	Ενδοδιαθερμία 20G, απλή με κωνικό άκρο
28.	Ενδοδιαθερμία με ενδοφωτισμό CPV: 33140000-3	Με δυνατότητα παθητικής και ενεργητικής αναρρόφησης
29.	Οπτικές ίνες ενδοφωτισμού CPV: 33140000-3	Απλές, 20G ή 23G ή 25G, για όλες τις εξωτερικές πηγές φωτισμού του μηχανήματος υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
30.	Οπτική ίνα ενδοφωτισμού βιτρεκτομής, CPV: 33140000-3	Εστιακού φωτισμού, 20G για μηχανήμα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου
31.	Οπτικές ίνες ενδοφωτισμού ευρέως πεδίου, 23G CPV: 33140000-3	Ευρέως πεδίου, τύπου bullet, 23G ή 25G, για όλες τις εξωτερικές πηγές φωτισμού του μηχανήματος υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου,
32.	Οπτική ίνα ενδοφωτισμού ευθεία, 20G	Τύπου bullet, με διάχυτο φωτισμό, για μηχανήμα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
33.	Οπτικές ίνες ενδοφωτισμού, διασκληρικές τύπου chandelier CPV: 33140000-3	Διασκληρικές, τύπου chandelier, 23G ή 25G ή 27G, για όλες τις εξωτερικές πηγές φωτισμού του μηχανήματος υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου. (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
34.	Οπτική ίνα, ενδοφωτισμού, διασκληρική, διπλή, 29G CPV: 33140000-3	Ενδοφωτισμός τύπου chandelier oshima, με διπλή έξοδο φωτός, 29g, με ενσωματωμένο τροκάρ, προσαρμοζόμενο ύψος ίνας, σχεδιασμένο για αποφυγή των σκιάσεων. Μιας χρήσης
35.	Οπτικές ίνες ενδοφωτισμού, διασκληρικές, τύπου torpedo χωρίς χρήση τροκάρ CPV: 33140000-3	Διασκληρικές, τύπου torpedo, χωρίς χρήση τροκάρ, 25G, για όλες τις εξωτερικές πηγές φωτισμού του μηχανήματος υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου
36.	Οπτικές ίνες με σύστημα αυτόνομης στήριξης που δεν απαιτεί trocar. CPV: 33140000-3	Οπτικές ίνες, τύπου AWH CHANDELLER, 25G, με σύστημα αυτόνομης στήριξης που δεν απαιτεί trocar, για όλες τις εξωτερικές πηγές φωτισμού του μηχανήματος υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου
37.	Στειλός αναρρόφησης με σύγχρονη ενδοδιαθερμία CPV: 33140000-3	Στειλός αναρρόφησης για ενεργητική και παθητική αναρρόφηση με σύγχρονη ενδοδιαθερμία, 20G
38.	Στειλός πρόσθιου υαλοειδοτόμου για μηχανήμα φακοθρυψίας με περισταλτική	Στειλός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μια χρήσης, τύπου γκιλοτίνας και πνευματικής οδήγησης, 23G με δυνατότητα τουλάχιστον 5.000 κοπών το λεπτό. Με αποσπώμενο

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	αντλία CPV: 33140000-3	ακροφύσιο έγχυσης, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητης έγχυσης. Ο στείλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανήμα φακοθρυψίας, το οποίο μέσω συμπίεσης και αποσυμπίεσης του BSS να επιτυγχάνεται η ρύθμιση και ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης
39.	Στείλεός υαλοειδεκτομής 23g CPV: 33140000-3	Στείλεός υαλοειδεκτομής 23g, μίας χρήσης, για μηχανήμα με αντλία Venturi
40.	Σκληρική έγχυση CPV: 33140000-3	Ενισχυμένη για έγχυση σιλικόνης, με άκρο 4mm.
41.	Επέκταση σκληρικής έγχυσης υψηλής πίεσης CPV: 33140000-3	Superflex για χρήση με σιλικόνη
42.	Επέκταση σκληρικής έγχυσης με απλή σκληρική κάνουλα CPV: 33140000-3	Υψηλής πίεσης Superflex για χρήση με σιλικόνη, με απλή σκληρική κάνουλα
43.	Εργαλείο αιμόστασης αμφιβληστροειδή CPV: 33140000-3	Με στρογγυλό άκρο σιλικόνης, μίας χρήσης
44.	Εύκαμπτο tip αναρρόφησης	0.90 mm (20 G), με άκρο σιλικόνης που προέχει 6mm. (συνολικό μήκος: 34mm)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
45.	Ιξωδοελαστικό CPV: 33140000-3	Ιξωδοελαστικό διάλυμα μεθυλσελουλόζης 2%, σε σύριγγα 2ml, λεπτόρρευστο για διαβροχή κερατοειδή.
46.	Κάνουλα αναρρόφησης CPV: 33140000-3	Τύπου Reyman, 16G X 3/8 in (1.6 X 9mm)
47.	Κάνουλα απλή CPV: 33140000-3	Για στυλεό τύπου Charles, μιας χρήσης, 20 G ή 23 G (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
48.	Κάνουλα απλή, 23G, με στειλεό CPV: 33140000-3	Για στειλεό τύπου Charles, μιας χρήσης. Να προσφέρεται μαζί με τον στειλεό.
49.	Κάνουλα διπλής εισόδου, πολλαπλών χρήσεων CPV: 33140000-3	Για χρήση με βαρύ υγρό (ανταλλαγή)
50.	Κάνουλα διπλής εισόδου, μιας χρήσης CPV: 33140000-3	Για χρήση με βαρύ υγρό (ανταλλαγή)
51.	Κάνουλα έγχυσης μεταλλική για	4mm- 6mm (το μέγεθος καθορίζεται από την διακήρυξη)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	υαλοειδεκτομή CPV: 33140000-3	
52.	Κάνουλα έγχυσης σιλικόνης κατά την υαλοειδεκτομή CPV: 33140000-3	4 mm- 6mm (το μέγεθος καθορίζεται από την διακήρυξη)
53.	Κάνουλα υαλοειδεκτομής τύπου BLACK-FLASH CPV: 33140000-3	Με άκρο σιλικόνης μεταβλητού μήκους, 20G ή 23G μεταβλητού μήκους τύπου SYNERGETICS,
54.	Κάνουλα υαλοειδεκτομής τύπου BACK-FLASH, με άκρο σιλικόνης μεταβλητού μήκους τύπου SYNERGETICS, 25G CPV: 33140000-3	Στειλέος Backflush 25G, παθητικής και ενεργητικής αναρρόφησης και άκρο σιλικόνης με φούσκα ενεργοποίησης για παθητική αναρρόφηση, μιας χρήσης
55.	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 23G για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23g μιας χρήσεως. Με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 ml, αδιαζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες βαλβίδες, ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης και υαλοειδοφάγο. Με σύστημα διατήρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού στατό.
56.	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 23G 15000	Πλήρης κασέτα υαλοειδεκτομής 23g, με σύστημα AFI, κλειστού τύπου για Venturi

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	κοπών για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	αντλία, με δοχείο συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, περιλαμβάνονται: υαλοειδοφάγος διπλής γκιλοτίνας 15.000 κοπών, κάλυμμα τραπεζιδίου, οθόνης και τηλεχειριστηρίου μηχανήματος, γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σετ τροκάρ τιτανίου με βαλβίδες και ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου
57.	Κασέτα υαλοειδεκτομής, 25G κατάλληλη για αντλία περισταλτική και Venturi CPV: 33140000-3	Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 G συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξόμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανές κάλυμμα οθόνης.
58.	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 25G 15000 κοπών για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Πλήρης κασέτα υαλοειδεκτομής 25G με σύστημα AFI κλειστού τύπου για Venturi αντλία, με δοχείο συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, περιλαμβάνονται: υαλοειδοφάγος διπλής γκιλοτίνας 15.000 κοπών, κάλυμμα τραπεζιδίου, οθόνης και τηλεχειριστηρίου μηχανήματος, γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σετ τροκάρ τιτανίου με βαλβίδες και ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου
59.	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 25G 15000 κοπών για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Πλήρης κασέτα υαλοειδεκτομής 25G με σύστημα AFI κλειστού τύπου για Venturi αντλία, με δοχείο συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, περιλαμβάνονται: υαλοειδοφάγος διπλής γκιλοτίνας 15.000 κοπών, κάλυμμα τραπεζιδίου, οθόνης και τηλεχειριστηρίου μηχανήματος, γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σετ τροκάρ τιτανίου με βαλβίδες και ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου
60.	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 25G κατάλληλη για αντλία περισταλτική και	Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 G (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής) συμβατό με μηχανήμα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Venturi CPV: 33140000-3	του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Επίσης να περιέχει τουλάχιστον: κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού αδιάβροχο 140cm x 140 cm, οφθαλμολογικό πεδίο 165 cm x 255 cm με σακούλα συλλογής υγρών, δυο χειρουργικές ποδιές μίας χρήσεως, γάζες 5 τεμάχια 5 x 5 cm, συριγγα 3ML, 5ML, 60ML luer lock, γάντια νουμερο 6,5, 7 και 8, οφθαλμικό επίθεμα (eye pad). Όλα τα υλικά να βρίσκονται εντός του αποστειρωμένου χειρουργικού πακέτου και όχι να δίνονται μεμονωμένα.
61.	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 23G για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23G. Μίας χρήσεως, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης ή σακούλα. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες, μαχαιρίδιο MVR 20 G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης υαλοειδοφάγο, δύο sleeve έγχυσης, κλειδί για βελόνα φακοθρυψίας και θάλαμο δοκιμών. Με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.
62.	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής 23G 15000 κοπών για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Πλήρης κασέτα συνδυασμένης επέμβασης (καταρράκτη και υαλοειδεκτομής) 23G με σύστημα AFI, κλειστού τύπου για Venturi αντλία, με δοχείο συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, περιλαμβάνονται: υαλοειδοφάγος διπλής γκιλοτίνας 15.000 κοπών, κάλυμμα τραπεζιδίου, οθόνης και τηλεχειριστηρίου μηχανήματος, γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σετ τροκάρ τιτανίου με βαλβίδες και ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου
63.	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής,	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 25G. Μίας χρήσεως, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης ή σακούλα.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	25G για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης υαλοειδοφάγο, δύο sleeve έγχυσης, κλειδί για βελόνα φακοθρυψίας και θάλαμο δοκιμών. Με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.
64.	Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 25G 15000 κοπών για αντλία Venturi CPV: 33140000-3	Πλήρης κασέτα συνδυασμένης επέμβασης (καταρράκτη και υαλοειδεκτομής) 25G, με σύστημα AFI) κλειστού τύπου για Venturi αντλία, με δοχείο συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, περιλαμβάνονται: υαλοειδοφάγος διπλής γκιλοτίνας 15.000 κοπών, κάλυμμα τραπεζιδίου, οθόνης και τηλεχειριστηρίου μηχανήματος, γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, σετ τροκάρ τιτανίου με βαλβίδες και ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου
65.	Κερατοειδικοί μεγεθυντικοί φακοί υαλοειδεκτομής CPV: 33140000-3	Κερατοειδικοί μεγεθυντικοί φακοί υαλοειδεκτομής, μιας χρήσης, για χειρουργική ωχράς, οπτικό πεδίο 30ο τουλάχιστον.
66.	Λαβίδα αμφιβληστροειδούς, τύπου END GRASPING CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, 20G ή 23G ή 25G. Με άκρη τύπου endgrasping, , με άκρη οδοντωτή και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, με χρωματική κωδικοποίηση για τα G, με άκρο 2 αντικριστών σκελών. (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
67.	Λαβίδα αμφιβληστροειδούς τύπου ILM FORCEPS	Μιας χρήσης, 20G ή 23G ή 25G ενεργοποίηση κατά 360ο (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
68.	Λαβίδα υαλοειδούς αφαίρεσης ILM, CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, με στυλεό 2 αντικριστών σκελών 23G ή 25G (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
69.	Λαβίδα μεμβρανών αυξημένου πάχους CPV: 33140000-3	Λαβίδα για την αφαίρεση μεμβρανών αυξημένου πάχους 23G, με άκρα πυραμιδωτής σχεδίασης, με εργονομικό σχεδιασμό για περισσότερη άνεση και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνεται η προσέγγιση του αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία, μίας χρήσης
70.	Λαβίδα μεμβρανών serrated 23G ενεργοποίησης 360 μοιρών CPV: 33140000-3	Λαβίδα pinnacle με άκρο τύπου serrated 23% με εργονομικό σχεδιασμό για περισσότερη άνεση και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνεται η προσέγγιση του αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία, με χρωματική κωδικοποίηση για τα gauge, με αμβλύ οδοντωτό άκρο για αποφυγή θρυμματισμού ιστών, μίας χρήσης
71.	Λάμπες για έμμεσο οφθαλμοσκόπιο CPV: 33140000-3	Για το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο του εκάστοτε Νοσοκομείου (ανταλλακτικές)
72.	Λάμπες για ενδοφωτισμό CPV: 33140000-3	Λάμπες για ενδοφωτισμό μηχανήματος υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου (ανταλλακτικές), τύπου Xenon.
73.	Λάμπες για οφθαλμολογικό μικροσκόπιο	Για το μικροσκόπιο του εκάστοτε Νοσοκομείου (ανταλλακτικές)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
74.	Μόσχευμα σιλικόνης τύπου Band 40 CPV:33184100-4	Τύπου Band 40, με συνοδά στηρικτικά σωληνάκια σιλικόνης
75.	Μόσχευμα σιλικόνης CPV: 33184100-4	No 504, No 505, No 507 (το μέγεθος καθορίζεται από την διακήρυξη)
76.	Μόσχευμα σιλικόνης τύπου Tire 287 CPV: 33184100-4	Τύπου Tire 287
77.	Μοσχεύματα από συμπαγή σιλικόνη για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς CPV: 33184100-4	Τύπου mira 20 ή mira 190 ή mira 219 ή mira 220 ή mira 70 ή mira 72 (ο τύπος καθορίζεται από την διακήρυξη)
78.	Μόσχευμα αυλακωτής σκληρής σιλικόνης CPV: 33184100-4	πλάτος 7mm- ύψος 2mm- αύλακα 2,5mm, τύπου mira 276 (ο τύπος καθορίζεται από την διακήρυξη)
79.	Μόσχευμα σιλικόνης για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς	Τύπου mira 240 ή mira 270 ή mira 40

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33184100-4	
80.	Μοσχεύματα από συμπαγή κυκλοτερή σιλικόνη για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς CPV: 33184100-4	Τύπου mira 31 ή mira 32 ή mira 42 (ο τύπος καθορίζεται από την διακήρυξη)
81.	Ξέστρο μεμβρανών με σταθερό άκρο CPV: 33140000-3	Λαβίδα απόξεσης μεμβρανών 20g ή 25g, με επικάλυψη διαμαντιού τύπου Tano, με σταθερό άκρο, μίας χρήσης (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
82.	Ξέστρα αμφιβληστροειδούς με κινούμενο άκρο CPV: 33140000-3	Λαβίδα απόξεσης μεμβρανών 20g ή 25g, με επικάλυψη διαμαντιού τύπου Tano με κινούμενο προστατευμένο άκρο, μίας χρήσης (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
83.	Ξέστρα αμφιβληστροειδούς με προστατευόμενο άκρο τύπου SYNERGETICS CPV: 33140000-3	Ξέστρα αμφιβληστροειδούς με προστατευμένο άκρο, τύπου synergetics, 23 G
84.	Σακούλες περισυλλογής υγρών CPV: 33140000-3	Αποστειρωμένες, μίας χρήσης, για μηχανήμα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
85.	Σετ ένεσης υγρού υψηλού ιξώδους CPV: 33140000-3	Πακέτο ένεσης - εξαίρεσης ελαίου σιλικόνης για μηχανήμα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου, το οποίο περιλαμβάνει κάνουλες 23g και 25g, σύριγγα 10 ml και αντάπτορα σύνδεσης με όλα τα συστήματα υαλοειδεκτομής
86.	Στειλός ενδοδιαθερμίας για βιτρεκτομή, 20G CPV: 33140000-3	Για βιτρεκτομή, για χρήση με μηχανήμα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου
87.	Στειλός ενδοδιαθερμίας CPV: 33140000-3	Τύπου Mentor, 20G ή 25G, ευθύς
88.	Στειλός ενδο-laser, ευθύς CPV: 33140000-3	20G ή 23 G, μιας χρήσης, για μηχανήμα Laser του εκάστοτε Νοσοκομείου (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
89.	Στειλός ενδο-laser, κυρτός CPV: 33140000-3	20G ή 23 G, μιας χρήσης, με εύκαμπτο άκρο, για μηχανήμα Laser του εκάστοτε Νοσοκομείου(η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
90.	Στυλός ενδο-laser με ενδοφωτισμό, κυρτός CPV: 33140000-3	25G, με ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας, με συγκεκριμένο μήκος ίνας και μετακινούμενο άκρο, , μιας χρήσης, συμβατό με το μηχανήμα του εκάστοτε Νοσοκομείου
91.	Στειλός ενδο-laser, με ενδοφωτισμό Ευθύς CPV: 33140000-3	20G ή 23 G ή 25G Μιας χρήσης, με σύστημα ελεγχόμενου κλειδώματος του μεταβαλλόμενου άκρου. Ευθύς. για μηχανήμα Laser με ενδοφωτισμό του εκάστοτε Νοσοκομείου (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
92.	Στειλεός (flute) CPV: 33140000-3	Τύπου Charles, μιας χρήσης
93.	Στειλεός ενδο-laser με ενδοφωτισμό, 25G, κυρτός CPV: 33140000-3	Στειλεός ενδο-laser, με ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας, 25G, μεταβλητού με συγκεκριμένο μήκος ίνας και μετακινούμενο άκρο. Κυρτός.
94.	Στειλεός ενδοφωτισμού, ευθύς CPV: 33140000-3	Στειλεός ενδοφωτισμού, 20G ή 23G ή 25G- ευθύς, για το μηχάνημα υαλοειδεκτομής του εκάστοτε Νοσοκομείου (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
95.	Στειλεός ενδοφωτισμού, για χρήση με εξωτερική πηγή ψυχρού φωτισμού CPV: 33140000-3	20G ή 23G ή 25G Για χρήση με εξωτερική πηγή ψυχρού φωτισμού (τύπου XENON) του εκάστοτε νοσοκομείου (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
96.	Στειλεός παθητικής αναρρόφησης CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, με δυνατότητα και ενεργητικής αναρρόφησης
97.	Σύριγγες 60cc CPV: 33140000-3	60cc, βιδωτές
98.	Σύστημα έγχυσης	Με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα VGF1 για σύστημα βιτρεκτομής του εκάστοτε νοσοκομείου

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
99.	Σετ εργαλείων υαλοειδεκτομής, μιας χρήσης CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης.
100.	Σετ εργαλείων υαλοειδεκτομής, πολλαπλών χρήσεων CPV: 33140000-3	Πολλαπλών χρήσεων.
101.	Τολύπια Cotton swabs CPV: 33140000-3	Αποστειρωμένα μήκος 7.6cm περίπου
102.	Τολύπια non-woven CPV: 33140000-3	Διεγχειρητικού καθαρίσματος μικροεργαλείων, χωρίς να αφήνουν υπολείμματα ινών
103.	Ταμπόν οφθαλμολογικό CPV: 33140000-3	Σε μη αποστειρωμένη συσκευασία
104.	Υγρή Σιλικόνη, βαριά CPV: 33140000-3	Έλαιο σιλικόνης βαρύτερο του ύδατος σε σύριγγα 10ml

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
105.	Σιλικόνη 1300 cs, σε προγεμισμένη σύριγγα CPV: 33140000-3	Έλαιο σιλικόνης τύπου 1300, σε σύριγγα 10ml, με άκρο luer lock. Υψηλής καθαρότητας και χαμηλής περιεκτικότητας σε oil oxanes (μικρότερη των 3ppm), χωρίς συνθετικά κατάλοιπα, με δείκτη διάθλασης 1,40. Για ενδοβολβική χρήση. Σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης
106.	Σιλικόνη 5700cs, σε προγεμισμένη σύριγγα CPV: 33140000-3	Έλαιο σιλικόνης τύπου 5700, σε σύριγγα 10ml. με άκρο luer lock. Υψηλής καθαρότητας και χαμηλής περιεκτικότητας σε oil oxanes (μικρότερη των 3ppm), χωρίς συνθετικά κατάλοιπα, με δείκτη διάθλασης 1,40. Για ενδοβολβική χρήση. Σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης.
107.	Σιλικόνη υγρή για ενδοβολβική ένεση 1000 cs, σε προγεμισμένη σύριγγα CPV: 33140000-3	Για ενδοβολβική ένεση 1000 cs, σε προγεμισμένη σύριγγα
108.	Σιλικόνη υψηλής πυκνότητας (high density), σε προγεμισμένη σύριγγα CPV: 33140000-3	Έλαιο σιλικόνης βαρύτερο του ύδατος σε συνδυασμό με μερικώς φθοριωμένη σε σύριγγα 10 ml με άκρο luer lock, υψηλής καθαρότητας. χαμηλής περιεκτικότητας σε oil oxanes (μικρότερη των 3ppm), χωρίς συνθετικά κατάλοιπα, με δείκτη διάθλασης 1,401. Σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης
109.	Υγρή οκταλίνη 6-8 ml CPV: 33140000-3	Διάλυμα υγρής οκταλίνης 6-8ml, φθοριωμένη, υψηλής καθαρότητας, για ενδοβολβική χρήση
110.	Υγρή σιλικόνη, 5700 cs CPV: 33140000-3	5700 cs, υψηλής καθαρότητας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
111.	Υγρή σιλικόνη, 1300 cs CPV: 33140000-3	1300 cs, υψηλής καθαρότητας
112.	Υγρό methylhydroxypropylcellulose CPV: 33140000-3	Ιξωδοελαστικό διάλυμα μεθυλσελουλόζης 2%, σε σύριγγα, για υαλοειδεκτομή
113.	Υγρό Perfluorodecaline (C10F18) CPV: 33140000-3	Διάλυμα υγρής δεκαλίνης σε φιαλίδιο των τουλάχιστον 5ml. (C10F18)
114.	Υγρό Perfluorohexyloctane (F6H8) CPV: 33140000-3	Διάλυμα υγρής οκταλίνης σε φιαλίδιο των 5ml. (F6H8)
115.	Χρωστική Brilliant Blue CPV: 33140000-3	Για χρώση έσω αφοριστικής μεμβράνης Σύνθεση με PBB σε ποσοστό 0,05% τουλάχιστον .Σε σύριγγα με περιεχόμενο 0,5 ml. Σε συσκευασία 5 αποστειρωμένων προ γεμισμένων γυάλινων συριγγών
116.	Χρωστική Membrane Blue Duo CPV: 33140000-3	Για συνδυασμένη χρώση επαμφιβληστροειδικής – έσω αφοριστικής μεμβράνης Σύνθεση με PBB σε ποσοστό 0,05%, μπλε του τρυπανίου σε ποσοστό 0,15% τουλάχιστον Σε σύριγγα με περιεχόμενο 0,5 ml. Σε συσκευασία 5 αποστειρωμένων προ γεμισμένων γυάλινων συριγγών
117.	Ψαλίδι υαλοειδούς, κάθετο	23 G ή 25 G, κάθετο, με στειλεό αντικριστών σκελών (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
118.	Ψαλίδι υαλοειδούς, οριζόντιο CPV: 33140000-3	23 G ή 25 G, οριζόντιο, με στειλεό αντικριστών σκελών (η διάμετρος καθορίζεται από την διακήρυξη)
119.	Ψαλίδι ενδοϋαλοειδικό οριζόντιο, τύπου synergetics CPV: 33140000-3	Μέτρια κλίση, μιας χρήσεως, 23G
120.	Ψαλίδι ενδοϋαλοειδικό κάθετο, με ενεργοποίηση κατά 360ο CPV: 33140000-3	Μιας χρήσεως, 23G
121.	Πακέτο αναλωσίμων για Υαλοειδεκτομή, (Custom-Pack) CPV: 33140000-3	20G ή 23G ή 25G, πλήρες, για οποιοδήποτε σύστημα διαθέτει το εκάστοτε Νοσοκομείο (το μέγεθος διαμέτρου καθορίζεται από την διακήρυξη)
122.	Πακέτο αναλωσίμων για Συνδυασμένη επέμβαση Υαλοειδεκτομής και Φακοθρυψίας, (Custom-Pack) CPV: 33140000-3	20G ή 23G ή 25G, πλήρες, για οποιοδήποτε σύστημα διαθέτει το εκάστοτε Νοσοκομείο (το μέγεθος διαμέτρου καθορίζεται από την διακήρυξη)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
123.	Στειλούς πρόσθιας υαλοειδεκτομής CPV: 33140000-3	Στειλούς πρόσθιας υαλοειδεκτομής τύπου γκιλοτίνας, 23G, 4.000 κοπών το λεπτό. Συμβατό με το μηχάνημα φακοθρυψίας, του εκάστοτε Νοσοκομείου. Ο στυλός να βρίσκεται σε πακέτο μαζί με μία κάνουλα έγχυσης.
124.	Πακέτο μετατροπής οπίσθιου υαλοειδοτόμου σε πρόσθιο CPV: 33140000-3	Πακέτο μετατροπής οπίσθιου υαλοειδοτόμου συστήματος με αντλία Venturi μιας χρήσεως που περιλαμβάνει ειδικό αντάπτορα για τη σύνδεση του υαλοειδοτόμου με το μηχάνημα, κάνουλα για τη γραμμή έγχυσης και male — male συνδετικό για τη γραμμή αναρρόφησης της κασέτας
125.	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 19G CPV: 33141410-7	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 19G
126.	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 20G CPV: 33141410-7	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 20G
127.	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 21G CPV: 33141410-7	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 21G
128.	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας	Λόγχη διάνοιξης οφθαλμού με λαβή, μιας χρήσης 23G

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	χρήσης 23G CPV: 33141410-7	
129.	Φίλτρα για ενδοβολβική έγχυση υγρών και αερίων CPV: 33140000-3	

3.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	Ειδικός ενθέτης για την ένθεση των ενδοφακών (injector) CPV: 33140000-3	Συμβατός με ενδοφακούς που χρησιμοποιούνται στο εκάστοτε Νοσοκομείο
2.	Ειδικός περιέκτης ένθεσης ενδοφακού (cartridges) CPV: 33140000-3	Κλειστός, στείρος, μιας χρήσης για την ένθεση ενδοφακών που χρησιμοποιούνται στο εκάστοτε Νοσοκομείο
3.	Μαχαιρίδιο 15° CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό 15°. Λεπίδα σε σχήμα λόγχης με άνω και κάτω κοπτικά σημεία από ανοξείδωτο χάλυβα ματ (να μην γυαλίζει), με θήκη ασφαλείας, με συρόμενο σύστημα ασφαλείας άκρου, με πλαστική λαβή, αποστειρωμένα, πακεταρισμένα σε ατομική συσκευασία.
4.	Μαχαιρίδιο 15° χωρίς κάλυμμα CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο πλάγιας τομής τύπου stab με μονή κόπτουσα λεπίδα γωνίας 15 μοιρών και ειδική επικάλυψη που επιτρέπει την αποφυγή αντανάκλασεων από το φως του μικροσκοπίου.
5.	Μαχαιρίδιο 22.5° CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό 22.5°. Λεπίδα σε σχήμα λόγχης με άνω και κάτω κοπτικά σημεία από ανοξείδωτο χάλυβα ματ (να μην γυαλίζει), με θήκη ασφαλείας, με συρόμενο σύστημα ασφαλείας άκρου, με πλαστική λαβή, αποστειρωμένο, πακεταρισμένο σε ατομική συσκευασία.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.	Μαχαιρίδιο 30° CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό 30°. Λεπίδα σε σχήμα λόγχης με άνω και κάτω κοπτικά σημεία από ανοξείδωτο χάλυβα ματ (να μην γυαλίζει), με θήκη ασφαλείας, με συρόμενο σύστημα ασφαλείας άκρου, με πλαστική λαβή, αποστειρωμένα, πακεταρισμένα σε ατομική συσκευασία.
7.	Μαχαιρίδιο 2,2 mm CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό 2.2 mm. Λεπίδα σε σχήμα αμβλείας γωνίας με άνω και κάτω κοπτικά σημεία από ανοξείδωτο χάλυβα ματ (να μην γυαλίζει) με θήκη ασφαλείας, με πλαστική λαβή. Αποστειρωμένο, πακεταρισμένο σε ατομική συσκευασία. Να έχει ειδική σήμανση στα 2mm ώστε να υπάρχει δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης από τον χειρουργό του βάθους της τομής.
8.	Μαχαιρίδιο 2,2mm χωρίς κάλυμμα CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας τύπου slit για τομή 2,2 χιλιοστών. Με άνω κόπτουσα λεπίδα λογχοειδούς σχήματος υπό γωνία 45 μοιρών και χαραγή ένδειξης πλάτους και βάθους τομής στα 2 χιλιοστά. Με ειδική επικάλυψη που επιτρέπει την αποφυγή αντανάκλασεων από το φως του μικροσκοπίου
9.	Μαχαιρίδιο 2,75 mm CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό κύριας τομής γωνιωτό κατά 45° για τομή 2,75 mm με χάραξη ένδειξης βάθους τομής 2mm με άνω και κάτω κοπτικά σημεία. Με εργονομική λαβή από συνθετικό υλικό και συρόμενο ελεγχόμενο κάλυμμα ασφαλείας της σταθερής χειρουργικής λεπίδας. Με ειδική επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα (ματ υφή) κατά των αντανάκλασεων του μικροσκοπίου. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.
10.	Μαχαιρίδιο 2,75mm χωρίς κάλυμμα CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας τύπου slit για τομή 2,75 χιλιοστών. Με άνω και κάτω κόπτουσα λεπίδα λογχοειδούς σχήματος υπό γωνία 45 μοιρών και χαραγή ένδειξης πλάτους και βάθους τομής στα 2 χιλιοστά. Με ειδική επικάλυψη που επιτρέπει την αποφυγή αντανάκλασεων από το φως του μικροσκοπίου

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
11.	Μαχαιρίδιο Bevel-Up CPV: 33141410-7	Μαχαιρίδιο οφθαλμολογικό άνωθεν κόπτουσας λεπίδας -τύπου Bevel-Up- σε σχήμα αμβλείας γωνίας από ανοξείδωτο χάλυβα ματ (να μην γυαλίζει) με θήκη ασφαλείας, με πλαστική λαβή, αποστειρωμένα, πακεταρισμένα σε ατομική συσκευασία. Να είναι κατάλληλο για επέκταση της τομής. Να έχει μήκος από 2,5mm έως 3,2mm. Να είναι γωνιωτό 45° με χειρολαβή.
12.	Tips φακοθρυψίας CPV: 33140000-3	Tip φακοθρυψίας διαφόρων διαμετρημάτων, διαφόρων τύπων d (Kelman, flared, mini flared κτλ) μέσα σε κλειδί για το στελεό του μηχανήματος φακοθρυψίας του εκάστοτε Νοσοκομείου. (Η διάμετρος και ο τύπος θα ορίζονται στη διακήρυξη)
13.	Tip φακοθρυψίας κυρτό CPV: 33140000-3	Βελόνα φακοθρυψίας (tip) συστήματος με αντλία Venturi ημιπολλαπλών χρήσεων με κυρτό άκρο 30 μοιρών για τομή 1,8mm
14.	Tip φακοθρυψίας ευθύ CPV: 33140000-3	Βελόνα φακοθρυψίας (tip) συστήματος με αντλία Venturi ημιπολλαπλών χρήσεων για τομή 1,8mm
15.	Διάλυμα Ισοτονικό BSS (Balanced Salt Solution) για ενδοφθάλμια χρήση, 500ml CPV: 33692000-7	Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και ΡΗ όπως του υδατοειδούς υγρού, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε συσκευασία φιάλης των 500ml με προτοποθετημένο δακτύλιο ανάρτησης

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
16.	Διάλυμα Ισοτονικό BSS (Balanced Salt Solution) συμβατό για μηχανήμα φακοθρυψίας με αισθητήρα ενδοφθάλμιας πίεσης CPV: 33692000-7	BSS των 500ml, με ουδέτερο PH:7.4 και ωσμωμοριακότητα, όμοια των ενδοφθαλμίων υγρών, σε πλαστικό σάκο ειδικής σχεδίασης για χρήση σε μηχανήμα φακοθρυψίας, το οποίο μέσω συμπίεσης και αποσυμπίεσης του BSS να επιτυγχάνεται η ρύθμιση και ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης
17.	Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε γυάλινο μπουκάλι CPV: 33692000-7	Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε γυάλινη φιάλη χωρητικότητας 500 ml
18.	Στείρο διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου σε πλαστικό φιαλίδιο χωρητικότητας 25ml CPV: 33692000-7	Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε φιαλίδιο συσκευασίας 25ml
19.	Διατηρητής προσθίου θαλάμου τύπου Lewicky CPV:33140000-3	Self Retaining ACM [Lewicky] 90 X 35 mm (20G χ 9/64 ίη), Διατηρητής προσθίου θαλάμου τύπου Lewicky, με εύκαμπτο σωλήνα 25cm εσωτερικής διαμέτρου 1mm και εξωτερικής διαμέτρου 2mm. οι κυκλικοί δακτύλιοι ξεκινούν 0175 mm από την άκρη λοξή κατά 55 μοίρες. Κατάλληλο για συγκράτηση χωρίς ράμματα
20.	Κυανούν του τρυπανίου (trypan blue ophthalmic solution) CPV: 33140000-3	Χρωστική επίστρωσης περιφακίου trypan blue για χειρουργική του καταρράκτη
	Διάλυμα μπλέ του τρυπανίου με λουτεΐνη για ενδοφθάλμια χρήση	Στείρα βαφή χρώσεως προσθίου περιφακίου με πρόσμιξη μπλε του τρυπανίου και υδατοδιαλυτής λουτεΐνης. Σύνθεση με μπλε του τρυπανίου σε ποσοστό 0,04% και

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	λουτεΐνη σε ποσοστό 1%. Σε σύριγγα με περιεχόμενο 0,5 ml. Σε συσκευασία 5 αποστειρωμένων προ γεμισμένων γυάλινων συριγγών.
21.	Κάνουλα πλύσης αναρρόφησης τύπου simcoe CPV:33140000-3	Διαμέτρου 23 G με συνοδό σωληνάκι σιλικόνης.
22.	Κάνουλα πλύσης αναρρόφησης, τύπου SIMCOE, 23G CPV: 33140000-3	0.4mm μέγεθος στομίου (port), ενός τεμαχίου, πολλαπλών χρήσεων
23.	Δακτύλιος διάτασης κάψας περιφακίου διαφόρων τύπων και μεγεθών CPV: 33140000-3	Τύπου Cιοππύ διαφόρων τύπων και μεγεθών. Προφορτωμένος με ενθετήρα μίας χρήσεως. Η διάμετρος όπως θα ορίζεται από την διακήρυξη
24.	Διάλυμα κυανού του τρυπανίου για χρώση επαμφιβληστροειδικών μεμβρανών για ενδοβολβική χρήση CPV: 33140000-3	Στείρα βαφή χρώσεως προσθίου περιφακίου με πρόσμιξη μπλε του τρυπανίου και υδατοδιαλυτής λουτεΐνης.
25.	Οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης, 10-19ml CPV: 33692000-7	Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και ΡΗ όπως του υδατοειδούς υγρού, εμπλουτισμένο με γλουταθιόνη, διττανθρακικό νάτριο και δεξτρόζη, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε μπουκάλι σε συσκευασία των 10-19ml

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
26.	Οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης, 500ml CPV: 33692000-7	Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και ΡΗ όπως του υδατοειδούς υγρού, εμπλουτισμένο με γλουταθιόνη, διττανθρακικό νάτριο και δεξτρόζη, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε γυάλινο μπουκάλι σε συσκευασία των 500ml
27.	Διαστολείς ίριδος CPV: 33140000-3	Διαστολείς ίριδος τύπου άγκιστρου, με περιχειρίδα σταθεροποίησης - μιας χρήσης, σε συσκευασία 4 ή 5 ή 6 τεμαχίων, με δακτύλιο από polyurethane 0.15mm.
28.	Διαστολέας ίριδας MALYUGIN CPV: 33140000-3	6,25mm ή 7mm (Η διάμετρος όπως θα ορίζεται από την διακήρυξη) Διατατικός δακτύλιος ίριδος, από PMMA, αποστειρωμένο, με τέσσερις δακτυλίους στήριξης ατραυματικούς, 6,25 mm ή 7 mm ενσωματωμένος σε ενθέτη μιας χρήσης για την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεσή του. Παρέχει οκτώ σημεία στερέωσης. Για ένθεση από τομή 2,0 mm.
29.	Διαστολέας ίριδας I-RING CPV: 33140000-3	Διαστολέας ίριδος τύπου δακτυλίου, προφορτωμένος σε ενθετήρα μιας χρήσης, για ένθεση από τομή 2.2mm. Με εσωτερική κυκλική σχεδίαση διαμέτρου 6.3 mm που λειτουργεί ως οδηγός για την καψουλόρρηση, με 4 ατραυματικές οπές χειρισμού. Από πολυουρεθάνη.
30.	Άγκιστρα ίριδος CPV: 33140000-3	Άγκιστρα από PMMA με σταθεροποιητές σιλικόνης. Σε σετ των 4-6, μιας χρήσεως, σε αποστειρωμένη συσκευασία.
31.	Βελόνες παραβόλβιας αναισθησίας CPV: 33141321-6	Βελόνες παραβολβικής αναισθησίας 25G X 7/8in (0.50 x 22mm). Να είναι αιχμηρή (Sharp point).

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
32.	Βελόνες οπισθοβόλβιας αναισθησίας CPV: 33141321-6	Βελόνες οπισθοβολβικής αναισθησίας 25G X 1 1/2in (0.50 x 38mm). Να είναι αιχμηρή (Sharp point).
33.	Βελόνες καψουλόρρηξης, 27G (Κυστεοτόμος) CPV: 33141320-9	Βελόνες καψουλόρρηξης (κυστεοτόμος) - 27G x 5.8'' (0.40 x 19 & 22mm) γωνιωτή με αμβλύ ρύγχος αποπεπλατυσμένο εγγυημένης στειρότητας.
34.	Βελόνα καψουλοτομής κεκαμμένη μιας χρήσης CPV: 33140000-3	25 G
35.	Κάνουλες υδροδιαχωρισμού, 25G CPV: 33140000-3	Κάνουλες υδροδιαχωρισμού πυρήνα κυρτές, 25G X 7/8'' 0.50 x 22mm, με στρογγυλεμένη άκρη εγγυημένης στειρότητας με γωνίωση 9mm από το άκρο (για την αποκόλληση του πυρήνα με πεπλατυσμένο άκρο).
36.	Κάνουλες υδροδιαχωρισμού, 27G CPV: 33140000-3	Κάνουλες υδροδιαχωρισμού πυρήνα κυρτές, 27G X 7/8'' 0.40 x 22mm με γωνίωση 9mm από το άκρο (για την αποκόλληση του πυρήνα με πεπλατυσμένο άκρο).
37.	Κάνουλες προσθίου θαλάμου, 27G ή 30G CPV: 33140000-3	Κάνουλες προσθίου θαλάμου οφθαλμολογικές μιας χρήσης 30G ή 27G x 7.8'' (0.40 x 22 mm) κεκαμμένη περίπου 35° και 4.5mm από την άκρη. (Η διάμετρος και ο τύπος θα ορίζονται στη διακήρυξη)
38.	Κάνουλα προσθίου θαλάμου 27G CPV: 33140000-3	Κάνουλα προσθίου θαλάμου 27G, με ικυρτό άκρο 45 μοιρών 6 mm. Με πεπλατυσμένο άκρο, εξαιρετικά λεία σχεδιασμένο για να παρέχει ασφαλή ένθεση μέσω τομής και χειρισμού μέσα στο μάτι

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
39.	Λαβίδα καφουλόρηξης CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, με μακριά κεκαμμένα πεπλατυσμένα σκέλη αιχμηρού άκρου με επίπεδη λαβή χωρίς οπές για τομές 1.8mm
40.	Λαβίδα τύπου McPherson CPV: 33140000-3	Κεκαμμένη μιας χρήσης, με πεπλατυσμένα άκρα 4mm για την τοποθέτηση ενδοφακών ολικού μήκους 98mm
41.	Εργαλείο χειρισμού τύπου Button CPV: 33140000-3	Λαβίδα χειρισμού ενδοφακών τύπου Button μιας χρήσης, με πλαστική λαβή, με κυρτό βραχίονα κατά 45 μοίρες και άκρο Button διαμέτρου 0.50 mm, 15 mm από το άκρο
42.	Κάλυμμα τραπεζιδίου CPV: 33140000-3	Μη υφαντό κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιδίου εφοδιασμού εργαλείων, από υγροαπωθητικό υλικό, διαστάσεων 154 x 190cm
43.	Χειρουργική ποδιά CPV: 33140000-3	Χειρουργική ποδιά με πετσετάκι. (Το μέγεθος θα ορίζει η διακήρυξη)
44.	Χειρουργικά οθώνια μεγάλα CPV: 39518200-8	Οφθαλμολογικός κάλυμμα με σάκο συλλογής υγρών 500ml διαστάσεων 1,40X2,44 εκ, Χειρουργικό πεδίο με μαλακή υφή σαν ύφασμα ελαφρύ, δυο στρωμάτων από αδιαφανές μπλε χρώματος υλικό non woven ολικού μεγέθους 140X244 cm. Με αυτοκόλλητο υποαλλεργικό λεπτό φιλμ σχήματος οβάλ διαστάσεων 9X11,5 cm χωρίς οπή και με 2 σάκους συλλογής υγρών 500ml έκαστος στα πλαγιά με συρμάτινο έλασμα. Η επιφάνεια του να είναι ματ με μεγάλη απορροφητικότητα και

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		μη διαπερατή σε υγρά. Δεν αφήνει αιωρούμενες ίνες και είναι μαρκαρισμένο και διπλωμένο με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί την εύκολη τοποθέτηση του. Αποστειρωμένο σε μεμονωμένη συσκευασία η οποία διευκολύνει το εύκολο και άσηπτο άνοιγμα του. Να διαθέτει επιπλέον αυτοκόλλητη απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο και να διαθέτει συρμάτινο έλασμα στο ύψος της μύτης.
45.	Χειρουργικά οθώνια μετρίου μεγέθους CPV: 39518200-8	Αποστειρωμένο οφθαλμολογικό κάλυμμα διαστάσεων 101,5 X 127 cm, από αεροδιαπερατό υγροαπωθητικό υλικό, με ένα σάκο συλλογής υγρών χωρητικότητας 500ml και επιπλέον αυτοκόλλητη απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη , άκοπη, διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 9,00 X 11,50 cm και μεταλλικό έλασμα για την μύτη.
46.	Χειρουργικά οθώνια μικρά CPV: 39518200-8	Αποστειρωμένο οφθαλμολογικό κάλυμμα διαστάσεων 40 X 40 cm, από αεροδιαπερατό υγροαπωθητικό υλικό, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη , άκοπη, διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 17,5 X 15 cm και μεταλλικό έλασμα για την μύτη.
47.	Στυλεός αναρρόφησης για αμφίχειρη τεχνική πλύσης/αναρρόφησης CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης 21G, κεκαμμένος με τραχύ άκρο και διαμέτρου οπής αναρρόφησης 0.3mm, ολικού μήκους 114mm
48.	Στυλεός πλύσης για αμφίχειρη τεχνική πλύσης/αναρρόφησης CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης 21G, κεκαμμένος με λείο άκρο και δυο αντιδιαμετρικές οπές έγχυσης διαμέτρου 0.6mm και υποδοχή σύνδεσης τύπου luer lock, ολικού μήκους 114mm

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
49.	Πλαστικός Στυλεός πλύσης αναρρόφησης CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης, με κυρτό ατραυματικό άκρο σιλικόνης υπό γωνία 45° και υποδοχή γραμμής έγχυσης τύπου luer lock για μικρές τομές 1.8mm, ολικού μήκους 138mm
50.	Πλαστικός Στειλέος πλύσης αναρρόφησης για τομή 2.8mm	Πλαστικός στειλέος πλύσης αναρρόφησης μιας χρήσης, με κυρτό ατραυματικό άκρο σιλικόνης υπό γωνία 45° και υποδοχή γραμμής έγχυσης τύπου luer lock για μικρές τομές. 2.2mm έως 2.8mm, ολικού μήκους 138mm
51.	Στειλέος φακοθρυψίας CPV: 33140000-3	Στειλέος φακοθρυψίας συμβατός με το μηχάνημα φακοθρυψίας του εκάστοτε Νοσοκομείου. Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο.
52.	Κλειδί για το tip CPV: 33140000-3	Μεταλλικό κλειδί μηχανήματος για tip φακοθρυψίας μηχανήματος του εκάστοτε Νοσοκομείου. Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο.
53.	Κάλυμμα σιλικόνης CPV: 33140000-3	Κάλυμμα σιλικόνης για το tip φακοθρυψίας συμβατό με το μηχάνημα φακοθρυψίας του εκάστοτε Νοσοκομείου. Αποστειρωμένο και μιας χρήσης.
54.	Κάλυμμα σιλικόνης 1.8mm CPV: 33140000-3	Κάλυμμα βελόνας φακοθρυψίας για τομή 1,8 χιλιοστών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
55.	Κάλυμμα σιλικόνης 2.2mm CPV: 33140000-3	Κάλυμμα βελόνας φακοθρυψίας για τομή 22 χιλιοστών
56.	Γλύστρες ενδοφακών CPV: 33140000-3	Να έχουν 35mm μήκος x 5mm πλάτος. Να έχουν πάχος 6mm & Radius 2.5mm.
57.	Σύστημα βελονών/ράμματος για τοποθέτηση ενδοφακού με ιριδική στήριξη CPV: 33731110-7	
58.	Σακούλες αποστειρωμένες, μιας χρήσης, για το οφθαλμολογικό μικροσκόπιο του εκάστοτε νοσοκομείου CPV: 33140000-3	Για το οφθαλμολογικό μικροσκόπιο του εκάστοτε νοσοκομείου
59.	Ψαλίδι ενδοφακού CPV: 33731110-7	Ευθύ, ατραυματικό, 8mm, με οδοντωτό κατώτερο άκρο
60.	Διαθερμία μιας χρήσης, συμβατή με τη συσκευή φακοθρυψίας του εκάστοτε νοσοκομείου	Για μηχανήμα φακοθρυψίας του εκάστοτε νοσοκομείου

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	
61.	Καλώδιο διαθερμίας συμβατό με τη συσκευή φακοθρυψίας του εκάστοτε νοσοκομείου CPV: 33140000-3	Συμβατό με το μηχάνημα φακοθρυψίας του εκάστοτε νοσοκομείου και με τη διαθερμία μιας χρήσης
62.	Σετ διαθερμίας μιας χρήσης με καλώδιο. CPV: 33140000-3	Για μηχάνημα φακοθρυψίας του εκάστοτε νοσοκομείου
63.	Ψαλίδι GILLS-VANNAS CPV: 33162200-5	κεκλιμένο, μήκος ψαλιδιού 7mm
64.	Ιξωδοελαστικό χωρίς θειική χονδροϊτίνη CPV: 33692000-7	Να περιέχει υαλουρονικό Na 1,6% και να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος, με ιξώδες 55.700 +/- 8.200cP και ωσμωτικότητα 340 mOsmol/l. Με Μοριακό Βάρος > 1.000.000 Daltons. Να είναι αποστειρωμένο, απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών, αντιφλεγμονώδες και μη αλλεργιογόνο, πλήρως ιστοσυμβατό και υψηλής καθαρότητας κλασμάτων υαλουρονικού οξέος. Να είναι διαυγές και υδατοδιαλυτό ώστε να παραμείνει στον πρόσθιο θάλαμο όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα. Να έχει pH 7.0 -7.5 και να συνοδεύεται με κάνουλα έγχυσης 27 G σε συσκευασία όχι μικρότερη των 0.8 ml
65.	Ιξωδοελαστικό 1,2% χωρίς θειική χονδροϊτίνη CPV: 33692000-7	Ιξωδοελαστικό διάλυμα υαλουρονικού νατρίου 1,2%, βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml, με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια daltons, Ιξώδες 40000 cps,

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		ωσμωμοριακότητα 320 mosm/kg, δείκτη διάθλασης 1.334 και 72 ph
66.	Ιξωδοελαστικό 1.4% χωρίς θειική χονδροϊτίνη CPV: 33692000-7	Ιξωδοελαστικό διάλυμα υαλουρονικού νατρίου βακτηριακής ζύμωσης σε περιεκτικότητα 1,4% με μοριακό βάρος 3,2 - 3.5 εκατομμύρια Daltons με Ιξώδες 120.000 MPAS ωσμωμοριακότητα 280-330 MOSMOL/L και PH 6.8-7.6 περιεχόμενο 1.0 ml, Φύλαξη εντός Ψυγείου
67.	Ιξωδοελαστικό 2% χωρίς θειική Χονδροϊτίνη CPV: 33692000-7	Ιξωδοελαστικό διάλυμα υαλουρονικού νατρίου βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,9 ml, με μοριακό βάρος 3,2 — 3,5 εκατομμύρια daltons, ιξώδες 55,000 cps, ωσμωμοριακότητα 280-330 mosmol/l, δείκτη διάθλασης 1334 και 6.8-7.6ph
68.	Ιξωδοελαστικό συνδυασμού υαλουρονικού νατρίου και θειικής χονδροϊτίνης CPV: 33692000-7	Διαθέσιμη συσκευασία 0,75 ML. Συνδυασμός Θειικής Χονδροϊτίνης 4% και Υαλουρονικού Νατρίου 3%. Να έχει μοριακό βάρος : Συνδυασμός του M.B της Θειικής Χονδροϊτίνης = 22.500 Daltons & Υαλουρονικού Νατρίου ≥ 500.000 Daltons. Να έχει Ωσμωμοριακότητα : $325 \text{ mOsm/kg} \pm 40 \text{ mOsm/kg}$ και pH: $7,25 \pm 0,25$. Να διαθέτει ιξώδες 40.000 με απόκλιση 20.000 σε ρυθμό κατάτμησης ανα 2 sec-1 (σε θερμοκρασία 25oC) και να έχει πηγή την μικροβιακή ζύμωση
69.	Σετ δύο Ιξωδοελαστικών διαλυμάτων υαλουρονικού νατρίου 1,4% (BIO II) & 1.8% (MEGA I) 33692000-7	Σε σύριγγες των 0,55 ml και 0.8 ml αντίστοιχα. Με μοριακό βάρος 3,5 εκατομμύρια Daltons και Ωσμωμοριακότητα 305 mOsm/kg. Ιξώδες για το διάλυμα του 1,4% NaHA (BIO II) 100.000 cps και για το διάλυμα του 1,8% NaHA (MEGA I) 80.000 cps. Ph 7.6 και 6,8 για το 1,4% NaHA (BIO II) και το 1,8% NaHA (MEGA I) αντίστοιχα. Η έγχυση μπορεί να γίνει από τομή 2,2mm ή μικρότερη. Να διατίθεται σε

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		μία συσκευασία.
70.	Ιξωδοελαστικό συνδυασμένο CPV: 33692000-7	Να περιέχει υαλουρονικό Νάτριο 1.7% σε συνδυασμό με θειϊκή χονδροϊτίνη 4% και να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος Να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών, αντιφλεγμονώδες και μη αλλεργιογόνο, πλήρως ιστοσυμβατό και υψηλής καθαρότητας κλασμάτων υαλουρονικού οξέος Να είναι διαυγές και υδατοδιαλυτό ώστε να παραμένει στον πρόσθιο θάλαμο όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα. με pH 7.0 – 7.5 και να συνοδεύεται από κάνουλα έγχυσης, 27G. Η συσκευασία τουλάχιστον 0.5 ml
71.	Ιξωδοελαστικό με αναισθητικό CPV: 33692000-7	Συνδυασμός υαλουρονικού νατρίου 1,5% με υδροχλωρική λιδοκαΐνη 1% για intracameral αναισθησίας. Η συσκευασία να περιέχει αποστειρωμένες αμπούλες υδροχλωρικής λιδοκαΐνης 2% σε συνδυασμό με υαλουρονικό νάτριο 0,3% για τοπική αναισθησία
72.	Ιξωδοελαστικό Διάλυμα Υαλουρονικού νατρίου 1% CPV: 33692000-7	Η συσκευασία να διαθέτει περίπου 0,85ML Ιξωδοελαστικό Διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου από βακτηριακή ζύμωση 1%. Να έχει μοριακό βάρος : 2,5 εκατομ.DALTONS και pH: 7,25 ± 0,25. Να διαθέτει ιξώδες : ≥ 25.000 σε ρυθμό κατάτμησης ανα 1 sec-1 και να έχει οσμομοριακότητα: Περίπου

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		310 mOsm/kg
73.	Ιξωδοελαστικό με μεθυλσελουλόζη CPV: 33692000-7	Ιξωδοελαστικό διάλυμα συνδυασμού υαλουρονικού νατρίου 1.37% και μεθυλσελουλόζης 0.57%. Με μοριακό βάρος 3.2-3.5 εκατομμύρια Daltons για το υαλουρονικό νάτριο και 20.000 Daltons για τη μεθυλσελουλόζη. Με ιξώδες 100.000mPas. Οσμωμοριακότητα 280-330mOsmol/l και pH 6.8-7.6. Περιεχόμενο 1ml. Φύλαξη εντός ψυγείου.
74.	ΣΕΤ Ιξωδοελαστικών διαλυμάτων CPV: 33692000-7	ΣΕΤ από δύο τεμάχια ιξωδοελαστικών διαλυμάτων. Το πρώτο εξ αυτών (με χαμηλό ιξώδες) : α. Να περιέχει υαλουρονικό Νάτριο 10mg/ml και να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος β. Να έχει μοριακό βάρος 2.500.000 Daltons και pH 7.0 – 7.5 γ. Να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών, αντιφλεγμονώδες και μη αλλεργιογόνο, πλήρως ιστοσυμβατό και υψηλής καθαρότητας κλασμάτων υαλουρονικού οξέος και δείκτη διάθλασης τουλάχιστον 1.336 ε. Να είναι διαυγές και υδατοδιαλυτό ώστε να παραμένει στον πρόσθιο θάλαμο όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα και να συνοδεύεται από κάνουλα έγχυσης

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		27G Το δεύτερο εκ των ιξωδοελαστικών (με υψηλό ιξώδες) : α. Να περιέχει υαλουρονικό Νάτριο 30mg/ml και θειϊκή χονδροϊτίνη 40 mg/ml και να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος β. Η θειϊκή χονδροϊτίνη να έχει μοριακό βάρος 22.500 Daltons ενώ το υλουρονικό νάτριο 500,000 γ. Να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών, αντιφλεγμονώδες και μη αλλεργιογόνο, πλήρως ιστοσυμβατό και υψηλής καθαρότητας κλασμάτων υαλουρονικού οξέος δ. Να έχει ιξώδες 40.000 mPa.s, ωσμωτική πίεση 320mOsm/kg , pH 7.0 – 7.5 και δείκτη διάθλασης 1,336 ε. Να είναι διαυγές και υδατοδιαλυτό ώστε να παραμένει στον πρόσθιο θάλαμο όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα και να συνοδεύεται από κάνουλα έγχυσης, 27G
75.	Σετ ιξωδοελαστικών διαλυμάτων CPV: 33692000-7	Σετ από δύο τεμάχια ιξωδοελαστικών διαλυμάτων.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		Το πρώτο εξ αυτών (με χαμηλό ιξώδες) : α. Να περιέχει υαλουρονικό Νάτριο 15mg/ml και να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος β. Να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών, αντιφλεγμονώδες και μη αλλεργιογόνο, πλήρως ιστοσυμβατό και σε ποσότητα τουλάχιστον 1 ml Το δεύτερο εκ των ιξωδοελαστικών (με υψηλό ιξώδες) : α. Να περιέχει υαλουρονικό Νάτριο 30mg/ml και να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος β. Να είναι απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών, αντιφλεγμονώδες και μη αλλεργιογόνο, πλήρως ιστοσυμβατό και ποσότητα τουλάχιστον 0.85 ml
76.	Κασέτα φακοθρυψίας για αντλία τύπου Venturi CPV: 33140000-3	Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml αδειάζόμενο, με σύστημα έγχυσης ορού βαρύτητας, με ευθεία ή κεκαμμένη βελόνα υπερήχων τύπου mini flared ειδικά σχεδιασμένη με εσωτερική διατομή 0,50mm μ-, 0,79mm για τον έλεγχο του κενού στα διάφορα στάδια της επέμβασης και τη διατήρηση σταθερών χειρουργικών συνθηκών στον πρόσθιο θάλαμο (αποφυγή surge) και με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, αποστειρωμένο κάλυμμα τραπεζιδίου, κλειδί και

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		sleeve τομής 1.8 — 2.2mm
77.	Απλή κασέτα φακοθρυψίας για μηχανήμα με αντλία τύπου Venturi CPV: 33140000-3	Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml αδειαζόμενο με σύστημα έγχυσης ορού βαρύτητας, με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί και sleeve συμβατικής τομής
78.	Κασέτα φακοθρυψίας με σύστημα αυξομείωσης της έγχυσης για μηχανήμα με αντλία Venturi για τομή 1.8mm — 2.2mm CPV: 33140000-3	Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml αδειαζόμενο, με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με αυτές της αναρρόφησης, με πέντε προεπιλογές έγχυσης (1-5) όπου στις τελικές τιμές προστίθενται 35mmHg έως 75mmHg ορού αντίστοιχα και κατ' αναλογία των τιμών αναρρόφησης για την αποφυγή αστάθειας (surge), με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, αποστειρωμένο κάλυμμα τραπεζιδίου, κλειδί και sleeve τομής 1.8mm —2.2mm
79.	Κασέτα φακοθρυψίας με σύστημα αυξομείωσης της έγχυσης για μηχανήμα με αντλία Venturi για τομή 2.4mm CPV: 33140000-3	Κασέτα φακοθρυψίας για σύστημα με αντλία αναρρόφησης στο κενό, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml αδειαζόμενο, με ευθεία βελόνα υπερήχων τύπου Mics, με σύστημα ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα που αυξομειώνει τις τιμές έγχυσης ανάλογα με αυτές της αναρρόφησης, με πέντε προεπιλογές έγχυσης (1-5) όπου στις τελικές τιμές προστίθενται 35mmHg έως 75mmHg ορού αντίστοιχα και κατ' αναλογία των τιμών αναρρόφησης για την αποφυγή αστάθειας (surge), με αποστειρωμένο κάλυμμα οθόνης, τραπεζιδίου, κλειδί και sleeve τομής 2.4mm

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
80.	Κασέτα φακοθρυψίας CPV: 33140000-3	Κασέτα φακοθρυψίας συμβατή με το μηχάνημα φακοθρυψίας του εκάστοτε Νοσοκομείου. Κλειστού τύπου που να αποτελείται από πολλαπλές σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης από υλικό PVC και από ένα σάκο συλλογής υγρών χωρητικότητας 500cc. Η σωλήνωση της αναρρόφησης να έχει μικρή εσωτερική διάμετρο και να φέρει στην πίσω επιφάνεια της, μεμβράνες για τον έλεγχο του κενού και της έγχυσης. Η κασέτα να περιλαμβάνει: α. Δύο καλύμματα έγχυσης (sleeves) τομής 2.2 mm β. Ένα κλειδί για tip πλύσης-αναρρόφησης γ. Ένα tip φακοθρυψίας διαφόρων τύπων (Kelman, flared, mini flared κτλ), τοποθετημένο μέσα σε κλειδί. δ. Θάλαμο δοκιμών ε. Κάλυμμα τραπεζίου
81.	Κασέτα φακοθρυψίας για μηχάνημα με περισταλτική αντλία και ενεργό αισθητήρα ενδοφθάλμιας πίεσης	Πακέτο φακοθρυψίας μιας χρήσεως με σάκο περισυλλογής υγρών 400-500 cc, το οποίο να περιλαμβάνει: Πακέτο φακοθρυψίας για αριστερόστροφη- δεξιόστροφη κίνηση ταλάντωσης του tip σε υψηλή συχνότητα υπερήχων, αλλά και συμβατικούς υπερήχους συχνότητας λειτουργίας από 30 KHz-43 KHz, tip για τομές 2,2-2,75 mm,

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	κάλυμμα sleeve, test chambers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος. Μέσω του πακέτου, να επιτυγχάνεται η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο.
82.	Κασέτα φακοθρυψίας για μηχανήμα με περισταλτική αντλία CPV: 33140000-3	Κασέτα φακοθρυψίας με σωληνώσεις για συσκευή φακοθρυψίας / οπίσθιας υαλοειδεκτομής τελευταίας γενιάς με περισταλτική αντλία για επέμβαση καταρράκτη.
83.	Πακέτο αναλωσίμων για φακοθρυψία (Custom-Pack) με κασέτα φακοθρυψίας με περισταλτική αντλία CPV: 33140000-3	Στείρο χειρουργικό πακέτο που να περιέχει αναλώσιμα καταρράκτη και κασέτα μιας χρήσεως με σάκο περισυλλογής υγρών 400-500 cc, το οποίο να περιλαμβάνει: Πακέτο φακοθρυψίας για αριστερόστροφη-δεξιόστροφη κίνηση ταλάντωσης του tip σε υψηλή συχνότητα υπερήχων, αλλά και συμβατικούς υπερήχους συχνότητας λειτουργίας από 30 KHz- 43 KHz, tip για τομές 2,2-2,4 mm, κάλυμμα sleeve, test chambers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος. Μέσω του πακέτου, να επιτυγχάνεται η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο και να είναι συμβατό με μηχανήμα φακοθρυψίας με περισταλτική αντλία. Επίσης να περιέχει τουλάχιστον: κάνουλα υδροδιαχωρισμού 27 G, κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού αδιάβροχο 140cm x 140 cm, , κυστεοτόμος 27 G, οφθαλμολογικό πεδίο 100 cm x 120 cm με σκούλα συλλογής υγρών, οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο 2.2 mm γωνιωτό, οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο 15 μοιρών γωνιωτό, μικροσπόγγιο 10 τεμάχια, δυο χειρουργικές ποδιές μίας χρήσεως, γάζες 10 τεμάχια 10 x 10 cm, συριγγα 1 cc, 2 σύριγγες 3cc luer lock και 2 συριγγες 5 cc luer lock, γάντια νούμερο 7,5 και γάντια νούμερο 8, οφθαλμικό επίθεμα (eye pad). Όλα τα υλικά να βρίσκονται εντός του αποστειρωμένου χειρουργικού πακέτου και όχι να δίνονται μεμονωμένα.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
84.	Πακέτο αποστειρωμένο για την μέθοδο της φακοθρυψίας (Custom-Pack) CPV: 33140000-3	Έτοιμο πακέτο αποστειρωμένο που εμπεριέχει υλικά μιας χρήσης για την μέθοδο της φακοθρυψίας στην επέμβαση του καταρράκτη με τα εξής χαρακτηριστικά: αποστειρωμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και με τεχνικές προδιαγραφές. Να περιλαμβάνει : α. Κάλυμμα χειρουργικού τραπέζιου αδιάβροχο 1.40 X 1.40m β. Οφθαλμολογικό χειρ/κο πεδίο διαστάσεων 1.40 X 1.60m που θα φέρει δυο σακούλες υγρών δεξιά – αριστερά, αυτοκόλλητο κεντρικό πεδίο χωρίς οπή για διάνοιξη από τον χειρουργό και εύκαμπτο μεταλλικό έλασμα στο ύψος της μύτης. γ. Πλαστική κάψα 250ml. δ. Δέκα γάζες κανονικού μεγέθους ε. Ένα φάκελο με δέκα τριγωνικούς μικροσπόγγους στ. Πέντε τσιγαράκια ζ. Μία κάνουλα υδροδιαχωρισμού, 27G η. Μια κάνουλα ιξωδοελαστικού (πλύσεως προσθίου θαλάμου), 27G

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		θ. Μία σύριγγα των 5ml βιδωτή ι. Μία σύριγγα των 2.5ml βιδωτή ια. Μία σύριγγα των 10ml ιβ. Ένα μαχαιρίδιο φακοθρυψίας 2.2mm με συρόμενη – καλυπτόμενη λεπίδα για λόγους ασφαλείας. ιγ. Ένα μαχαιρίδιο τύπου λόγχης 15ο με συρόμενη – καλυπτόμενη λεπίδα για λόγους ασφαλείας. ιδ. Αποστειρωμένα γάντια (2 ζευγάρια) ιε. Τρεις βαμβakoφόρους στυλεούς ιστ. Μία σύριγγα 1ml
85.	Εναλλακτικό Πακέτο αποστειρωμένο για την μέθοδο της φακοθρυψίας (Custom-Pack), CPV: 33140000-3	Έτοιμο πακέτο αποστειρωμένο που εμπεριέχει υλικά μιας χρήσης για την μέθοδο της φακοθρυψίας στην επέμβαση του καταρράκτη με τα εξής χαρακτηριστικά: αποστειρωμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και με τεχνικές προδιαγραφές. Να περιέχει :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		α. Σύριγγα 2.5 ή 3ml, τεμάχιο 1 β. Σύριγγα 5ml, τεμάχιο 1 γ. Σύριγγα 10ml, τεμάχιο 1 δ. Βελόνη καψουλόρηξης 25g, τεμάχιο 1 ε. Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g, τεμάχιο 1 στ. Κάνουλα προσθίου θαλάμου, τεμάχιο 1 ζ. Τριγωνικά οφθαλμολογικά σπογγίδια, τεμάχια 6/πακέτο, πακέτο 1 η. Αποστειρωμένη οφθαλμολογική κομπρέσα γάζα αναδιπλούμενη 7.5X7.5cm, τεμάχια 5 θ. Κάλυμμα τραπεζίου αδιάβροχο ενισχυμένο, απορροφητικό από τουλάχιστον 100 έως 140cm +2εκ., τεμάχιο 1 ι. Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα Νο 7.5, τεμάχιο 1

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		ια. Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα Νο 8, τεμάχιο 1 ιβ. Αποστειρωμένες χειρουργικές μπλούζες ενισχυμένες στα μανίκια με 2 πετσέτες χειρός μεγέθους XL, τεμάχια 2 ιγ. Κάλυμμα διαστάσεων 115X115cm +2εκ., τεμάχιο 1 ιδ. Οφθαλμολογικό χειρουργικό πεδίο διαστάσεων από 120 έως 160cmX120 έως 160cm +2εκ. από αεροδιαπερατό, υγραπρωθητικό υλικό, με ένα σάκο συλλογής υγρών 500ml και επιπλέον απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη, διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής, διαστάσεων 9.00X11.50mm+2mm, τεμάχιο 1 ιε. Μαχαιρίδιο 15ο, τεμάχιο 1 ιστ. Μαχαιρίδιο κύριας τομής 2.4mm διπλής κόππουσας επιφάνειας, τεμάχιο 1 ιζ. Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστικό φιαλίδιο χωρητικότητας 19ml +2ml, τεμάχιο 1
86.	Πακέτο αναλωσίμων για επέμβαση φακοθρυψίας 1 CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό πακέτο χειρουργείου πλήρες που περιλαμβάνει τα παρακάτω αποστειρωμένα υλικά: 2 μπλούζες ολικής κάλυψης XL με χειροπετσέτες, 1 οφθαλμολογικό κάλυμμα διαστάσεων 252x160 εκ. με σάκο τριών πλευρών

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		αυξημένης χωρητικότητας που αποτρέπουν την εκροή των υγρών έκτος σάκου, 2 σάκους συλλογής υγρών 500ml έκαστος και αγωγό απομάκρυνσης υγρών από το χειρουργικό πεδίο, με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 χωρίς οπή, 4 σύριγγες 1 τεμ. ινσουλίνης 1 τεμ 2 ML, 1 τεμ 5 ML, 1τεμ 10 ML, 1 βελόνα υδροδιαχωρισμού πυρήνα 25 G X7/8, 1 κάνουλα προσθίου θαλάμου 27Gx22mm (Rycroft), 5 γάζες 7,5 X7,5 CM 12 αναδιπλώσεων, Οφθαλμολογικοί σπόγγοι με λαβή 6 τεμ., Μαχαιρίδια μίας χρ. διάνοιξης πρ. θαλάμου 2,2MM άνω κοπτικής επιφάνειας με ένδειξη βάθους τομής, μαχαιρίδιο γωνιώδες 15 μοιρών, 2 ζευγάρια γάντια μικροχειρουργικής, από φυσικό λάτεξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού, μεγέθους 8, 1 τεμ. φιαλίδιο αλατούχου διαλύματος (bss) περιεχομένου 25ml, Κάλυμμα τραπέζιου διαστάσεων 100X140cm
87.	Πακέτο αναλωσίμων για επέμβαση φακοθρυψίας 2 CPV: 33140000-3	Πακέτο αποστειρωμένων αναλώσιμων καταρράκτη με τα εξής υλικά: 2 μπλούζες ολικής κάλυψης XL με χειροπετσέτες, 1 ζευγάρι γάντια μικροχειρουργικής από φυσικό λάτεξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού, μεγέθους 8, 1 ζευγάρι γάντια μικροχειρουργικής από φυσικό λάτεξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού, μεγέθους 7,511 τεμ. οφθαλμολογικό κάλυμμα διαστάσεων εκ. και αγωγό απομάκρυνσης υγρών από το χειρουργικό πεδίο, με αυτοκόλλητο τμήμα 9X11,5 χωρίς οπή, 1 πακέτο οφθαλμολογικά σπογγίδια τριγωνικού σχήματος με λαβή (πακέτο 6 τριγωνάκια), 10 γάζες 12 στρωμάτων σύριγγες 2 τεμ 3 ML, 1τεμ 10 ML, 1 τεμ. κάνουλα προσθίου θαλάμου 30GX22mm Rycroft, 1 κάνουλα υδροδιαχωρισμού

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		πυρήνα 0.50mm 1 κάνουλα κυστεοτόμο 0,50mmX16mm, 1 Αδιάβροχο κάλυμμα τραπέζιου διαστάσεων 100X140cm , 1 Οφθαλμολογικό Κάλυμμα 112cmX112cm.
88.	Πακέτο αναλωσίμων για επέμβαση φακοθρυψίας 3 CPV: 33140000-3	Πακέτο αναλώσιμων για επεμβάσεις καταρράκτη που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:2 οφθαλμολογικές μπλούζες πολύ μεγάλου μεγέθους με χειροπετσέτες, 2 ζεύγη γάντια μικροχειρουργικής ανατομικού σχήματος, καφέ (για ελαχιστοποίηση αντανάκλασεων από το μικροσκόπιο), από φυσικό λατέξ, χωρίς πούδρα, έχουν ρεβέρ για σωστή συγκράτηση και τελείωμα με ρολό για να εμποδίζει την αναδίπλωση του μεγέθους 7,5, 1 οφθαλμολογικό κάλυμμα ηση wovene πλήρους κάλυψης σώματος με σάκο τριών πλευρών αυξημένης χωρητικότητας που αποτρέπουν την εκροή των υγρών εκτός σάκου, με δυο πλευρικούς σάκους συλλογής υγρών χωρητικότητας 500ml. Διαστάσεις πεδίου εκ. Με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. Χωρίς οπή, 1 κάλυμμα τραπέζιου διαστάσεων 100x140 εκ., 1 βελόνα καψουλοτομής, κεκαμένη 0,5x16mm, 1 κάνουλα υδροδιαχωρισμού με γωίωση 0,50mm, 2 κάνουλες προσθίου θαλάμου με γωνίωση 27g x 22mm, 1 πακέτο με οφθαλμολογικά τσιγαράκια (10 τεμάχια) 6,6 cm.x5mm, 10 τεμάχια από οφθαλμολογικές γάζες, 12 αναδιπλώσεων έκαστη, μεγέθους 10X10 εκ., 1 σύριγγα χωρητικότητας 10ml βιδωτή, 1 σύριγγα χωρητικότητας 5ml βιδωτή, 2 σύριγγες χωρητικότητας 3ml κουμπωτές, 1 παικέτο με οφθαλμολογικά τριγωνάκια (6 τεμάχια) από pval lint free, 1 οφθαλμολογικό ταμπόν medium, 1 δοχείο συλλογής 250ml.
89.	Πακέτο αναλωσίμων για επέμβαση φακοθρυψίας 4 CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό πακέτο χειρουργείου πλήρες που περιλαμβάνει τα παρακάτω αποστειρωμένα υλικά:1 μπλούζα ολικής κάλυψης XL με δύο χειροπετσέτες, 1 μπλούζα ολικής κάλυψης L με δύο χειροπετσέτες, 1 οφθαλμολογικό κάλυμμα με σάκου συλλογής υγρών 250ml, με αυτοκόλλητο τμήμα 9X11,5 χωρίς οπή 127X140cm , 1 μπωλ πλαστικό 250ML, σύριγγες 1 τεμ. ινσουλίνης, 2 τεμ 3 ML, 1

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		τεμ 10 ML, 1 κάνουλα κυστεοτόμο 27G κυρτή , 1 κάνουλα υδροδιαχωρισμού πυρήνα 0,40mm , 2 κάνουλες προσθίου θαλάμου 30G , 1 κάνουλα ιξωδελαστικού (γωνιωμένη) 0.40mm , 6 Στειλοί με αιχμηρό άκρο , 10 Γάζες 12 στρώσεων 7.5X7.5cm , Οφθαλμολογικό κάλυμμα 112X112cm, 1 Πολύ λεπτά γάντια νούμερο 7 1 πολύ λεπτά γάντια νούμερο 8.
90.	Πακέτο αναλωσίμων για επέμβαση φακοθρυψίας 5 CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικό πακέτο χειρουργείου πλήρες που περιλαμβάνει τα παρακάτω αποστειρ. υλικά: 1 Σύριγγα με βιδωτό σύνδεσμο 5ml , 1 Σύριγγα με βιδωτό σύνδεσμο 10ml, 1 Σύριγγα με κουμπωτό σύνδεσμο 3ml, 10 Απορροφητικά ραβδία , 1 Κάνουλα προσθίου θαλάμου 27GX22mm , 1 Κάνουλα κυστεοτόμου 0.50mmX16mm, 1 Κάνουλα προσθίου θαλάμου 23GX22mm , 1 Κάνουλα υδροδιαχωρισμού πυρήνα 0.50mm , 6 Στειλούς με αιχμηρό άκρο , 5 Οφθαλμολογικές μπατονέτες με γάζα 12 στρωμάτων 10X10cm , 1 Χειρουργικό πεδίο απο SMS με σάκο συλλογής 127X140cm , 1 Πολύ λεπτά γάντια χωρίς πούδρα μεγέθους 8 , 1 Πολύ λεπτά γάντια χωρίς πούδρα μεγέθους 7.5 1 Μπλούζα με κλείσιμο Velcro και δύο πετσέτες XL , 1 Αυτοκόλλητο οφθαλμολογικό επίθεμα μεσαίου μεγέθους , 1 Περιτύλιγμα 12x112cm, 1 Κάλυμμα τραπεζιδίου 100X140cm , 1 Οφθαλμολογικό χειρουργικό πεδίο από SMS 125x140cm
91.	Πακέτο αναλωσίμων φακοθρυψίας, πλήρες CPV: 33140000-3	Για μηχανήμα φακοθρυψίας του εκάστοτε νοσοκομείου. Να περιλαμβάνει και βελόνη φακοθρυψίας
92.	Πακέτο αναλωσίμων πρόσθιας υαλοειδεκτομής	Αναλώσιμο αμφίχειρης πρόσθιας υαλοειδεκτομής μίας χρήσεως 20g, δυνατότητας 30-800 κοπών/λεπτό συμβατό με το μηχανήμα φακοθρυψίας του εκάστοτε

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33140000-3	νοσοκομείου

4.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	Ταινίες SCHIRMER CPV: 33124131-2	Διαγνωστικές ταινίες μιας χρήσης διηθητικού χαρτιού διαστάσεων 35x5mm, για τη διενέργεια δοκιμασίας Schirmer
2.	Ταινίες ROSE BENGAL CPV: 33124131-2	Διαγνωστικές ταινίες μιας χρήσης με Ερυθρό της Βεγγάλης - αποστειρωμένες ατομική συσκευασία
3.	Ταινίες φλουοροσκεΐνης CPV: 33124131-2	Διαγνωστικές ταινίες φλουοροσκεΐνη μιας χρήσης - αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία
4.	Βαμβakoφόροι στείλεοί CPV: 33140000-3	Βαμβakoφόροι στείλεοί μιας χρήσης 15cm περίπου - αποστειρωμένο
5.	Οφθαλμολογικά ταμπόν CPV: 33140000-3	Οφθαλμολογικά ταμπόν αποστειρωμένα μιας χρήσης
6.	Καλύπτρα οφθαλμολογική CPV: 33140000-3	Καλύπτρα οφθαλμολογική, διάτρητη, πλαστική, από διάφανο υλικό, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Οι διαστάσεις θα καθορίζονται στην διακήρυξη.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7.	Κυλινδροειδείς, οφθαλμολογικοί σπόγγοι (τσιγαράκια) CPV: 33140000-3	Απορροφητικοί, κυλινδροειδείς, διηθητικοί οφθαλμολογικοί σπόγγοι, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Οι διαστάσεις θα καθορίζονται στην διακήρυξη.
8.	Τριγωνικοί σπόγγοι CPV: 33140000-3	Τριγωνάκια microsponge χειρουργικά, με λαβή, σε συσκευασία 5-10 τεμαχίων, αποστειρωμένα, μιας χρήσης. Οι διαστάσεις θα καθορίζονται στην διακήρυξη
9.	Θεραπευτικοί φακοί επαφής CPV: 33140000-3	Φακοί επαφής κατασκευασμένοι για θεραπευτική χρήση διάμετρος (14mm). Η διάμετρος θα καθορίζεται από την διακήρυξη.
10.	Χειρουργικά οθώνια μικρά (Drape) χωρίς σακούλες CPV: 39518200-8	Χειρουργικά οθώνια μικρά (0.6m x 0.4m) με κεντρική οπή.
11.	Μαρκαδόροι CPV: 33140000-3	Μαρκαδόροι αποστειρωμένοι ανεξίτηλοι για οφθαλμολογική χρήση
12.	Βλεφαροδιαστολέας CPV: 33140000-3	Να έχει διαστάσεις 44x24mm & 14x5mm μέγεθος διαστολής Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
13.	Βλεφαροδιαστολέας για νεογνά CPV: 33140000-3	
14.	Φακός διαγνωστικός – εξεταστικός (indirect), διπλά ασφαιρικός CPV: 33730000-6	διοπτρίες 20 D
15.	Φακός για μελέτη βυθού τύπου quadraspheric, με laser επικάλυψη CPV: 33730000-6	
16.	Φακός επαφής τύπου area centralis για laser CPV: 33731000-3	
17.	Κύλινδρος-κεφαλή τονόμετρου επιπέδωσης, CPV: 33730000-6	τύπου GOLDMAN
18.	Φακός διαγνωστικός – εξεταστικός (direct), τριεδρικός, μεσαίο μέγεθος δακτυλίου	τύπου three mirror volk

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	CPV: 33730000-6	
19.	Ψαλίδι GILLS-VANNAS CPV: 33162200-5	κεκλιμένο, μήκος ψαλιδιού 7mm
20.	Φακός διαγνωστικός – εξεταστικός, CPV: 33730000-6	τύπου volk. Οι dpt θα καθορίζονται από την διακήρυξη
21.	Φακός επαφής iridectomy για laser CPV: 33731000-3	τύπου ocular abraham
22.	Ταινίες μέτρησης pH οφθαλμικής επιφάνειας CPV: 33124131-2	Διαγνωστικές ταινίες διηθητικού χαρτιού με ειδική σήμανση για μέτρηση pH 0-14. Σε πλαστική θήκη των 100 τεμαχίων
23.	Διαθερμία φορητή (θερμοκαυτήρας) Υψηλής θερμοκρασίας CPV: 33100000-1	Στειλέος καυτηριασμού μιας χρήσης (διαθερμία), αποστειρωμένος, υψηλής θερμοκρασίας (1205 βαθμούς κελσίου) με εργονομικό σχήμα, με shaft άκρη 1/2 in. Fine tip. Λειτουργία με μπαταρία

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
24.	Σύστημα αντιμετώπισης Βλεφαρίτιδας CPV: 33731000-3	Περιλαμβάνει 1 κυτίο με αναλώσιμες πλαστικές λαβίδες (12 τεμ.) 1 κυτίο με αναλώσιμα πινέλα αφαίρεσης των ακάρεων (12 τεμ.) 1 κυτίο με αναλώσιμα υγρά μαντηλάκια σε ατομική συσκευασία (12 τεμ.) 1 κυτίο με στείλεους εμβαπτισμένους σε ειδικό διάλυμα έκπλυσης (12 τεμ.) 1 κυτίο με στείλεους εμβαπτισμένους σε ειδικό διάλυμα Tea tree oil (12 τεμ.)

5.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	Βαλβίδα γλαυκώματος τύπου EXPRESS, με αυλό 200μm CPV: 33140000-3	
2.	Βαλβίδα γλαυκώματος τύπου EXPRESS, με αυλό 50μm CPV: 33140000-3	
3.	Βαλβίδες αντιγλαυκωματικές τύπου AHMED, για χρήση σε ενήλικες CPV: 33140000-3	
4.	Βαλβίδες αντιγλαυκωματικές τύπου AHMED, για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς CPV: 33140000-3	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.	Αντιγλαυκωματική συσκευή για χρήση σε ενήλικες CPV: 33140000-3	Αντιγλαυκωματική συσκευή χωρίς βαλβιδικό μηχανισμό από ιατρική εμφυτεύσιμη σιλικόνη, ενηλίκων, μήκους 44,9mm, πλάτους 23mm και επιφάνεια δίσκου 342,1mm ² . Να διαθέτει σωλινίσκο σιλικόνης εξωτερικής διαμέτρου 0,467mm και εσωτερικής 0,127mm
6.	Αντιγλαυκωματική βαλβίδα χωρίς βαλβιδικό μηχανισμό από ιατρική σιλικόνη ενηλίκων CPV: 33140000-3	Να είναι άριστης ποιότητας, κατασκευής/φινιρίσματος. Να φέρεται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να αναγράφεται η μέθοδος αποστείρωσής τους. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ <u>A. Προδιαγραφές δίσκου (plate)</u> Να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μεγέθους (αναφορά διαστάσεων) και να υφίσταται σε διάφορα μεγέθη ενηλίκων. Να είναι ελλειπτικού σχήματος (όχι επίπεδος στο profile του) ώστε να επικάθονται επί του βολβού άνευ παραμόρφωσης του. Να είναι κατασκευασμένος από αδρανές και ιστοσυμβατό υλικό.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		Να μην υπάρχει βαλβιδικός μηχανισμός για την απρόσκοπτη ροή του υγρού. Να υπάρχει εμπειρία στην αγορά (κατάλογος Νοσοκομείων που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο είδος). <u>Β. Προδιαγραφές σωληνίσκου (tube)</u> Να είναι συνδεδεμένος με τον δίσκο (plate), να είναι ικανού μήκους (να αναφέρεται σε εκατοστά) ώστε να δύναται να κοπεί/ρυθμιστεί αναλόγως. Να είναι κατασκευασμένος από μαλακή σιλικόνη ή άλλο μαλακό εύκαμπτο υλικό (ιστοσυμβατό). Να είναι διαμέτρου (εξωτερικής) όχι μικρότερης των 23G. <u>Γ. Επέκταση σωληνίσκου</u> Το υλικό επέκτασης να είναι το ίδιο με το υλικό του σωληναρίου και να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης προσαρμογής του στο υπάρχον σωληνάριο. Να έχει δημοσιευμένες μελέτες χρήσης της σε peer reviewed επιστημονικά περιοδικά χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 5 ετών εφαρμογής της.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7.	Ένθεμα γέλης τύπου ΧΕΝ με ενθέτη CPV:33140000-3	Ένθεμα γέλης για τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, μήκους 6mm και διαμέτρου 45μm, με ένθεση από μικρή τομή του προσθίου θαλάμου. Συνοδεΐα 27G ενθέτη.
8.	Ένθεμα τύπου Cypass CPV:33140000-3	Ένθεμα μείωσης ενδοφθάλμιας πίεσης, μήκους 6.35mm, εξωτερικής διαμέτρου 430μm και εσωτερικής διαμέτρου 300μm, με 3 δακτυλίους συγκράτησης σε μήκος 510μm και 64 οπές για τη μεγιστοποίηση της ροής και ένθεση από μικρή τομή του προσθίου θαλάμου.
9.	Σύστημα τύπου iStent CPV:33140000-3	Σύστημα 2 ενθεμάτων μείωσης ενδοφθάλμιας πίεσης. Διαστάσεις ενθεμάτων 0.36 mm σε ύψος και 0.23 mm σε εύρος. Κάθε ένθεμα να έχει 4 οπές για μεγιστοποίηση ροής.
10.	Μεμβράνη ανθρώπινης προέλευσης ειδική για οφθαλμολογικές επεμβάσεις (Fascia Lata) CPV: 33184100-4	Ειδικό μόσχευμα – μεμβράνη ανθρώπινης προέλευσης (Fascia Lata), σε διάσταση 15x30mm, ειδική για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, μη λυοφιλοποιημένο, να διατίθεται σε ενυδατωμένη μορφή έτοιμο προς χρήση. Να είναι αποστειρωμένο με νέες τεχνικές με επίπεδο βεβαιότητας αποστείρωσης 10-6 (SAL), μη πυρετογόνες, που καλύπτουν το FDA , σε χαμηλή δόση γ ακτινοβολίας. ΝΑ φέρει πιστοποιητικά ISO, AATB, FDA. Η εταιρεία που το προσφέρει να διαθέτει άδεια εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διανομής ανθρώπινων οστικών μοσχευμάτων από τον ΕΟΠ και το Υπουργείο Υγείας, βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
11.	Οφθαλμικό μαχαιρίδιο με διπλή λεπίδα τύπου Kahook (dual blade-kdb) CPV: 33141410-7	Δυνατότητα διενέργειας παράλληλων τομών στο γωνιακό δικτυωτό και στο σωλήνα του Schlemm, προς μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Να έχει δυνατότητα εισόδου από μικρή τομή κάτω των 3.0 mm.
12.	Ράμμα Supramid CPV: 33141126-9	Ράμμα 3-0 supramis πολυααμίδιο (λευκό) cable type με 2 βελόνες 18inc., STI Type. Μη απορροφήσιμο για ενδοαυλική ένθεση αντιγλαυκωματικών βαλβίδων.

6.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	Ενθέτης Geuder CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης ενθέτης DMEK-CARTRIDGE για την διευκόλυνση της ασφαλούς και ατραυματικής εισόδου του μοσχεύματος ενδοθηλίου στις επεμβάσεις DMEK, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσμολογίας επέκτασης (Heidelberg extension tubing) με τη σύριγγα και. Διαθέσιμο για ένθεση από 2 τομές 2.4 και 2.75 mm.
2.	Συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου EndoSerter CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου για την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο του μοσχεύματος κατά τη διάρκεια μεταμοσχεύσεων τύπου DS(A)ΕΚ. Να παρέχει δυνατότητα εσωτερικής παροχής/διαβροχής κατά την είσοδο του μοσχεύματος και δυνατότητα εισόδου από 4mm κερατική τομή. Να έχει δυνατότητα ένθεσης μοσχεύματος 8.5mm διαμέτρου και 175 micron κεντρικού πάχους. Δυνατότητα ένθεσης χωρίς χρήση λαβίδας σύλληψης μοσχεύματος.
3.	Συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου Tan endoglide CPV: 33140000-3	Μιας χρήσης συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου για την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο του μοσχεύματος κατά τη διάρκεια μεταμοσχεύσεων τύπου DS(A)ΕΚ. Να έχει δυνατότητα ένθεσης μοσχεύματος έως 9.5 mm διαμέτρου και 250 micron κεντρικού πάχους. Κατάλληλο για διατήρηση προσθίου θαλάμου, ένθεση σε μικρούς οφθαλμούς με υψηλή υαλοειδική πίεση. Ένθεση μέσω σκληρικού τούνελ. Διάφανος ενθέτης για πλήρη οπτική

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
		επαφή με το μόσχευμα. Ένθεση με λαβίδα σύλληψης μοσχεύματος.
4.	Κάνουλα ένθεσης τύπου TAN CPV: 33140000-3	Κάνουλα ένθεσης 27 G για τον διαχωρισμό των στιβάδων του κερατοειδή στην επέμβαση DALK.
5.	Μόσχευμα ενδοθηλίου κερατοειδούς CPV: 33184100-4	Μόσχευμα ενδοθηλίου του κερατοειδούς (DSAEK) από πτωματικό δότη. Στο διάλυμα συντήρησης του μοσχεύματος να περιέχεται η αντιμυκητιασική ουσία Αμφοτερικίνη Β (Ampho B). Το πάχος του μοσχεύματος να είναι >70μm (Nano thin) και <110μm. Να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης του μοσχεύματος εντός τριών ημερών από το αίτημα προμήθειας.
6.	Κερατοειδικό τρυπάνι και θάλαμος συγκράτησης (Corneal trephine and punch) CPV: 33162200-5	Κερατοειδικά τρυπάνια διαμέτρου από 6 έως 8.25 mm με αυξανόμενη διάμετρο ανά 0.25 mm.
7.	Κερατοειδικό τρυπάνι και θάλαμος συγκράτησης με λαβή χειρός. (Corneal trephine and punch) CPV: 33162200-5	Κερατοειδικά τρυπάνια διαμέτρου από 6 έως 8.25 mm με αυξανόμενη διάμετρο ανά 0.25 mm.
8.	Κερατοειδικό τρυπάνι και θάλαμος συγκράτησης (Corneal trephine and punch) για	Δυνατότητα διατομής συγκεκριμένου πάχους 300 και 400 μm.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	διατομή συγκεκριμένου πάχους CPV: 33162200-5	
9.	Τρυπάνι δότη με άνω/κάτω κόπτουσα CPV: 33162200-5	Τρυπάνι μοσχεύματος κενού (δότου) με λεπίδα άνω και κάτω κοπτικών άκρων για κυκλική κάθετη κοπή, διαμέτρου από 6,5mm έως 9mm με βήμα 0,25mm
10.	Τρυπάνι λήπτη ρυθμιζόμενο με άνω/κάτω κόπτουσα CPV: 33162200-5	Τρυπάνι κερατοειδούς κενού (για τον λήπτη) με λεπίδα άνω και κάτω κοπτικών άκρων για κάθετη κοπή, ρυθμιζόμενου βάθους με βήμα 250μm, διαμέτρου από 6,5mm έως 9mm με βήμα 0,25mm
11.	Τεχνητός πρόσθιος θάλαμος τύπου Barron CPV:33140000-3	Αποτελείται από 3 τμήματα. την βάση, τον διατηρητή κερατοειδικού ιστού και τον δακτύλιο συγκράτησης.
12.	Οφθαλμολογικά μαχαιρίδια διατομής συγκεκριμένου βάθους CPV: 33141410-7	Για τομές σε βάθος: - 350 -600 micron
13.	Μαχαιρίδιο τύπου Beaver (Beaver EdgeAhead Circular Knives) CPV: 33141410-7	Ειδικά μαχαιρίδια με επιφάνεια κοπής 260ο μοιρών εύρους 2.25 mm και γωνίας 60

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
14.	Ιστική κόλλα ινικής, 2 συστατικών, 2ml. (προπαρασκευασμένη ή με χωριστά τα 2 υλικά προς ανάμειξή τους- θα ορίζεται στη διακήρυξη) CPV: 33140000-3	Να διατίθεται σε συσκευασία είτε προπαρασκευασμένη είτε με χωριστά τα 2 υλικά προς ανάμειξή τους (θα ορίζεται στη διακήρυξη)
15.	Ιστική κόλλα κυανουακρυλικού κανονικού βουτυλεστέρα 0,5ml CPV: 33140000-3	
16.	Υγρό διατήρησης οφθαλμολογικών μοσχευμάτων CPV: 33140000-3	Να περιέχει αντιβιοτικό, αντιμυκητιασικό και υλικό συντήρησης μοσχευμάτων
17.	Λωρίδες από ιστό ζωικού περικαρδίου 1,6cm x 9.2cm CPV: 33140000-3	(VG-0209N, ΕΚΑΠΤΥ 192685)
18.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 6mm CPV: 33162200-5	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
19.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 6.25mm CPV: 33162200-5	
20.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 6.50mm CPV: 33162200-5	
21.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 6.75mm CPV: 33162200-5	
22.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 7mm CPV: 33162200-5	
23.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 7.25mm CPV: 33162200-5	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
24.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 7.50mm CPV: 33162200-5	
25.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 7.75mm CPV: 33162200-5	
26.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 8mm CPV: 33162200-5	
27.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 8.25mm CPV: 33162200-5	
28.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 8.50mm CPV: 33162200-5	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
29.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 8.75mm CPV: 33162200-5	
30.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 9mm CPV: 33162200-5	
31.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για δότη, 9.50mm CPV: 33162200-5	
32.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 6mm CPV: 33162200-5	
33.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 6.25mm CPV: 33162200-5	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
34.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 6.50mm CPV: 33162200-5	
35.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 6.75mm CPV: 33162200-5	
36.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 7mm CPV: 33162200-5	
37.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 7.25mm CPV: 33162200-5	
38.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 7.50mm CPV: 33162200-5	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
39.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 7.75mm CPV: 33162200-5	
40.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 8mm CPV: 33162200-5	
41.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 8.25mm CPV: 33162200-5	
42.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 8.50mm CPV: 33162200-5	
43.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 8.75mm CPV: 33162200-5	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
44.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 9mm CPV: 33162200-5	
45.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 9.25mm CPV: 33162200-5	
46.	Τρυπάνι κερατοπλαστικής με αναρρόφηση για λήπτη, 9.5mm CPV: 33162200-5	
47.	Πακέτο θεραπείας με ριβοφλαβίνες για επιταχυνόμενη διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς, με αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς. CPV:33140000-3	Το πακέτο να περιέχει 10 τεμάχια με ριβοφλαβίνη για ενστάλαξη σε οφθαλμό με την παρακάτω σύσταση: 1. 0.1% Ριβοφλαβίνη--2. Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη--3. Φυσιολογικό ορό (Saline) Κάθε πακέτο να συνοδεύεται από μία ειδική κάρτα RFID με τη δυνατότητα να ξεκλειδώνει 10 θεραπείες.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
48.	Πακέτο θεραπείας με ριβοφλαβίνες για επιταχυνόμενη διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς, χωρίς την αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς. CPV:33140000-3	Το πακέτο να περιέχει 10 τεμάχια με ριβοφλαβίνη για ενστάλαξη σε οφθαλμό με την παρακάτω σύσταση: 1. 0.25% Ριβοφλαβίνη 2. Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη 3. BAC Κάθε πακέτο να συνοδεύεται από μία ειδική κάρτα RFID με τη δυνατότητα να ξεκλειδώνει 10 θεραπείες.
49.	Πακέτο θεραπείας με ριβοφλαβίνες για επιταχυνόμενη διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς κατά την διαθλαστική επέμβαση Lasik. CPV:33140000-3	Το πακέτο να περιέχει 10 τεμάχια με ριβοφλαβίνη για ενστάλαξη σε οφθαλμό με την παρακάτω σύσταση: 1. 0.22% Ριβοφλαβίνη 2. Φυσιολογικό ορό (Saline) 3. Ισότονο διάλυμα Κάθε πακέτο να συνοδεύεται από μία ειδική κάρτα RFID με τη δυνατότητα να ξεκλειδώνει 10 θεραπείες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ II

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ ⁽¹⁾:ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ ⁽²⁾:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ ⁽³⁾:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔ ⁽⁴⁾	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ⁽⁵⁾	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ⁽⁶⁾

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ⁽⁷⁾**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:**

(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ–Α–00134).

(2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1^η).

(3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1^η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.

(4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι αριθμοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου (Παράδειγμα: Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρεις έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά (Παράδειγμα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται από ...). Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μίας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση.

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.

(7) Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ III

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(υπόδειγμα)

Ο υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου) του (όνομα πατρός), αρ. ταυτότητας κάτοικος, επί της οδού αριθ., ΤΚ

ΔΗΛΩΝΩ

ως νόμιμος εκπρόσωπος της (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης) ότι:

Η περιγραφή υλικού, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία κατασκευής και το υπόλοιπο της διάρκειας ζωής, για τα υλικά του διαγωνισμού έχουν ως εξής:

A/A	Περιγραφή Υλικού	Παρτίδα	Ημερομηνία κατασκευής	Υπόλοιπο διάρκειας ζωής

Ο

ΔΗΛΩΝ

(Τίθεται Υπογραφή- Σφραγίδα)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024