ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–00323

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η
1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1. Να προστεθεί στην Προσθήκη ΙΙ -8β (Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης, με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα),το παρακάτω υλικό:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	Ράμμα 4/0 μονόκλωνο από πολυδιοαξόνη απορροφήσιμο	Νο 4/0 με δύο βελόνες 17mm στρογγυλού σώματος ατραυματικές ½ του κύκλου αμφίπλευρα τοποθετημένες με μήκος ράμματος 90cm ΕΡ 1,5 και χρώμα ιώδες

2. Να προστεθεί στην Προσθήκη ΙΙ -5β (Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα),το παρακάτω υλικό:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
2	Ράμμα 6/0 μονόκλωνο από πολυαμίδιο μη απορροφήσιμο	Ράμμα μη απορροφήσιμο από μονόκλονο πολυαμίδιο Νο 6/0 ΕΡ0.7, μαύρου χρώματος, μήκους 75cm, με βελόνα 12mm αντιστρόφως κόπτουσα 3/8 του κύκλου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ–Α–00323 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Σμχος(ΥΙ) Αντρέας Πατέλης Δντης Οφθαλμολογικής Κλινικής
ΕΛΕΓΧΟΣ	Σμχος(ΥΙ) Άγγελος Καραμάνης Δντής Χειρουργικού Τομέα 251 ΓΝΑ
ΘΕΩΡΗΣΗ	Ταξχος(ΥΙ) Αντώνιος Χειμώνας Διοικητής 251 ΓΝΑ 16 Νοε 2026