

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00328

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 5^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΓΕΑ/ΔΥΓ**

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔ-A-00328

1. Να προστεθούν τα νέα υλικά :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
274	Αιμοστατική μεμβράνη από βίο-πολυμερές χιτοζάνης με διαστάσεις 5 x 3cm CPV:33141127-6	Αιμοστατική μεμβράνη με διαστάσεις 5 x 3cm από βίο-πολυμερές χιτοζάνης συζευγμένης με κατεχόλη , για τον άμεσο έλεγχο εξωτερικής αιμορραγίας με την δημιουργία ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συστατικών της και των συστατικών του αίματος. Να διαθέτουν CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής. Η προσφορά να συνοδεύεται από εργασίες και αναφορές σε διεθνή βιβλιογραφία .
275	Αιμοστατική μεμβράνη από βίο-πολυμερές χιτοζάνης με διαστάσεις 2X2cm CPV:33141127-6	Αιμοστατική μεμβράνη με διαστάσεις 2 X 2cm από βίο-πολυμερές χιτοζάνης συζευγμένης με κατεχόλη , για τον άμεσο έλεγχο εξωτερικής αιμορραγίας με την δημιουργία ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συστατικών της και των συστατικών του αίματος. Να διαθέτουν CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής. Η προσφορά να συνοδεύεται από εργασίες και αναφορές σε διεθνή βιβλιογραφία .
276	Πλήρες πακέτο βιοψίας/μικροεπεμβάσεων CPV:33111710-1	Πλήρες πακέτο βιοψίας/μικροεπεμβάσεων που αποτελείται από: 1 νυστέρι Νο 11 - 2 Μπολ 250ml - 3 Π Γάζες 10 x 10cm 12ply 5 pack - 4 Π Γάζες 5 x 5cm 12ply 5 pack - 2 Σφουγγάρια με πλαστική λαβή 5cm - 2 σύριγγες 10ml L/S - 1 σύριγγα 10ml L/L - 2 σύριγγες 20ml L/S - 1 σύριγγα 20ml L/L - 1 βελόνα 18 G x 50mm Hygro pink - 2 βελόνες 22 G x 32mm Hygro black - 1 βελόνα 23 G x 60mm blue - 1 Σεντόνι βιοψίας 50 x 60cm διπλής επίστρωσης με μία οπή 8x6cm- 1 δίσκος 24,5 x 13,5 cm -1 Κάλυμμα τραπεζιού 140x140cm.
277	Σετ μικροεπεμβάσεων.	Σετ μικροεπεμβάσεων. Να περιλαμβάνει: -1

	CPV:33111710-1	Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητη οπή 14 cm, 3 στρωμάτων και διαστάσεων 120 x 150 cm. -2 Αυτοκόλλητα Χειρουργικά πεδία 3 στρωμάτων και διαστάσεων 100 x 100 cm. -1 Πλαστικό μπουλ χωρητικότητας 500 ml -1 Νεφροειδές πλαστικό χωρητικότητας 750 ml - 1 Πλαστική Λαβίδα Γαζών -1 Κάλυμμα τραπεζιού 150 x 200 cm Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων είναι πλάτους 5 εκατοστών με υποαλλεργική κόλλα και δεν ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον ασθενή. Τα χειρουργικά πεδία είναι κατασκευασμένα από ισοθερμικό non woven υλικό. Το υλικό κατασκευής είναι απορροφητικό, μαλακό, καλύπτει τον ασθενή κοντά στο δέρμα του και παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση για να υποστηρίξει τη φυσική κατάσταση του ασθενούς. Ταξινομείται στην κατηγορία Ι ανάφλεξης. Κάθε ατομική συσκευασία φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος. Σε ανθεκτική, αδιάβροχη, διαφανή τύπου PEEL PACK για καλύτερη ασφαλή διαχείριση, τηρώντας τις ιδιότητες της άσηπτης τεχνικής. Δεν περιέχει Latex. Διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία με Αιθυλενοξείδιο (ΕΟ).
278	Σκόνη μικροσωματιδίων (micronized 0,5 microns) τανταλιου CPV:33696800-3	Σκόνη μικροσωματιδίων (micronized 0,5 microns) τανταλιου ,υψηλής ακτινοδιαπερατότητας, προορισμένη για συνδυαστική χρήση με βιολογικούς εμβολικούς, παράγοντες/ιστικές κόλλες ,συμβάλλοντας τόσο στην αδιαφανοποίηση τους όσο και στην επιτάχυνση του πολυμερισμού (όπου αυτή απαιτείται) κατάλληλη για περιστατικά εμβολισμού αρτηριοφλεβωδων δυσπλασιών . Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία/φιαλίδιο 0,5gram .
279	Συστημα αγγειακης συμπίεσης/περιδεσης της βραχιονιου χωρας. CPV:33141116-6	Συστημα αγγειακης συμπίεσης/περιδεσης της βραχιονιου χωρας. Αποτελείται από εναν ιμαντα από αντιαλλεργικο / αντιβακτηριακο υλικο με ενσωματομενο ειδικο αφρολεξ προκειμενου να προσαρμοζεται σε κάθε σωματοτυπο ασθενους και να πετυχαινει την μεγιστη συμπίεση του αγγειου επειτα απο καθε διαγνωστικη και επεμβατικη πραξη.το συστημα είναι μιας χρησεως. τοποθετείται και

		απο τη δεξια και απο την αριστερη μερια. τα υλικά απο τα οποια είναι φτιαγμενος ο ιμαντας είναι πολυπροπυλενιο και πολυουρεθανη. οι διαστασεις του ιμαντα είναι 64 cm μηκος & 6 cm πλατος
280	Σύστημα αγγειακής συμπίεσης/περιδεσης της βουβωνικής χώρας CPV:3314116-6	Σύστημα αγγειακής συμπίεσης/περιδεσης της βουβωνικής χώρας. Αποτελείται από δυο ενωμενους ιμαντες (περιφερεια και μηρο) από αντιαλλεργικο / αντιβακτηριακο υλικο με ενσωματωμενα velcro και ειδικο αφρολεξ προκειμενου να προσαρμοζεται σε κάθε σωματοτυπο ασθενους και να πετυχαινει την μεγιστη συμπίεση του αγγειου επειτα απο καθε διαγνωστικη και επεμβατικη πραξη.το συστημα είναι μιας χρησης. τοποθετείται και απο τη δεξια και απο την αριστερη μερια. τα υλικά απο τα οποια είναι φτιαγμενοι οι ιμαντες είναι απο πολυπροπυλενιο, πολυεστερας και πολυουρεθανη. οι διαστασεις του ιμαντα της περιφερειας είναι 118 cm μηκος & 15 cm πλατος και ο ιμαντας που μπαίνει στο μηρο 80 cm μηκος & 15 cm πλατος.
281	Αιμοστατική Βαλβίδα με μικρό σώμα και σωλήνα επέκτασης CPV:33194120-3	Βαλβίδα αιμόστασης με μικρό σώμα και σωλήνα επέκτασης ονομαστικής τιμής έως 400 psi. Με εσωτερικό αυλό: 2.44mm/7.3F και μήκος σωλήνα επέκτασης: 15cm
282	Συριγγα ενδοφλεβίων χορηγήσεων luer lock 1ml CPV:33141310-6	Συριγγες βιδωτες 1ml με latex-free παρεμβυσμα: εκμηδενίζει απολυτα τον κινδυνο σε αλλεργίες στο latex. διαφανος κυλινδρος για τελειο έλεγχο του περιεχομενου της συριγγας. εντονοτερη εκτυπωση κλιμακας για πιο ακριβη αναγνωση της δωσης. ειδικη λιπανση σιλικονης για ομαλη και ομοιομορφη κινηση του εμβολου. δακτυλιος ασφαλειας: προλαμβανει ατυχη έξοδο του εμβολου απο τον κυλινδρο. τυπος υλικων. κυλινδρος και έμβολο: πνευ τυπου πολυπροπυλενιο (pp 10222). ελαστικο παρεμβυσμα: συνθετικο λαστιχο (latex free). υλικά συσκευασιας: φιλμ (blister), medical grade paper. Μεθοδος αποστειρωσης :εο.μιας χρησης.latex free.
283	Καθετήρας ενδοαγγειακού υπερήχου μηχανικής σάρωσης	Καθετήρας ενδοαγγειακού υπερήχου μηχανικής σάρωσης και συχνότητας

	και συχνότητας 15MHz CPV:33111740-0	15MHz,για την απεικόνιση της εσωτερικής μορφολογίας των περιφερικών αγγείων συμβατός με συρμάτινο οδηγό 0.035 και θηκάρι 8F. Να διαθέτει πραγματική διακριτική ικανότητα 360 μοιρών λόγω του περιστρεφόμενου μετατροπέα και ακτινοσκίερα σημεία τοποθετημένα σε αποστάσεις ανά 1cm μεταξύ τους. Η οπτική διακριτική ικανότητα του να είναι τα 70mm διαμέτρου αγγείων δίνοντας αξιόπιστη ποιοτική απεικόνιση και δυνατότητα αξιολόγησης σε πολύπλοκες στενώσεις, εν τω βάθει θρομβώσεις, συμπίεση λαγονίων φλεβών , μετα θρομβωτικών και άλλων φλεβικών επεμβάσεων. Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) τεμαχίου συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ απαραίτητων για την προετοιμασία του καθετήρα πριν τη χρήση του. Να δίνεται επίσης η δυνατότητα αντιγραφής της εξέτασης σε φορητά μέσα καθώς και η επεξεργασία αυτής.
284	Καθετήρας ενδοαγγειακού υπερήχου μηχανικής σάρωσης και συχνότητας 30MHz CPV:33111740-0	Καθετήρας ενδοαγγειακού υπερήχου μηχανικής σάρωσης και συχνότητας 30MHz,για την απεικόνιση της εσωτερικής μορφολογίας των περιφερικών αγγείων συμβατός με συρμάτινο οδηγό 0.018. Να προορίζεται για σάρωση των εξής περιφερικών αγγείων: επιπολής μηριαία, ιγνυακή, κνημιαία, νεφρικές. Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) τεμαχίου συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ απαραίτητων για την προετοιμασία του καθετήρα πριν τη χρήση του. Να δίνεται επίσης η δυνατότητα αντιγραφής της εξέτασης σε φορητά μέσα καθώς και η επεξεργασία αυτής
285	Ημιεπικαλυμμένο Στεντ διασφαγιδιτικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης CPV:33184200-5	Ημιεπικαλυμμένο στεντ διασφαγιδιτικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης από πολυτετραφθοραιθυλένιο ePTFE με σκελετό νικελίου-τιτανίου. Διερχόμενο από κιτ εισαγωγής 10F. Το μόσχευμα διατίθεται σε διαμέτρους 8-10mm. Το μήκος του επενδυμένου είναι 4-8εκ και 2 cm από γυμνό στεντ νικελίου-τιτανίου σταθερά σε όλα τα μήκη. Διαθέτει δύο χρυσούς markers στο επενδυμένο τμήμα του. Ένα στο εγγύς και ένα στο τέλος του ePTFE. Η διάταξη του στεντ είναι σε σειρά Z stent, ενώ στο τμήμα του γυμνού των 2 cm σε

		πλέξη. Το εγγύς τμήμα του graft είναι fleur για την καλύτερη στήριξη αυτού. Διαθέτει τεχνολογία ControlExpansion, όπου έτσι επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη καθώς και πλήρη ενσωμάτωση του μοσχεύματος, χωρίς να ασκείται πίεση.
286	Διασφαγητιδικό σετ ήπατος(TIPS) CPV:33111710-1	Διασφαγητιδικό σετ ήπατος όπου περιλαμβάνει τον κεκαμένο οδηγό καθετήρα με γωνία 30 μοιρών προς αποφυγή διαπερατότητας πυλαίας φλέβας, την κεκαμένη βελόνη 16 gauze, ατραυματική ως προς την προσπέλαση, με διαστολέα, καθώς και σετ εισαγωγής 10F με οδηγό διαστολέα για την ηπιότερη προσπέλαση πυλαίας φλέβας και ήπατος αλλά και της ηπατικής φλέβας, με υδρόφιλη επικάλυψη.

2. Να τροποποιηθεί το παρακάτω υλικό :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
244	Καθετήρας διάνοιξης αγγείων με τεχνολογία ακουστικών κρουστικών παλμών. CPV:33111730-7	Καθετήρας διάνοιξης αγγείων με τεχνολογία ακουστικών κρουστικών παλμών. Να είναι διαθέσιμος σε μήκη μπαλονιού 40 mm και 60mm και διάμετρο διαβαθμισμένη ανά 0,5 από 3,5 έως 8mm. Να είναι συμβατός με θηκάρι 5f- 6f-7f και οδηγό σύρμα 0,014'. Να υποστηρίζεται με IVL γεννήτρια ύψους 3000volt και συχνότητας 1Hz,με συνδετικό καλώδιο για τον καθετήρα.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-00328
ΕΚΔΟΣΗ 1^η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 5^η

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΣΜΧΟΣ (ΥΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΙΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΜΧΟΣ (ΥΙ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΑΞΟΣ (ΥΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ