

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00341

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η

1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Να προστεθούν τα παρακάτω υλικά στην Προσθήκη Ι της προδιαγραφής:

Α.Α. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
62	Σετ Αιμορροϊδοπλαστικής LHP CPV (33161000-6)	Σετ Αιμορροϊδοπλαστικής LHP αποτελούμενο από: - Ανοσκόπιο με χειρολαβή, διαμέτρου 36mm - Κάνουλα εισαγωγής 14GX60mm, - Καθετήρα οπτικής ίνας 500mm, με συντηγμένο άκρο υάλινης κεφαλής με κωνική εκπομπή, συμβατή με λέιζερ 980nm &1470nm για εξάχνωση, συρρίκνωση και αιμόσταση ιστών.
63	Σετ θεραπείας Περιεδρικών Συριγγίων CPV (33161000-6)	Σετ θεραπείας Περιεδρικών Συριγγίων, αποτελούμενο από: - Ανοσκόπιο με χειρολαβή, διαμέτρου 36mm - Vessel loop σιλικόνης, διαστάσεων 1.02mm ID x 2.16mm OD x 300mm - Καθετήρα οπτικής ίνας 600mm, με συντηγμένο άκρο υάλινης κεφαλής με κυκλική εκπομπή (360°), συμβατό με λέιζερ 980nm &1470nm για εξάχνωση, συρρίκνωση και αιμόσταση ιστών.
64	Καθετήρας ενδοσκοπικής θεραπείας κύστης κόκκυγα CPV (33161000-6)	Καθετήρας ενδοσκοπικής θεραπείας κύστης κόκκυγα αποτελούμενο από: καθετήρα οπτικής ίνας 600mm, με συντηγμένο άκρο γυάλινης κεφαλής κυκλικής εκπομπής της ενέργειας (360°), συμβατό με λέιζερ 980nm &1470nm για εξάχνωση, συρρίκνωση και αιμόσταση των ιστών.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ Α-00341
ΕΚΔΟΣΗ 1^η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3^η

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΣΧΗΣ (ΥΝ) ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΧΗΣ (ΥΠ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΩΝΑΣ
ΘΕΩΡΗΣΗ	ΥΠΤΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15 Σεπ 23	