

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ - Α - 00365

ΕΚΔΟΣΗ 1η  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4η

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Να τροποποιηθεί η Προσθήκη Ι προσθέτοντας το παρακάτω υλικό:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
105	Εύκαμπτο ψηφιακό ουρητηροσκόπιο μιας χρήση CPV: 33125000-2	<ul style="list-style-type: none"><li>-με εξωτερική διάμετρο μικρότερη ή ίση από 9,5 χιλιοστά</li><li>-με διαστολικό άκρο μικρότερο ή ίσο από 7,7 χιλιοστά</li><li>-κανάλι εργασίας διαμέτρου τουλάχιστον 3,6 Fr</li><li>-να επιτυγχάνει γωνίωση προς τα πάνω και κάτω κατ' ελάχιστον 270 μοίρες</li><li>-να υπάρχει έξοδος στο κανάλι εργασίας στην 3<sup>η</sup> ή 9<sup>η</sup> ώρα για την διευκόλυνση των χειρισμών στο δεξιό και αριστερό νεφρό αντίστοιχα</li><li>-να είναι συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του νοσοκομείου</li><li>-το υλικό να έχει δοκιμαστεί το νοσοκομείο (εάν δεν έχει γίνει ήδη, αυτό να γίνεται με χρέωση της εταιρείας)</li><li>-επιθυμητή είναι η δυνατότητα αποστείρωσης ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση του.</li></ul>

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
ΠΕΔ -Α -0365  
ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4<sup>η</sup>

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΣΜΧΟΣ (ΥΙ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΑΠΤΙΔΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΑΞΧΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΑΞΧΟΣ (ΥΙ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	