

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01139

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>

1<sup>ης</sup> ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LCR  
(ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 2.2.7 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**2.2.7** ΕΛΟΤ 60364/Έκδοση 1η «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.»

2. Η παράγραφος 4.2.5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.2.5** Το εύρος μέτρησης χωρητικότητας (C) να είναι τουλάχιστον από 1pF έως 100mF.»

3. Στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι» στον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ LCR», το κριτήριο με «Α/Α 5» αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΑΡΑ-ΓΡΑΦΟΣ	ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>ΟΜΑΔΑ Α΄</b>				
.....	.....	.....	.....	.....
5	Εύρος μέτρησης χωρητικότητας (C) τουλάχιστον από 1pF έως 100mF.	4.2.5	15	
.....	.....	.....	.....	.....

	<p style="text-align: center;"><b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α - 01139 ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup></b></p> <p><b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b></p> <p style="text-align: center;">ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Λοχαγός(ΤΧ)</p>
	<p><b>ΕΛΕΓΧΟΣ</b></p> <p style="text-align: center;">Παρασκευάς Κατσιλίδης Συνταγματάρχης (ΤΧ)</p>
	<p><b>ΘΕΩΡΗΣΗ</b></p> <p style="text-align: center;">Γεώργιος Δ. Ουρουμίδης Υποστράτηγος</p> <p style="text-align: right;"><b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/24</b></p>