

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-01398

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΤΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΑΧΗΤΗ ΜΕ ΘΗΚΗ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤΙΟΥ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΑΧΗΤΗ ΜΕ ΘΗΚΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1.	ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1. Να είναι κατασκευασμένη από μη εύφλεκτο υλικό Cordura το λιγότερο 500D. 2. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα αφαίρεσης της ένθετης (εσωτερικής) θήκης μεταφοράς με το ένα χέρι και από τις δύο πλευρές της εξωτερικής θήκης χωρίς να αφαιρείται ή να αποσπάται ακούσια η εξωτερική θήκη - φορέας. 3. Να είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές και επιχειρησιακές συνθήκες χωρίς να μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή να ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα της. 4. Να είναι αδιάβροχη. 5. Να μπορεί να τοποθετηθεί σε γιλέκο μάχης, ιμάντα εξάρτησης, σακίδιο και ζώνη μαχητή. 6. Να διαθέτει σύστημα προσαρμογής MOLLE το οποίο να εμποδίζει την ακούσια απόσπασή της από το γιλέκο μάχης, ιμάντα εξάρτησης, σακίδιο και ζώνη του μαχητή κατά την χρήση της κάτω από οποιεσδήποτε επιχειρησιακές και κλιματολογικές συνθήκες. 7. Να διαθέτει σύστημα προσαρμογής- συγκράτησης της ένθετης (εσωτερικής) θήκης το οποίο να εμποδίζει την ακούσια απόσπασή της ένθετης (εσωτερικής) θήκης κάτω από οποιεσδήποτε επιχειρησιακές και κλιματολογικές συνθήκες. 8. Να έχει διαστάσεις ΎψουςxΠλάτουςxΠάχους το περισσότερο 20x25x12 εκατοστά και βάρος μαζί με την ένθετη (εσωτερική) θήκη και χωρίς το περιεχόμενο της ένθετης (εσωτερικής) θήκης το περισσότερο 250 γραμμάρια. 9. Να διατίθεται σε χρώμα παραλλαγής συμβατό με τις βασικές αποχρώσεις της παραλλαγής του ΕΣ.
2.	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΠΕΔ-Α-00341, ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η , 25 Απρ 2017, Α/Α 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ [ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ (VINYL ή LATEX) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ]

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
3.	ΕΝΘΕΤΗ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ)	1. Να είναι κατασκευασμένη από μη εύφλεκτο υλικό Cordura το λιγότερο 500D. 2. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα αφαίρεσης της μέσω προεξεχόντων ιμάντων, ή οποιουδήποτε άλλου αποτελεσματικού τρόπου αφαίρεσης, με το ένα χέρι και από τις δύο πλευρές της εξωτερικής θήκης . 3. Να κατάλληλη για χρήση κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές και επιχειρησιακές συνθήκες χωρίς να μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή να ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα της . 4. Να είναι αδιάβροχη. 5. Να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα προσαρμογής και συγκράτησης της εντός της εξωτερικής θήκης - φορέα της (π.χ. VELCRO ή οποιουδήποτε άλλου αποτελεσματικού μηχανισμού), το οποίο να εμποδίζει την ακούσια απόσπασή της από την εξωτερική θήκη - φορέα του μαχητή κάτω από οποιεσδήποτε επιχειρησιακές και κλιματολογικές συνθήκες. 6. Να διαθέτει ελαστικούς ιμάντες ή οποιονδήποτε άλλο αποτελεσματικό μηχανισμό τοποθέτησης και συγκράτησης των υλικών που περιέχει. 7. Να διατίθεται σε χρώμα παραλλαγής συμβατό με τις βασικές αποχρώσεις της παραλλαγής του ΕΣ.
4.	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ-ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MEMBRANΗΣ (OCCLUSIVE DRESSING) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	1. Να είναι αποστειρωμένο, αυτοκόλλητο και να φέρει εγγύηση χρήσης για διάστημα το λιγότερο πέντε (5) έτη κατά τον χρόνο της προμήθειας του. 2. Να φέρεται σε συσκευασία που επιτρέπει το άνοιγμα με τα χέρια, χωρίς ανάγκη εργαλείου. 3. Να μην περιέχει λάτεξ (latex free). 4. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ή αλλεργική αντίδραση. 5. Να παρέχει ισχυρή επικόλληση ακόμα και εάν εφαρμόζεται σε υγρό ή τριχωτό δέρμα, σε συνθήκες καύσωνα ή ψύχους. 6. Να παρέχει αποτελεσματική προστασία (κάλυψη) σε θωρακικό τραύμα μεγέθους το λιγότερο 15x15 εκατοστά.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
4.	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ-ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MEMBRANΗΣ (OCCLUSIVE DRESSING) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (Συνέχεια από σελίδα 2)	7. Να είναι διάφανο έτσι ώστε να επιτρέπει την επισκόπηση του τραύματος . 8. Να φέρει βαλβίδα ή άλλον μηχανισμό, μίας κατεύθυνσης (χωρίς επιστροφή), που να επιτρέπει ευχερή έξοδο αέρα (για αποτελεσματική αντιμετώπιση πνευμοθώρακα) ή βιολογικών υγρών, από το ημιθωράκιο προς το εξωτερικό περιβάλλον. 9. Να διατηρεί την ακεραιότητα και την προσκολλητική του ικανότητα ακόμη και εάν είναι αποθηκευμένο ή μεταφέρεται σε διπλωμένη διαμόρφωση. 10. Να συνοδεύεται εντός της συσκευασίας από ειδικό αποστειρωμένο απορροφητικό χαρτί για γρήγορο καθαρισμό της τραυματικής επιφάνειας. 11. Να φέρει σήμανση CE και NSN (NATO Stock Number).
5.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΑΙΜΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (TOURNIQUET) ΜΕ ΘΗΚΗ	ΠΕΔ-Α-00419, ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 ^η , 22 Δεκ 2023, Α/Α 31 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ [ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΑΙΜΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (TOURNIQUET) ΜΕ ΘΗΚΗ]
6.	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ	ΠΕΔ-Α-00419, ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 ^η , 28 Αυγ 2023, Α/Α 30 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ)
7.	ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ	1. Να είναι αποστειρωμένο, αυτοκόλλητο, ημιδιαπερατό, διάφανο επίθεμα πολυουρεθάνης, εντός συσκευασίας του ενός. 2. Να φέρει χάρτινο περιθώριο (κορνίζα) σε όλη την περίμετρο του επιθέματος για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. 3. Να φέρει ετικέτα αναγραφής στοιχείων του ασθενούς. 4. Να έχει διαστάσεις 15 x 20 εκ. 5. Να είναι αδιάβροχο και να μην αποκολλάται κατά την εμβύθιση και παραμονή για βραχύ χρονικό διάστημα σε νερό. 6. Να προστατεύει από είσοδο μικροοργανισμών. 7. Να είναι υποαλλεργικό με μέγιστη πρόσφυση το λιγότερο τέσσερις ημέρες. 8. Να αφαιρείται χωρίς να προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. 9. Να φέρει CE σήμανση. 10. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λιγότερο τέσσερα έτη από την ημερομηνία προμήθειας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α
ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΧΗΣ (ΥΝ) ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΧΗΣ (ΥΠ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΠΤΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 24