

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-01401

ΕΚΔΟΣΗ 1^η
1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ /ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ**

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1) Η παράγραφος 4.2.1 τροποποιείται ως εξής: Το ερμάριο /συσκευή στεγνώματος να είναι κατάλληλο για στέγνωμα και αποθήκευση τουλάχιστον 16 ενδοσκοπίων διαφόρων τύπων. Να εξασφαλίζεται χρόνος αποθήκευσης ενδοσκοπίων πάνω από 72 ώρες μετά από ολοκληρωμένη πλύση.

2) Η παράγραφος 4.2.13 διαγράφεται.

3) Η παράγραφος 4.2.19 τροποποιείται ως εξής: Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (για άμεση ανταπόκριση στις βλάβες) με μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο να έχει πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή βεβαίωση εκπαίδευσης. Επίσης να υπάρχει εξουσιοδότηση του προμηθευτή από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των μηχανημάτων και να διαθέτει τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τούτο όργανα (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης). Οι συμμετέχοντες να βεβαιώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης με παρουσία τεχνικού εντός 24ώρου από την αναγγελία της βλάβης πράγμα το οποίο να τεκμηριώνεται με την ύπαρξη ικανού αριθμού εκπαιδευμένων τεχνικών (τουλάχιστον τριών) στο προσφερόμενο είδος.

4) Η παράγραφος 5.1.1.1 διαγράφεται.

	<u>ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</u> <u>ΠΕΔ-Α-01401 ΕΚΔ.1 ΤΡΟΠ.1</u>
	<u>ΣΥΝΤΑΞΗ</u> ΑΣΜΧΟΣ (ΥΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 251 ΓΝΑ
	<u>ΕΛΕΓΧΟΣ</u> ΣΜΧΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
	<u>ΘΕΩΡΗΣΗ</u> ΤΑΞΧΟΣ (ΥΙ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 251 ΓΙΑ <u>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</u> 10/09/2026