

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

**ΠΕΔ – Α – 00245**

**ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**

**11 ΜΑΪΟΥ 2020**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Προσθήκη στον πίνακα «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι» με α/α 9 και 10 αντίστοιχα όπως φαίνεται παρακάτω.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
9	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑ CPV:33162200-5	Ηλεκτροκίνητος ενδοσκοπικός κοπτορράπτης για αγγειακούς ιστούς με κυρτό ατραυματικό άκρο και σύστημα προηγμένης τοποθέτησης του στον ιστό, διαμέτρου 9mm, μήκους συρραφής 35mm και δυνατότητα άρθρωσης του εργαλείου 50ο εκατέρωθεν. Δυνατότητα πυροδότησης όχι λιγότερο από 12 φορές, ανά ασθενή, για λαπαροσκοπικές και θωρακοσκοπικές επεμβάσεις.
10	Ανταλλακτική κασέτα για τον ανωτέρω (με α/α 9) ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό κοπτορράπτης. CPV:33162200-5	Ανταλλακτική κασέτα για τον ανωτέρω (με α/α 9) ηλεκτροκίνητο ενδοσκοπικό κοπτορράπτης για χρήση σε αγγειακούς ιστούς μήκους 35mm, χωρίς λάμα με 4 γραμμές συρραφής.

Προσθήκη στον πίνακα «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι» με α/α 24, όπως φαίνεται παρακάτω.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
24	Αγγειακά κλιπ από πολυμερές, μη απορροφήσιμο, βιοσυμβατό υλικό.  CPV:33162200-5	1. Αγγειακά κλιπ από πολυμερές, μη απορροφήσιμο, βιοσυμβατό υλικό, με κυρτό σχήμα και ενσωματωμένες στην εσωτερική επιφάνεια του ατραυματικές, οδοντωτές προεξοχές και δυνατότητα για απολίνωση αγγείων εύρους από 2mm και πάνω. Ακτινοσκοπικό. Συμβατότητα με λαβίδες τοποθέτησης κυρτού άκρου 45 μοιρών.

Προσθήκη στον πίνακα «ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι» με α/α 29

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
29	Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα.  CPV:33631200-4	Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, δύο απορροφητικά στρώματα βισκόζης και πολυακρυλικών ινών, εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό κατά τη χρήση του σε τρεις άξονες (κατά 360ο), εξωτερικό διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης που απομονώνει τα μικρόβια. Να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες και να φέρει CE mark. ΝΑ διατίθεται αποστειρωμένο και σε ατομική συσκευασία. Να διατίθεται σε διαστάσεις: 6 x 8, 10 x 15, 10 x 20, 10 x 25, 10 x 35 εκατοστά.

\*Σημείωση: Τα υλικά, που ήδη υφίστανται στην ΠΕΔ με αύξοντα αριθμό (α/α) 9,10 και 24 δεν αντικαθίστανται από τα υλικά της παρούσης τροποποίησης που φέρουν τον ίδιο α/α, αλλά ο α/α τους θα τροποποιηθεί αναλόγως, όπως επίσης και ο α/α των υλικών που ακολουθούν. Δηλαδή τα υλικά της αρχικής ΠΕΔ με αύξοντα αριθμό από 9 έως και 21 θα έχουν μετά την τροποποίηση αύξοντα α/α 11-23 αντίστοιχα. Τα υλικά με α/α 24 και 25 πριν την παρούσα τροποποίηση, θα έχουν α/α 27 και 28 αντίστοιχα μετά την ενσωμάτωση της παρούσας. Τα υλικά με αύξοντα αριθμό 22 και 23 πριν την τροποποίηση θα έχουν α/α 25 και 26 αντίστοιχα μετά την τροποποίηση.