

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00301

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

20 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην ΠΕΔ-Α-00301

Να τροποποιηθούν τα παρακάτω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
86	ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ	<p>6. Ένα (1) σετ αναλωσίμων υλικών, μιας χρήσης, αποτελούμενο από τα παρακάτω, ή μέρος αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες της επέμβασης :</p> <p>Αρθροσκοπικός ανιχνευτήρας (Probe hook), μήκος 130 mm με διάμετρο άξονα 2.00 mm,</p> <p>αρθροσκοπική λαβίδα ευθεία, τύπου Punch, με διάμετρο άξονα 2.00 mm και μήκος 130 mm, αρθροσκοπική λαβίδα-ψαλίδι ευθεία με διάμετρο άξονα 2.00 mm και μήκος 130 mm, Κάνουλες διαμέτρου 2,7 mm και μήκος 1,5 –7 cm με αυλοφόρο υποδοχέα, με εύκαμπτο πλαστικό χείλος για συγκράτηση των υγρών, ειδικό kit ελάχιστης επεμβατικότητας, που περιλαμβάνει 17 gauge spinal needle, με βαθμονομημένες ενδείξεις για την μέτρηση της κάνουλας και εύκαμπτο οδηγό 1.1 mm και ειδική μεταλλική κάνουλα, τύπου Outflow, με διάμετρο 2.4 mm και μήκος 10 cm, με υποδοχή που να συνδέεται με σύριγγα ή αναρρόφηση.</p> <p>Τα ανωτέρω υλικά να είναι μιας χρήσεως και σε ατομικές συσκευασίες και να αναφέρει ότι είναι αποστειρωμένο (Sterile).</p>
89	ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ(ΡΗΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ)	<p>10. Συσκευή ενδάρθρικού μπαλονιού για χρήση σε μαζικές, μη επανορθώσιμες, ρήξεις του στροφικού πετάλου του ώμου, αποτελούμενη από έναν εισαγωγέα και έναν διαχωριστήρα σε σχήμα μπαλονιού</p>

		κατασκευασμένο από ένα βραδέως βιοαπορροφήσιμο πολυμερές. Ο διαχωριστής να τοποθετείται με αρθροσκοπική διαδικασία στο υπακρωμιακό διάστημα, μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου και του ακρωμίου. Αφού τοποθετηθεί, ο διαχωριστής να διογκώνεται με φυσιολογικό ορό, για να επιτρέπει την ομαλή και χωρίς τριβή ολίσθηση μεταξύ των οστών του ώμου.
--	--	--

ΟΛΙΚΕΣ-ΗΜΙΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
53	Σετ αναλωσίμων υλικών, τοποθέτησης οδηγών εξατομικευμένης διαμόρφωσης και κοπής ολικής γόνατος (CPV : 33141700-7)	Να είναι μιας χρήσης, από υψηλής ανάλυσης νάυλον (high resolution nylon), η κατασκευή των οποίων γίνεται με δεδομένα CT SCAN ή/και απλών ακτινογραφιών Ισχίου-Γόνατος-Ποδοκνημικής
53	Σετ αναλωσίμων μεταλλικών	Να είναι μιας χρήσης, για λήψη δεδομένων διεγχειρητικά, των γωνιών και

	οδηγών, χαρτογράφησης και προσανατολισμού ολικής αρθροπλαστικής γόνατος (CPV : 33141700-7)	αξόνων Ισχίου-Γόνατος-Ποδοκνημικής, μέσω ειδικού φορητού υπολογιστή και συσκευών ανίχνευσης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-00301 ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 ^η	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Σχης (ΥΟ) Αικατερίνη Μίχου
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	