

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α –00316

ΕΚΔΟΣΗ 1^η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι

ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΛΟΥ (ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
96	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 20G CPV: 33140000-3	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 20G. Μίας χρήσης, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης αδειαζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες και απλά τροκάρ χωρίς βαλβίδα, μαχαιρίδιο MVR 20G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης και υαλοειδοφάγο, με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.	<u>ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ</u>
97	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 23G CPV: 33140000-3	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23G. Μίας χρήσης, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης αδειαζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες και απλά τροκάρ χωρίς βαλβίδα, μαχαιρίδιο MVR 20G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης και υαλοειδοφάγο, με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.	<u>Αντικατάσταση με :</u> <u>ΚΑΣΣΕΤΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 23G ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI</u> Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23g μιας χρήσεως. Με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 ml , αδειαζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες βαλβίδες, ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης και υαλοειδοφάγο. Με σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού στατό.
98	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 25G CPV: 33140000-3	Κασέτα οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 25G. Μίας χρήσης, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης αδειαζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες και απλά τροκάρ χωρίς βαλβίδα, μαχαιρίδιο MVR 20G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης και υαλοειδοφάγο, με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.	<u>ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ</u>

<p>99</p>	<p>Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 20G CPV: 33140000-3</p>	<p>Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23G. Μίας χρήσεως, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης ή σακούλα. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες, μαχαιρίδιο MVR 20G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης υαλοειδοφάγο, δύο sleeve έγχυσης, κλειδί για βελόνα φακοθρυψίας και θάλαμο δοκιμών. Με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.</p>	<p><u>ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ</u></p>
<p>100</p>	<p>Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 23G CPV: 33140000-3</p>	<p>Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23G. Μίας χρήσεως, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης ή σακούλα. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες, μαχαιρίδιο MVR 20G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης υαλοειδοφάγο, δύο sleeve έγχυσης, κλειδί για βελόνα φακοθρυψίας και θάλαμο δοκιμών. Με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.</p>	<p><u>Αντικατάσταση με :</u> <u>ΚΑΣΣΕΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 23G ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI</u> Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 23g μιας χρήσεως. Με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας τουλάχιστον 300 ml, αδειαζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες βαλβίδες, ενδοφωτισμό ευρέως πεδίου, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης, υαλοειδοφάγο, δύο sleeve έγχυσης, κλειδί για βελόνα φακοθρυψίας και θάλαμο δοκιμών. Με σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίας πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού στατό.</p>
<p>101</p>	<p>Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 25G CPV: 33140000-3</p>	<p>Κασέτα συνδυασμένης επέμβασης φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής για τομές 25G. Μίας χρήσεως, με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης ή σακούλα. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, σετ τροκάρ με εξωτερικές αποσπώμενες σκληρικές βαλβίδες, μαχαιρίδιο MVR 20G, ενδοφωτισμό, εφεδρική γραμμή αναρρόφησης υαλοειδοφάγο, δύο sleeve έγχυσης, κλειδί για βελόνα φακοθρυψίας και θάλαμο δοκιμών. Με ή χωρίς σύστημα διατήρησης της ενδοφθαλμίου πίεσης μέσω πεπιεσμένου αέρα.</p>	<p><u>ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ</u></p>

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	ΚΑΣΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI CPV: 33140000-3		Κασέτα μικρής τομής φακοθρυψίας κλειστού τύπου. Με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας 300 ml, αδειάζόμενο. Περιέχει κάλυμμα τραπεζιδίου μηχανήματος, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, κάλυμμα οθόνης, δύο sleeve έγχυσης μικρής τομής, ευθεία βελόνα φακοθρυψίας τύπου mini flared σε κλειδί και θάλαμο δοκιμών.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Κάνουλα πλύσης αναρρόφησης τύπου simcoe CPV:33140000-3		Διαμέτρου 23 G με συνοδό σωληνάκι σιλικόνης.
1.	Διάλυμα Ισοτονικό BSS (Balanced Salt Solution) για ενδοφθάλμια χρήση, 500ml CPV: 33692000-7		Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε συσκευασία φιάλης των 500ml με προτοποθετημένο δακτύλιο ανάρτησης
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Στείρο διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου σε πλαστικό φιαλίδιο χωρητικότητας 25ml CPV: 33692000-7		Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο, με παρόμοια σύνθεση και PH όπως του υδατοειδούς υγρού, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση, σε φιαλίδιο συσκευασίας 25ml
230	Πακέτο αποστειρωμένο για την μέθοδο της φακοθρυψίας (Custom-Pack) CPV: 33140000-3	Έτοιμο πακέτο αποστειρωμένο που εμπεριέχει υλικά μιας χρήσης για την μέθοδο της φακοθρυψίας στην επέμβαση του καταρράκτη με τα εξής χαρακτηριστικά: αποστειρωμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και με τεχνικές προδιαγραφές. Να περιλαμβάνει : α. Κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού αδιάβροχο 1.40 X 1.40m β. Οφθαλμολογικό χειρ/κο πεδίο διαστάσεων 1.40 X 1.60m που θα φέρει δυο σακούλες υγρών δεξιά – αριστερά, αυτοκόλλητο κεντρικό πεδίο χωρίς σπή για διάνοιξη από τον χειρουργό και εύκαμπτο μεταλλικό έλασμα στο ύψος της μύτης.	<u>Αντικατάσταση με :</u> Έτοιμο πακέτο αποστειρωμένο που εμπεριέχει υλικά μιας χρήσης για την μέθοδο της φακοθρυψίας στην επέμβαση του καταρράκτη με τα εξής χαρακτηριστικά: αποστειρωμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και με τεχνικές προδιαγραφές. Να περιλαμβάνει : α. Κάλυμμα τραπεζιού αδιάβροχο ενισχυμένο, απορροφητικό από τουλάχιστον 100 x 140cm +/-2εκ., τεμάχιο 1 β. Οφθαλμολογικό χειρουργικό πεδίο διαστάσεων από 140cmX130cm +/- 2εκ. από αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό υλικό, με ένα σάκο συλλογής υγρών 500ml και επιπλέον απορροφητική ταινία για την

		<p>γ. Πλαστική κάψα 250ml. δ. Δέκα γάζες κανονικού μεγέθους ε. Ένα φάκελο με δέκα τριγωνικούς μικροσπόγγους στ. Πέντε τσιγαράκια ζ. Μία κάνουλα υδροδιαχωρισμού, 27G η. Μια κάνουλα ιξωδοελαστικού (πλύσεως προσθίου θαλάμου), 27G θ. Μία σύριγγα των 5ml βιδωτή ι. Μία σύριγγα των 2.5ml βιδωτή ια. Μία σύριγγα των 10ml ιβ. Ένα μαχαιρίδιο φακοθρυψίας 2.2mm με συρόμενη – καλυπτόμενη λεπίδα για λόγους ασφαλείας. ιγ. Ένα μαχαιρίδιο τύπου λόγχης 15° με συρόμενη – καλυπτόμενη λεπίδα για λόγους ασφαλείας. ιδ. Αποστειρωμένα γάντια (2 ζευγάρια) ιε. Τρεις βαμβακοφόρους στυλεούς ιστ. Μία σύριγγα 1ml</p>	<p>αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη, διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής, διαστάσεων 9.00X11.50mm+/-2mm, τεμάχιο 1 γ. Πλαστική κάψα 250ml. δ. Αποστειρωμένη οφθαλμολογική κομπρέσα γάζα αναδιπλούμενη 10X10cm, τεμάχια 5 ε. Ένα φάκελο με δέκα τριγωνικούς μικροσπόγγους στ. Πέντε τσιγαράκια ζ. Κάνουλα υδροδιαχωρισμού, 27G τεμάχιο 1 η. Μια κάνουλα ιξωδοελαστικού (πλύσεως προσθίου θαλάμου), 27G θ. Βελόνη καψουλόρηξης 25g, τεμάχιο 1 ι. Μία σύριγγα των 5ml βιδωτή ια. Μία σύριγγα των 2.5ml βιδωτή ιβ. Μία σύριγγα των 10ml ιγ. Ένα μαχαιρίδιο φακοθρυψίας 2.2-2.75 mm με συρόμενη – καλυπτόμενη λεπίδα για λόγους ασφαλείας. Ένα μαχαιρίδιο τύπου λόγχης 15° με συρόμενη – καλυπτόμενη λεπίδα για λόγους ασφαλείας. ιδ. Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα Νο 7.5, τεμάχιο 1 ιε. Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα Νο 8, τεμάχιο 1 ιστ. Αποστειρωμένες χειρουργικές μπλούζες ενισχυμένες στα μανίκια με 2 πετσέτες χειρός μεγέθους XL, τεμάχια 2 ιζ. Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστικό φιαλίδιο χωρητικότητας τουλάχιστον 25ml, τεμάχιο 1 ιη. Τρεις βαμβακοφόρους στυλεούς ιθ. Μία σύριγγα 1ml</p>
<p>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</p>	<p>Εναλλακτικό Πακέτο αποστειρωμένο για την μέθοδο της φακοθρυψίας (Custom-Pack), CPV: 33140000-3</p>		<p>Έτοιμο πακέτο αποστειρωμένο που εμπεριέχει υλικά μιας χρήσης για την μέθοδο της φακοθρυψίας στην επέμβαση του καταρράκτη με τα εξής χαρακτηριστικά: αποστειρωμένο σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και με τεχνικές προδιαγραφές. Να περιέχει : α. Σύριγγα 2.5 ή 3ml, τεμάχιο 1 β. Σύριγγα 5ml, τεμάχιο 1 γ. Σύριγγα 10ml, τεμάχιο 1</p>

			<p>δ. Βελόνη καψουλόρηξης 25g, τεμάχιο 1 ε. Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g, τεμάχιο 1 στ. Κάνουλα προσθίου θαλάμου, τεμάχιο 1 ζ. Τριγωνικά οφθαλμολογικά σπογγίδια, τεμάχια 6/πακέτο, πακέτο 1 η. Αποστειρωμένη οφθαλμολογική κομπρέσα γάζα αναδιπλούμενη 7.5X7.5cm, τεμάχια 5 θ. Κάλυμμα τραπεζίου αδιάβροχο ενισχυμένο, απορροφητικό από τουλάχιστον 100 έως 140cm +2εκ., τεμάχιο 1 ι. Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα Νο 7.5, τεμάχιο 1 ια. Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα Νο 8, τεμάχιο 1 ιβ. Αποστειρωμένες χειρουργικές μπλούζες ενισχυμένες στα μανίκια με 2 πετσέτες χειρών μεγέθους XL, τεμάχια 2 ιγ. Κάλυμμα διαστάσεων 115X115cm +2εκ., τεμάχιο 1 ιδ. Οφθαλμολογικό χειρουργικό πεδίο διαστάσεων από 120 έως 160cmX120 έως 160cm +2εκ. από αεροδιαπερατό, υγραπώθητικό υλικό, με ένα σάκο συλλογής υγρών 500ml και επιπλέον απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη, διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής, διαστάσεων 9.00X11.50mm+2mm, τεμάχιο 1 ιε. Μαχαιρίδιο 15ο, τεμάχιο 1 ιστ. Μαχαιρίδιο κύριας τομής 2.4mm διπλής κόπτουσας επιφάνειας, τεμάχιο 1 ιζ. Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστικό φιαλίδιο χωρητικότητας 19ml +2ml, τεμάχιο 1</p>
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Διατηρητής προσθίου θαλάμου τύπου Lewicky CPV:33140000-3		Διατηρεί σταθερό το βάθος του προσθίου θαλάμου. Διάμετρος 23 G.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Σετ δύο Ιξωδοελαστικών διαλυμάτων υαλουρονικού νατρίου 1,4% (BIO II) & 1.8% (MEGA I) 33692000-7		Σε σύριγγες των 0,55 ml και 0.8 ml αντίστοιχα. Με μοριακό βάρος 3,5 εκατομμύρια Daltons και Ωσμωμοριακότητα 305 mOsm/kg. Ιξώδες για το διάλυμα του 1,4% NaHA (BIO II) 100.000 cps και για το διάλυμα του 1,8% NaHA (MEGA I) 80.000 cps. Ph 7.6 και 6,8 για το 1,4% NaHA (BIO II) και

			το 1,8% NaHA (MEGA I) αντίστοιχα. Η έγχυση μπορεί να γίνει από τομή 2,2mm ή μικρότερη. Να διατίθεται σε μία συσκευασία.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ			
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Ταινίες μέτρησης pH οφθαλμικής επιφάνειας CPV: 33124131-2		Διαγνωστικές ταινίες διηθητικού χαρτιού με ειδική σημαση για μέτρηση pH 0-14. Σε πλαστική θήκη των 100 τεμαχίων
255	Θεραπευτικοί φακοί επαφής CPV: 33140000-3	Φακοί επαφής κατασκευασμένοι για θεραπευτική χρήση - διάμετρος (14mm)	Αντικατάσταση με : Φακοί επαφής κατασκευασμένοι για θεραπευτική χρήση. Η διάμετρος θα καθορίζεται από την διακήρυξη
265	Φακός διαγνωστικός – εξεταστικός (direct), τύπου VOLK CPV: 33730000-6	Φακός διαγνωστικός – εξεταστικός, τύπου volk 90 DPT CPV: 33730000-6	Αντικατάσταση με : Οι dpt θα καθορίζονται από την διακήρυξη
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Σύστημα αντιμετώπισης Βλεφαρίτιδας CPV: 33731000-3		Περιλαμβάνει 1 κουτί με αναλώσιμες πλαστικές λαβίδες (12 τεμ.) 1 κουτί με αναλώσιμα πινέλα αφαίρεσης των ακαρεων (12 τεμ.) 1 κουτί με αναλώσιμα υγρά μαντηλάκια σε ατομική συσκευασία (12 τεμ.) 1 κουτί με στυλεούς εμβαπτισμένους σε ειδικό διάλυμα εκπλυσης (12 τεμ.) 1 κουτί με στυλεούς εμβαπτισμένους σε ειδικό διάλυμα Tea tree oil (12 τεμ.)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ			
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Ενθέτης Geuder CPV: 33140000-3		Μιας χρήσης ενθέτης DMEK-CARTRIDGE για την διευκόλυνση της ασφαλούς και ατραυματικής εισόδου του μοσχεύματος ενδοθηλίου στις επεμβάσεις DMEK, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσμολογίας επέκτασης (Heidelberg extension tubing) με τη σύριγγα και. Διαθέσιμο για ένθεση από 2 τομές 2.4 και 2.75 mm.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ	Συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου EndoSerter CPV: 33140000-3		Μιας χρήσης συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου για την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο του μοσχεύματος κατά τη διάρκεια

			μεταμοσχεύσεων τύπου DS(A)EK. Να παρέχει δυνατότητα εσωτερικής παροχής/διαβροχής κατά την είσοδο του μοσχεύματος και δυνατότητα εισόδου από 4mm κερατική τομή. Να έχει δυνατότητα ένθεσης μοσχεύματος 8.5mm διαμέτρου και 175 micron κεντρικού πάχους. Δυνατότητα ένθεσης χωρίς χρήση λαβίδας σύλληψης μοσχεύματος.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου Tan endoglide CPV: 33140000-3		Μιας χρήσης συσκευή ένθεσης μοσχεύματος ενδοθηλίου για την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο του μοσχεύματος κατά τη διάρκεια μεταμοσχεύσεων τύπου DS(A)EK. Να έχει δυνατότητα ένθεσης μοσχεύματος έως 9.5 mm διαμέτρου και 250 micron κεντρικού πάχους. Κατάλληλο για διατήρηση προσθίου θαλάμου, ένθεση σε μικρούς οφθαλμούς με υψηλή υαλοειδική πίεση. Ένθεση μέσω σκληρικού τούνελ. Διάφανος ενθέτης για πλήρη οπτική επαφή με το μόσχευμα. Ένθεση με λαβίδα σύλληψης μοσχεύματος.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Κάνουλα ένθεσης τύπου TAN CPV: 33140000-3		Κάνουλα ένθεσης 27 G για τον διαχωρισμό των στιβάδων του κερατοειδή στην επέμβαση DALK.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Οφθαλμικό μαχαιρίδιο με διπλή λεπίδα τύπου Kahook (dual blade-kdb) CPV: 33141410-7		Δυνατότητα διενέργειας παράλληλων τομών στο γωνιακό δικτυωτό και στο σωλήνα του Schlemm, προς μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Να έχει δυνατότητα εισόδου από μικρή τομή κάτω των 3.0 mm.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Κερατοειδικό τρυπάνι και θάλαμος συγκράτησης (Corneal trephine and punch) CPV: 33162200-5		Κερατοειδικά τρυπάνια διαμέτρου από 6 έως 8.25 mm με αυξανόμενη διάμετρο ανά 0.25 mm.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Κερατοειδικό τρυπάνι και θάλαμος συγκράτησης με λαβή χειρός. (Corneal trephine and punch) CPV: 33162200-5		Κερατοειδικά τρυπάνια διαμέτρου από 6 έως 8.25 mm με αυξανόμενη διάμετρο ανά 0.25 mm.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Κερατοειδικό τρυπάνι και θάλαμος συγκράτησης (Corneal trephine and		Δυνατότητα διατομής συγκεκριμένου πάχους 300 και 400 μm.

	runch) για διατομή συγκεκριμένου πάχους CPV: 33162200-5		
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Τεχνητός πρόσθιος θάλαμος τύπου Barron CPV:33140000-3		Αποτελείται από 3 τμήματα. την βάση, τον διατηρητή κερατοειδικού ιστού και τον δακτύλιο συγκράτησης.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Οφθαλμολογικά μαχαιρίδια διατομής συγκεκριμένου βάθους CPV: 33141410-7		Για τομές σε βάθος: - 350 -600 micron
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Μαχαιρίδιο τύπου Beaver (Beaver EdgeAhead Circular Knives) CPV: 33141410-7		Ειδικά μαχαιρίδια με επιφάνεια κοπής 260 μοιρών εύρους 2.25 mm και γωνίας 60°
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Ένθεμα γέλης τύπου XEN με ενθέτη CPV:33140000-3		Ένθεμα γέλης για τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, μήκους 6mm και διαμέτρου 45μm, με ένθεση από μικρή τομή του προσθίου θαλάμου. Συνοδεία 27G ενθέτη.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Ένθεμα τύπου Cypass CPV:33140000-3		Ένθεμα μείωσης ενδοφθάλμιας πίεσης, μήκους 6.35mm, εξωτερικής διαμέτρου 430μm και εσωτερικής διαμέτρου 300μm, με 3 δακτυλίους συγκράτησης σε μήκος 510μm και 64 οπές για τη μεγιστοποίηση της ροής και ένθεση από μικρή τομή του προσθίου θαλάμου.
<u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ</u>	Σύστημα τύπου iStent CPV:33140000-3		Σύστημα 2 ενθεμάτων μείωσης ενδοφθάλμιας πίεσης. Διαστάσεις ενθεμάτων 0.36 mm σε ύψος και 0.23 mm σε εύρος. Κάθε ενθεμα έχει 4 οπές για μεγιστοποίηση ροής.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	