

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00317

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ -
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ -
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
4.1 Ορισμός Υλικού	4
4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά	4
4.3 Συσκευασία	4
4.4 Επισημάνση	4
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	5
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	5
5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	6
6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	8
8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	8
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	
ΠΡΟΣΘΗΚΗ I – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ	10-39
ΠΡΟΣΘΗΚΗ II – ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ	40-41
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	
ΠΡΟΣΘΗΚΗ III – ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ	42
ΥΛΙΚΩΝ	
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	43

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας υλικών Οδοντικής Χειρουργικής – Περιοδοντολογίας – Προσθητικής – Ενδοδοντίας – Ορθοδοντικής.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2 Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμό Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/Β' Τεύχος/ 6-8-07) «Καθορισμός Κόστους Παροχής Υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των Χημικών Εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων».

2.3 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β'/02-10-2009): «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.4 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 1348 (ΦΕΚ 32/Β'/16-01-2004): «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

2.5 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 108837/ΦΕΚ 1619 Β'/01-11-2004 (32/ΕΚ/23-04-2003), που αφορά «Ιατροτεχνολογικά προϊόντα με χρήση ιστών Ζωικής προέλευσης».

2.6 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ. 130644 (ΦΕΚ 2197/Β'/02-10-2009) προς 90/385 ΕΟΚ, που αφορά «Ιατροτεχνολογικά Ενεργά Εμφυτεύσιμα»

2.7 Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ Β' 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

2.8 Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ Β' 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

2.9 Πρότυπο ISO 9001:GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.10 Πρότυπο ISO 13485-2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.11 Υπουργική Απόφαση Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ 659 Β'/86), που αφορά στην «Άδεια Κυκλοφορίας Οδοντιατρικών Υλικών»

2.12 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα,

κατισχύει η προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Τα αναλώσιμα υλικά Οδοντικής Χειρουργικής - Περιοδοντολογίας – Προσθετικής – Ενδοδοντίας - Ορθοδοντικής ανήκουν στην κλάση 6520 «Ιατρικά και Χειρουργικά Όργανα, Εξοπλισμός και Υλικά» κατά NATO ACod-2/3.

3.2 CPV: 33141800-8 «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αφορά υλικά Οδοντικής Χειρουργικής – Περιοδοντολογίας – Προσθετικής – Ενδοδοντίας - Ορθοδοντικής, τα οποία κατονομάζονται στην Προσθήκη Ι.

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης, καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη και να συμφωνούν με τις βασικές απαιτήσεις της υπ' αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4.2.2 Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στην Προσθήκη Ι.

4.2.3 Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούμενων υλικών που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας, είναι γενικές των ομοειδών υλικών.

4.2.4 Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε ομοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως μέγεθος, διαστάσεις, κ.λπ. προσδιορίζονται για κάθε ζητούμενο από την Υπηρεσία υλικό, στην ονομασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4.2.5 Τα προσφερόμενα υλικά από τους προμηθευτές πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα, ακόμα και αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα παρελκόμενα - εξαρτήματα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τα απαραίτητα παρελκόμενα - εξαρτήματα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και με ξεχωριστή τιμή.

4.3 Συσκευασία

4.3.1 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες [ατομική (τεμαχίου), εμπορική (κουτί) και μεταφοράς (κούτες)], με τις οποίες διατίθενται στο εμπόριο, όπως

προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE) που διαθέτει το κάθε υλικό.

4.3.2 Τα υλικά της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λπ.) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

4.3.3 Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωμένα μιας χρήσης» πρέπει να είναι αποστειρωμένα, σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από χτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωμένα υλικά μιας χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνα με την Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.Β' 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης και με την Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β' 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

4.4 Επισήμανση

4.4.1 Υλικού ή/και Πρωτογενούς Συσκευασίας

4.4.1.1 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήμανση των υλικών με το διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συμφωνία του υλικού με τις βασικές απαιτήσεις της υπ' αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ. 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

4.4.1.2 Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του παραρτήματος Ι της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β'/02-10-2009). Αυτές περιλαμβάνουν τις:

4.4.1.2.1 Πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη «αποστειρωμένο», μέθοδος αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή «LOT», ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.).

4.4.1.2.2 Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα).

4.4.2 Συσκευασίας Μεταφοράς

Το υπό προμήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προμήθειας δηλαδή:

- 4.4.2.1** Αριθμό ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη.
- 4.4.2.2** Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη.
- 4.4.2.3** Στοιχεία προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).
- 4.4.2.4** Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία)

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1 Τεχνική προσφορά, με πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού μαζί με πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κ.λπ.

5.1.2 Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».

5.1.3 Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

5.1.4 Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ. 1348 (ΦΕΚ 32/Β'/16-01-2004).

5.1.5 Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί των προϊόντων.

5.1.6 Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους.

5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

5.2.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Για την αξιολόγηση αυτή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του επαρκή ποσότητα δείγματος – αντιδείγματος (τουλάχιστον 2) του προσφερόμενου υλικού για αξιολόγηση. Τα είδη που κατά την αξιολόγησή τους

αποβάλλουν την αρχική τους ιδιότητα και θα καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση (εφ' όσον η μεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει), βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.2.2 Τα είδη τα οποία λόγω φυσικών (βάρος, όγκος) ή οικονομικών παραμέτρων (υψηλή αξία) δε μπορούν να προσκομισθούν θα αξιολογούνται βάσει των στοιχείων της παραγράφου 5.1.1.

5.2.3 Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγματος για οποιοδήποτε υλικό.

5.2.4 Μακροσκοπικός – έλεγχος

Ο μακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής με βάση τη δειγματοληψία που θα διενεργηθεί (τουλάχιστον 1% ανά παρτίδα υλικού και με μέγιστη ποσότητα δειγμάτων 100 τεμάχια). Αποσκοπεί στη διαπίστωση της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς πληρότητας, εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης ξένων σωμάτων, ελαττωματικής συσκευασίας, καθώς και της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

5.2.5 Εργαστηριακός Έλεγχος

Εφόσον κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών διαπιστωθούν αποκλίσεις, και το υλικό κριθεί κατάλληλο για χρήση ή μετά από αίτημα του προμηθευτή (λόγω κρίσεως του υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αποστείλει ποσότητα δειγμάτων του υλικού στον ΕΟΦ ή σε έτερα αρμόδια εργαστήρια, για εργαστηριακό έλεγχο καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτή βάσει του ΦΕΚ 1401/Β' Τεύχος/ 6-8-07 .

5.2.6 Απόρριψη παρτίδας

Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα απορριφθέντα.

5.2.7 Ενεργοποίηση αναφορών υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει σημεία μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 Η διάρκεια ζωής (από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης) των υπό προμήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 36 μήνες. Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγμένα η απαιτούμενη δεν μπορεί να τηρηθεί. Τα προϊόντα που θα προσκομισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής και αποστείρωσης ίση ή μεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου.

6.2 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συνθήκες φύλαξης), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη ποσότητα με νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.

6.3 Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της μονάδας που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά, θα συνοδεύονται δε από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 5.1.

6.4 Ο χρόνος προσκομίσεως και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη Διακήρυξη, στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

6.5 Κατά την παράδοση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει φύλλο στοιχείων ληξιπρόθεσμων υλικών (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη III).

6.6 Η σύμβαση δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή του υλικού αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον νομικό πλαίσιο, για το είδος και την κατηγορία του υλικού κατά την παραλαβή του.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

7.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων» (υπόδειγμα όπως στην Προσθήκη II).

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

Προσφορά χωρίς έντυπο συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.

7.2 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού REACH.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού **(ΕΚ) 1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)** της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για όσα υλικά απαιτείται). Η υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το

δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομισθούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

7.3 Τα έγγραφα της παραγράφου 5.1.

7.4 Κατάλογο των κατατιθέμενων εγγράφων / δικαιολογητικών.

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (3) Να είναι κατάλληλα για προστίλβωση και στίλβωση κεραμικών υλικών, μετάλλων σύνθετων ρητινών και ακρυλικών σε διάφορα σχήματα (Καφέ, πράσινα, κίτρινα, μαύρα, γκρι, λευκά, καφέ-γκρι).
2.	ΚΑΛΥΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	(1) Να είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο. (2) Να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό που προορίζονται.
3.	ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (3) Χρωματικό Κωδικό (4) Να έχει καμπύλη άκρη για ευκολία εισχώρησης χωρίς ουλικό τραυματισμό. (5) Να είναι ανατομικά σχεδιασμένες. (6) Να έχει τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή. (7) Να είναι κατασκευασμένο από πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάμου.
4.	ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	α. Να αποτελούνται από καθαρό - λευκασμένο φυσικό βαμβάκι, το οποίο είναι σύμφωνο με την μονογραφία της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας β. Να είναι συμπιεσμένο και διαμορφωμένο σε κυλίνδρους διαμ. 0.8 εκατ. και μήκους 4 εκατ. περίπου.(±10%) γ. Επιθυμητή συσκευασία ανά 50 σε χάρτινο περιτύλιγμα και 10 ή 20 τέτοιες συσκευασίες σε πλαστική σακούλα.
5.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ	Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται (για λείανση διαφορετικών οδοντιατρικών υλικών)
6.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΛΥΦΙΔΩΝ	α. Να είναι συρμάτινο. β. Να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζονται.
7.	ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ	α. Από νάιλον τρίχα διαποτισμένη με οξείδιο του αργιλίου με εσωτερικό σύρμα επενδυμένο με πλαστικό β. Να φέρουν λαβή στη συσκευασία τους και ανταλλακτικά. γ. Να διατίθενται σε μεγέθη: Υπέρλεπτο – κωνικό, Πολύ λεπτό – κυλινδρικό, πολύ λεπτό – κωνικό, κυλινδρικό, κωνικό

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
8.	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ- ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΑ	α. Να είναι εύκολης προσαρμογής. β. Τα γυαλιά να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό το οποίο να μην χαράζονται εύκολα από κομμάτια οδόντος. γ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
9.	ΠΛΑΚΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΙΞΕΩΣ ΚΟΝΙΑΣ	Να είναι κατάλληλη για τον σκοπό που προορίζονται. Διαστάσεις τουλάχιστον 10Χ20cm
10.	ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ CARPYL 1ας ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 100/T	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
11.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ (ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΤΡΥΠΑ	Βελόνες μικρής διαμέτρου 27 - 30 G, οι οποίες δύνανται να συνοδεύονται με ανασχετικό δακτύλιο, εύκαμπτες, μήκους 40χιλ, α) ανοικτού άκρου, β) τυφλού άκρου με πλάγια τρύπα με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα ή αποστειρώσιμες σε αυτόκαυστο κλίβανο
12.	ΣΥΡΙΓΓΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ (ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ)	Πλαστική σύριγγα των 5ml για διακλυσμούς στην ενδοδοντία με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα, τύπου Luer-lock
13.	ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ	Ανασχετικός σιλικονούχος δακτύλιος για σήμανση εργαλείων ενδοδοντίας
14.	ΣΠΡΕΥ ΨΥΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ	Σπρέι ψυκτικό με ρύγχος χωρίς CFC
15.	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	Σκόνη υδροξειδίου του ασβεστίου, υδατοδιαλυτή, περιεκτικότητας 90% και άνω.
16.	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ	Από πλαστικό ή μέταλλο με διαβάθμιση από 10-30 mm, ανά χιλιοστό, αποστειρώσιμος σε αυτόκαυστο με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα
17.	ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
18.	ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. Από ανοξείδωτο χάλυβα, τριγωνικής ή τετράγωνης διατομής, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή, ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς, να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο, σε μεγέθη 06 – 80 μήκους 25-31χιλ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
19.	ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
20.	ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ PEESO - GATES	α. Να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. β. Να διατίθενται σε 3 μήκη και 6 μεγέθη (1-6) Ανθεκτική σε επανειλημμένους κλιβανισμούς, προσαρμοζόμενη σε όλες τις χειρολαβές χαμηλών ταχυτήτων
21.	ΦΡΕΖΕΣ ΑΙΟΤΟΡ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ (Κίτρινες)	α. Να είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκες β. Να είναι πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα σχήματα γ. (20-30 μικρά)
22.	ΦΡΕΖΕΣ STRAUSS # A2 LC ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
23.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΓΔΥΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Σε 4 χρώματα και σε συσκευασία 1000 τεμαχίων
24.	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ / 50ΤΕΜ	Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
25.	ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ	α. Να είναι από μη απορροφητικό αφρώδες υλικό. β. Σε μονά ξεχωριστά small, medium, large γ. Σε διπλά ενωμένα άνω + κάτω γνάθου ξεχωριστά small, medium, large
26.	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ	Να είναι με ευθεία και ευλύγιστη κεφαλή σε mini και regular μορφή
27.	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ	α. Μιας χρήσεως με εύκαμπτη κεφαλή β. Σε 3 τύπους, κανονικό άκρο, λεπτό άκρο, πολύ λεπτό άκρο
28.	ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (LENTULO) (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
29.	ΘΗΚΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΟΛΥΠΙΩΝ	α. Να είναι πλαστική (ΑΡΕC) ή από χρωμιονικελιούχο ατσάλι. β. Να μπορεί να δέχεται μεγέθη 1-3 με διαστάσεις 134x100x48.8mm για την πλαστική και 134x100x43.5mm για την χρωμιονικελιούχο. γ. Να είναι αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο έως τα 134° C.
30.	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση αποχρωματισμένο και διάβρωση. β. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. γ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. δ. Να είναι αντιθαμβωτικά (επίστρωση ροδίου)
31.	ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας και να περιέχεται εργαλείο τοποθέτησης
32.	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	Σετ τρυπάνων για άξονες υαλονημάτων – μεταλλικών αξόνων
33.	ΚΟΝΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΚΟΝΙΑ ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΥΓΡΟ)	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας . (Σκόνη 25gr και υγρό 14ml τουλάχιστον)
34.	ΚΟΝΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
35.	ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ (Υγρό και σκόνη αυτοσυγκολλούμενα).	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Χωρίς ανάγκη αδροποίησης (5) Σε διάφορους χρωματισμούς
36.	ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΝ	(1) Σε συσκευασία κάψουλας ή σωληνάρια διπλής ανάμιξης εύκολο στη χρήση, με ενισχυμένη σύνθεση από άργυρο και υψηλής σκληρότητας (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Κατάλληλο για εμφράξεις νεογιλών
37.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο και να διατίθεται σε βάζο.
38.	ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	α. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. β. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
39.	ΚΩΝΟΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ, ΣΕΤ 100- 120/Τ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι από φυσική γουταπέρκα, για πλάγια, κάθετη και θερμική συμπίκνωση, ακτινοσκοικοί, σταθεροί αλλά και ευλύγιστοι για εύκολη τοποθέτηση, υψηλής σταθερότητας. β. Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί . γ. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ,μήκη, κωνικότητες.
40.	ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕΤ 200/Τ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί . (4) Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους (5) Να είναι υψηλής απορροφητικότητας.
41.	ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Ή ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
42.	ΣΕΤ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ	Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)
43.	ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 10/ΤΕΜ ή 12/ΤΕΜ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
44.	ΑΡΠΑΓΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ	α. Να είναι ανατομικές από ανοξείδωτο χάλυβα β. Να είναι ανθεκτικές στον κλιβανισμό.
45.	MATRIX RETAINER	α. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. β. Αποστειρώσιμος σε ξηρούς αποστειρωτές & σε αυτόκαυστο.
46.	ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΝ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Να είναι μικρόκοκκη, με πυρίτιο (5) Να είναι εύγευστη, με σύνθεση μη αποσπώμενης από το λάστιχο στίλβωσης. (6) Να είναι διατίθεται σε βάζο από 70 – 100 γρ. ή σε σωληνάριο σε υγρή μορφή υψηλού ιξώδους
47.	ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	Να είναι από λεπτόκοκκη σκόνη καθαρού κορουνδίου (2-4m). Σύριγγα 4gr.
48.	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	Κατάλληλο για στίλβωση μετά από αποτρύγωση
49.	ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	Τρίχινες ψύκτρες που προσαρμόζονται σε χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
50.	ΡΙΝΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο. β. Να είναι: - τετράγωνης διατομής για Ρίνες τύπου Κ (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - στρογγυλής διατομής για Ρίνες τύπου Η (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - τριγωνικής διατομής γ. Να είναι ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς
51.	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΡΙΝΕΣ Ni -Ti ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	(1) Να διατίθεται σε μεγέθη 21, 25 και 30mm, με κωνικότητα 2 - 12 % (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. Από κράμα Ni-Ti, αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο κλίβανο και με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα να διαθέτουν ISO και CE.
52.	ΡΙΝΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	Από κράμα νιοβίου - τιτανίου, με επικάλυψη αδαμαντόσκονης, προσαρμοζόμενο σε πιεζοηλεκτρικές συσκευές υπερήχων, αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο κλίβανο και με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα να διαθέτουν ISO και CE.
53.	ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ)	α. Να είναι βιοσυμβατοί, ευλύγιστοι, να μην περιστρέφονται και να έχουν κωνικό ή παράλληλο άκρο. β. Να είναι εύκολοι στην εφαρμογή. γ. Να είναι ατοξικοί και ακτινοσκιεροί.
54.	ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΟΣ – ΡΗΤΙΝΗΣ	α. Να είναι ημιδιαφανείς. β. Να έχουν ενιαία κατασκευή γ. Να είναι ευλύγιστοι χωρίς περιστροφές, με κωνικό ή παράλληλο άκρο. δ. Να είναι ακτινοσκιεροί.
55.	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαλύματος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	(1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (3) Η συσκευασία θα καθορίζεται στη διακήρυξη
56.	ΡΟΚΛΕΣ Νο4 ή Νο8	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
57.	ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	(1) Σε σχήμα φύσιγγας παχύρρευστης + λεπτόρρευστης σύστασης. (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Να είναι για μηχανήματα θέρμανσης - έγχυσης γουταπέρκα σε ριζικούς σωλήνες. (5) Σε πακέτο των 100.
58.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ TIPS ΓΙΑ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	Να είναι μιας χρήσης από υλικό βιοσυμβατό
59.	ΡΥΓΧΟΣ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας (50-100 τεμαχίων). (4) Το tip στην άκρη να αφαιρείται (5) Να έχουν ικανοποιητική ελαστικότητα
60.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΡΥΓΧΗ)	α. Από ανθεκτικό πλαστικό ματ επιφάνειας με άνοιγμα Ø 11mm και Ø 16mm. β. Αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο ή κλίβανο χημικών ατμών έως 134°C. γ. Με αντάπτορα για προσαρμογή σε διάμετρο 16mm και 11mm
61.	ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	(1) Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσεως. (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο, σε ατομική συσκευασία. (4) Άνοιγμα ρύγχους 1.2mm – 2.5mm 4.8mm (5) Άνοιγμα τέλους 6.5mm (6) Να φέρουν 1 διπλό αντάπτορα για Ø 11mm και Ø 16mm υποδοχές
62.	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	α. Να είναι από βιοσυμβατό μέταλλο β. Να διατίθενται σε 3 μεγέθη 20,23,25 G αποστειρωμένα.
63.	ΑΚΡΟΡΥΓΧΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ	(1) Να είναι κατάλληλο για παρασκευή κοιλότητας ανάστροφων εμφράξεων. (2) Από κράμα νιοβίου - τιτανίου, με επικάλυψη αδαμαντόσκονης, προσαρμοζόμενο σε πιεζοηλεκτρικές συσκευές υπερήχων (3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (4) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
64.	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	α. Κατασκευασμένοι από πλαστικό, αδιάβροχοι διαφόρων αδροτήτων β. Με μαντρέλ σε κυτίο 240 τεμ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
65.	ΣΤΙΒΩΛΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος
66.	ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ – ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΙΚΡΗΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας (4) Σε πρακτικό διανομέα με κόφτη. (5) Να είναι αδιάβροχες (6) Να διατίθεται σε τρεις διαφορετικές χρωματικά κωδικοποιημένες αδρότητες (30-40-60 μικρά) (7) Να είναι αδρές από τη μία ή και τα δύο πλευρές (8) Να είναι κατασκευασμένες από Οξειδιο του Αργιλίου πλάτους 4mm. (9) Να έχουν κενό στο κέντρο και δύο αδρότητες
67.	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας (4) Να είναι από αργίλιο και να εμπεριέχει διάφορες αδρότητες.
68.	ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ	α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
69.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ	(1) Να είναι ανοξείδωτες μεταλλικές. (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Τοποθετημένες σε θήκη χορηγητή
70.	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ	Κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται για στερέωση χαρτοπετσετών στο λαιμό του ασθενή
71.	ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ	α. Να είναι αδιάβροχη από τη μία πλευρά και από την άλλη να αποτελείται από χαρτί μη ερεθιστικό στο δέρμα. β. Να διαθέτει σφιγκτήρα VELCRO. γ. Να υπάρχει ευκρινής διακεκομένη γραμμή για την εύκολη κοπή

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
72.	ΟΘΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	α. Από 2 φύλλα χαρτί σε διάφορα χρώματα και επικάλυψη πολυαιθυλενίου απ' τη μία πλευρά β. Να είναι αδιάβροχα απ' τη μία πλευρά γ. Να έχουν διαστάσεις 1,48x33 cm
73.	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ 25-30gr	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Να έχουν ικανοποιητικό χρόνο πήξης.
74.	ΦΟΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
75.	ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ	Να διατίθεται σε διάφορα σχήματα για κάθε δόντι.
76.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ	α. Να διατίθεται σε τρία πλάτη (6-8-10mm) β. Να διαφέρουν με χρωματικό κωδικό για το μέγεθος.
77.	ΦΥΡΑΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΗΜ. ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΑΣ- ΠΑΣΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-15 GR, ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (ΦΥΡΑΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ)	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά, ακτινοσκιερά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας η οποία να περιέχει μπλοκ ανάμιξης (4) Να είναι ταχείας σκλήρυνσης
78.	ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	(1) Να διατίθεται σε μορφή Gel, σε σωληνάριο ή σύριγγα με υψηλό PH. (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Να διαθέτει ανταλλακτικά ρύγχη.
79.	ΦΥΡΑΜΑ ΤΥΠΟΥ GROSSMAN, ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΦΙΑΛ.30- 50- 100gr.	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
80.	ΦΥΡΑΜΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ (ΣΚΟΝΗ)	Σε συσκευασία κάψουλας για χρήση με κώνους γουταπέρκας
81.	ΦΥΡΑΜΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΗΤΙΝΩΔΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΗ + ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ) (ΑΗ26)	α. Σε συσκευασία 2 σωληναρίων (βάση + καταλύτης) τύπου: πάστα – πάστα ή πάστα – γέλη, ακτινοσκιερό, με βάση την εποξυ-ρητίνη και ικανότητα αρχικής πήξης εντός 48 ωρών. β. Αναμειγνύόμενα να δίνουν ρητινώδη σύσταση αυτοπολυμεριζόμενη

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
82.	ΧΑΡΤΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (8μ , 20μ, 40μ)	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
83.	ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (3) Να είναι συμβατό με σύστημα του νοσοκομείου
84.	ΣΠΡΕΫ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (3) Να είναι συμβατό με σύστημα του νοσοκομείου
85.	ΕΛΑΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (3) Επιθυμητό να είναι συσκευασμένο σε φιαλίδιο 40-50ml .
86.	ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ-ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (3) Επιθυμητό να είναι συσκευασμένο σε φιαλίδιο 300ml .
87.	ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Να είναι νανουβριδική , flow και regular (5) Να έχουν υψηλό ιξώδες
88.	ΡΗΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ (ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ)	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
89.	ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	Φύλλα πλαστικοποιημένα και καλυμμένα από πολυαιθυλένιο
90.	ΛΥΧΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ	Λυχνία γυάλινη οινοπνεύματος, ανθεκτική στη θραύση
91.	ΦΥΤΙΛΑΚΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ	Φυτιλάκια λυχνίας οινοπνεύματος, τουλάχιστον 10cm
92.	ΦΡΕΖΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	Φρέζες από τροχόλιθο για ευθεία χειρολαβή, μεγάλου μεγέθους
93.	ΦΡΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	(1) Να είναι κατάλληλες για κοπή οστού (2) Να είναι μεταλλικές από carbide (3) Να είναι προσαρμοζόμενη σε ευθεία χειρολαβή (4) Να είναι ανθεκτικές στην αποστείρωση
94.	ΚΑΨΟΥΛΑ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΗΣ Ή ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Αμάλαγμα διασποράς 70% σε άργυρο χωρίς τη γ2 φάση

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
95.	ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ	Μάσκα πολλαπλών χρήσεων ή μιας χρήσης από πλαστικό διαφανές υλικό
96.	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ	α. Να διατίθεται σε μικροσύριγγα των 0.33gr για εύκολη τοποθέτηση. β. Να είναι παρασκευασμένο με σύνθεση ιόντων ψευδαργύρου για βακτηριοκτόνο δράση.
97.	ΠΑΡΑΠΟΛΦΙΚΕΣ ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ, ΑΥΤΟΑΠΟΣΠΟΜΕΝΕΣ	α. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο. β. Με τρύπανο διαμέτρου 0.75mm και 0.60mm.
98.	ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ GEL	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.(φωσφορικό οξύ 37%) (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
99.	ΖΕΛΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ	α. Να διατίθεται σε σωληνάριο ή σύριγγα. β. Να έχει πυκνότητα 1.23%
100.	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΑ ΦΑΤΝΙΑ	α. Να είναι απορροφήσιμο από κολλοειδή άργυρο διαστάσεων 14x7x7mm β. Να είναι αποστειρωμένος.
101.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ STANT ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ	α. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. β. Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. γ. Ανταλλακτικά κατάλληλα για εμπότιση με απολυμαντικό.
102.	ΤΑΙΝΙΑ ΓΑΖΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ	α. Σε πλαστικό διανομέα με σφραγισμένη σακούλα αλουμινίου β. Να έχει πλάτος 1cm.
103.	ΜΙΚΡΟΨΥΚΤΡΕΣ	α. Να είναι από πλαστικό υλικό και εύκαμπτο β. Να είναι μιας χρήσης γ. Να είναι διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών
104.	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	α. Να είναι ανθεκτικά β. Να είναι πολλαπλών χρήσεων γ. Να είναι αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο κλίβανο και με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα
105.	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	Συγκολλητικός παράγοντας ολικής αδροποίησης
106.	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	α. Να είναι από ατραυματικό υλικό β. Να έχει ειδικές εγκοπές στηρίξεως σύρματος γ. Να είναι εύκαμπτοι.
107.	ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ	α. Σε θήκη χορηγητή β. Να φέρουν κλίπς συγκράτησης. γ. Σε σετ με συγκολλητικό παράγοντα και διαφανή αποτυπωτικό υλικό με φύσιγγες και ρύγχη ανάμειξης δ. Να είναι πολύ λεπτές 0.05 mm

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
108.	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΝΗΜΑ (ΑΚΗΡΩΤΟ-ΚΗΡΩΜΕΝΟ)	α. Να είναι κατασκευασμένο με επικάλυψη Teflon. β. Να είναι ανθεκτικό στον καθαρισμό μεσοδοντίων διαστημάτων γ. Η συσκευασία να είναι με διανομέα.
109.	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ	α. Να είναι κατασκευασμένες από φυσικό υλικό, χωρίς Latex και χωρίς πούδρα. β. Να είναι διαστάσεων 15x15cm περίπου. γ. Να έχουν μεγάλη ελαστικότητα.
110.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ	α. Να καλύπτουν τον ψηφιακό σένσορα και μέρος του καλωδίου. β. Μιας χρήσεως γ. Να διατίθεται σε πακέτο των 100.
111.	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΪΔΡΟΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ	α. Να έχουν διαστάσεις 6x25cm διαφανή. β. Να διατίθενται σε κουτί διανομέα 500 τεμαχίων.
112.	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	α. Να είναι κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου με επικάλυψη απορροφητικής κυτταρίνης για δίσκους, εργαλεία, πάγκους. β. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. γ. Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένο σε 3 διαστάσεις, 35x50cm, 50x70cm και 70x100cm. δ. Να είναι πράσινα.
113.	ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	α. Σε πλαστική σακούλα με ζελατίνη, επαναχρησιμοποιούμενη, για ψύξη και θέρμανση β. Να τοποθετείται και σε φούρνο μικροκυμάτων. γ. Να έχει διαστάσεις 14x18cm
114.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΠΑΚΙ	α. Κατάλληλη μεταλλική ανοξείδωτη κατασκευή η οποία να χρησιμοποιείται για αποκομιδή απορριμμάτων. β. Να έχει χωρητικότητα 10 έως 15Lt γ. Να διαθέτει ποδοκίνητο μηχανισμό για να αποφεύγεται η με τα χέρια επαφή. δ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
115.	ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
116.	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία
117.	ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	Κατάλληλο για χρήση στο οδοντιατρείο
118.	ΘΗΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΡΩΝ	Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ή άλλο κατάλληλο υλικό, κατάλληλη για προετοιμασία και αποστείρωση διευρυντήρων και ρινών.
119.	ΘΗΚΕΣ ΦΡΕΖΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος των θηκών προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό, β. Να είναι κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται..
120.	ΛΑΒΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία
121.	ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία
122.	ΛΑΒΙΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
123.	ΟΔΟΝΤΑΓΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ – ΔΕΞΙΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ, ΑΝΩ ΔΕΞΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ, ΑΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ Ή ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία
124.	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ	α. Να είναι ανοξείδωτα. β. Να αντέχουν σε χημική ή αυτόκαυστη αποστείρωση. γ. Να διατίθενται σε 2 μήκη (21 και 25cm).
125.	ΡΙΝΗ ΟΣΤΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. β. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
126.	ΘΗΚΗ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ	Να είναι κατασκευασμένη από πλεξιγκλάς με καπάκι
127.	ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ CARPUL	α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση. γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος
128.	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΟΓΩΝΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΑΝΩΝ ΑΕΡΟΤΟΡ ΤΑ FARO	α. Να λειτουργούν μέχρι τα 420.000 στροφές/1' και σε πίεση 2.3 έως 3 Bar (ατμόσφαιρες). β. Να συνδέονται με το στέλεχος του μηχανήματος με ταχυσύνδεσμο. γ. Να λιπαίνονται με λιπαντικό υψηλής ποιότητας. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο. ε. Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρά υψηλής ποιότητας μέταλλα. στ. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του μηχανήματος που προορίζονται να υποστηρίξουν (όταν αναφέρεται). ζ. Να έχουν σύστημα τοποθέτησης των εγλυφίδων τύπου push button (χωρίς choc αλλαγής εγλυφίδων). η. Να φέρουν αντιολισθητικές ραβδώσεις. θ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος. ι. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
129.	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος τα χειρολαβής προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να έχουν εσωτερικό Spray . β. Να φέρουν ένδειξη μπλε (αναλογία 1:1) γ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο. δ. Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας μέταλλα. ε. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του μηχανήματος που προορίζονται να υποστηρίξουν (όταν αναφέρεται τύπος) στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος . ζ. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως
130.	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΕΡΟΤΟΡ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος τα χειρολαβής προσδιορίζονται στη διακήρυξη).	α. Να φέρουν αντιολισθητικές ραβδώσεις. β. Να συνδέονται με το στέλεχος του μηχανήματος με ταχυσύνδεσμο. γ. Να λιπαίνονται με λιπαντικό υψηλής ποιότητας. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο. ε. Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρά υψηλής ποιότητας μέταλλα. στ. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του μηχανήματος που προορίζονται να υποστηρίξουν (όταν αναφέρεται). ζ. Να έχουν σύστημα τοποθέτησης των εγλυφίδων τύπου push button (χωρίς choc αλλαγής εγλυφίδων) η. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος. θ. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως
131.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΚΟΦΤΗ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	α. Να λειτουργεί στα 220-230V και να διαθέτει ασφάλεια για την αυξομείωση τα τάσης του ρεύματος. β. Να διαθέτει ηχητική προειδοποίηση για το πέρας τα θερμοσυγκολλήσεως. γ. Να διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια συγκολλήσεως από 5 – 30cm περίπου. δ. Δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος.
132.	ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	α. Να λειτουργεί στα 230V(±10%) / 50Hz (±0,5 Hz). β. Να διαθέτει ανοξείδωτο κάδο και να ενσωματώνεται σε ειδικό πλαστικό περίβλημα αντοχής που θα ελαττώνει το θόρυβο. γ. Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 λίτρα. δ. Να συνοδεύεται από ειδικά γυάλινα δοχεία για την τοποθέτηση των μικροεργαλείων. ε. Να παρέχει μέγιστη ισχύ υπερήχων τουλάχιστον 300 W στ. Επιθυμητό να διαθέτει αποχέτευση για το νερό .
133.	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΙΑΤΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	α. Να έχει βάση τροχήλατη, ανθεκτική κατά προτίμηση, μεταλλική και με θέση στηρίξεως των ποδιών. β. Να στηρίζεται σε τέσσερις ή πέντε ρόδες για καλύτερη ευστάθεια-στήριξη και ευχερέστερη μετακίνηση. γ. Να είναι περιστρεφόμενο και με μοχλό ρυθμίσεως του ύψους του. δ. Να φέρει πλάτη. ε. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος στ. Ανθεκτικό σε μεγάλα σωματικά βάρη

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
134.	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ ΕΔΡΑΣ	Καλύμματα προσαρμοζόμενα σε διάφορα μεγέθη και τύπους κεφαλωτών (μιας χρήσης)
135.	ΦΙΛΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΔΡΑ	Φίλτρο για αναρρόφηση, συμβατό με την έδρα του νοσοκομείου
136.	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	Υγρό με αποφρακτική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο
137.	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	Υγρό με απολυμαντική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο
138.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 2%	Υγρό διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης, χωρίς χρωστικές, για απολύμανση ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, περιεκτικότητας 2%.
139.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΩΝ ΕΜΦΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Υγρό διάλυμα, χωρίς χρωστικές, με κατάλληλους διαλύτες για αφαίρεση ρητινούχων εμφρακτικών υλικών - φυραμάτων των ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε σκουρόχρωμο φιαλίδιο που να εξασφαλίζει την προστασία από την εξάτμισή του, με κατάλληλο δοσομετρητή
140.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΥΓΕΝΟΛΟΥΧΩΝ ΕΜΦΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Υγρό διάλυμα, χωρίς χρωστικές, με κατάλληλους διαλύτες για αφαίρεση ευγενολούχων εμφρακτικών υλικών - φυραμάτων των ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε σκουρόχρωμο φιαλίδιο που να εξασφαλίζει την προστασία από την εξάτμισή του, με κατάλληλο δοσομετρητή
141.	ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 10Χ15 ΕΚ	Με αυτοκόλλητη τη μία επιφάνεια, εύκολα ανασυρόμενη, να μην αφήνει υπολείμματα κολλώδους ουσίας.
142.	ΠΑΣΤΑ EDTA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17% ΓΙΑ ΧΗΛΙΣΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ RC PREP	Σκεύασμα EDTA 15-17% σε πάστα, για την διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστωμένων ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό.
143.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ EDTA 18% 500ml	Υγρό διάλυμα διακλυσμού EDTA 18%, για την διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστωμένων ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό.
144.	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3-5% (EAU DE LABARAQUE) ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt	Υγρό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-5%, με ουδέτερο pH, για την απολύμανση ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε μη διαφανή συσκευασία.
145.	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ	Να περιέχει υδροχλωρική μεπιβακαΐνη
146.	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ	Να περιέχει : α. Αρτικαΐνη, αδρεναλίνη 1/100.000 β. Αρτικαΐνη, αδρεναλίνη 1/200.000
147.	ΚΟΝΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΤΑ	Κονία έμφραξης ΜΤΑ για αποκατάσταση διατρήσεων, βιοσυμβατή, που να αποτελείται από σκόνη και υγρό, εύκολη στην τοποθέτηση, με αντοχή στις μηχανικές δυνάμεις και ικανότητα αρχικής πήξης εντός 48 ωρών.
148.	ΓΕΛΗ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ	Περιεκτικότητα 2% σε Φθόριο για χρήση στην παιδοδοντία

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
149.	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ	(1) Να υπάρχει πιστόλι ανάμιξης στη συσκευασία (2) Να φέρει ρύγχη ανάμιξης (3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (4) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (5) Να είναι δυνατή η ανάμιξη τους με γάντια χωρίς πούδρα (6) Να διατίθεται σε κυτία με μορφή πάστας (βάση + καταλύτης) ή σε φύσιγγες
150.	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ	(1) Να διατίθεται σε συσκευασία διπλού σωληναρίου φύσιγγας (2) Να φέρει ρύγχος ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη (3) Να είναι ταχείας πήξεως. (4) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (5) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
151.	ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	Low & very low λεπτόρευστη σιλικόνη
152.	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	Καταλύτης σε σωληνάριο για σιλικόνες συμπύκνωσης
153.	ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ (ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ή ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ)	α. Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. β. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
154.	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
155.	ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	(1) Να είναι ελεύθερο σκόνης (2) Να αλλάζει χρώμα κατά τον πολυμερισμό του (3) Να έχει γεύση βανίλια ή μέντα. (4) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (5) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (6) Να έχει πιστοποίηση CE και NIOM (7) Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
156.	ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	(1) Να έχει μπόλ ανάμιξης και δοσομετρητή σε κουταλάκι για τη σκόνη (2) Η σκόνη να περιέχει κυρίως φθοριούχο , πυριτικό αργίλιο (3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (4) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο σε σκόνη + υγρό.
157.	ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ	(1) Να είναι από πλαστικό, ανοξείδωτο μέταλλο ή αλουμίνιο. (2) Να είναι διάτρητα. (3) Να διατίθενται σε 3 μεγέθη για άνω και κάτω γνάθο
158.	ΥΑΛΟΙΝΟΜΕΡΗΣ ΡΗΤΙΝΩΔΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ	(1) Να διατίθεται σε σύριγγα ή σε φύσιγγα διπλή. (2) Να έχει πιστόλι ανάμιξης. (3) Να έχει ρύγχη ανάμιξης
159.	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ	(1) Να έχει ρητινώδης σύσταση ελεύθερο μεθυλομεθακρυλικών και υπεροξειδίων. (2) Να διατίθεται σε συσκευασία 6 συριγγών + 50 ρυγχών ανάμιξης
160.	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ	(1) Να φέρει στη συσκευασία διπλά ανταλλακτικά σωληνάρια και τα ρύγχη ανάμιξης να προσαρμόζονται σε συσκευή τύπου PENTAMIX II (2) Να διατίθεται σε φύσιγγες βάση + καταλύτη.
161.	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	(1) Να είναι μαλακό στο στόμα μετά τη χρήση του για 12 μήνες (2) Να διατίθεται σε παχύρρευστο + λεπτόρρευστο σωληνάριο ή κυττία με μορφή στοκκώδη (πάστα-πάστα) και στη συσκευασία να το συνοδεύουν μίας χρήσεως κυπελλάκια και δοσομετρητές.
162.	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ	Να είναι εύκαμπτες.
163.	ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ	Να είναι εύκαμπτο εύκολο στους χειρισμούς και εύκολο στον καθαρισμό του.
164.	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ	(1) Να είναι ανεπηρέαστες σε φυσικοχημικές ή θερμοκρασιακές επιδράσεις. (2) Να διατίθεται με συσκευασία σε ασορτί 180 στεφάνων πρόσθια + προγόμφια σε 60 διαφ. Μεγέθη με οδηγούς καλουπιών.
165.	ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΒΟΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ	(1) Να έχει υψηλή αντοχή θλίψης, άμεση τελική σκληρότητα, εξαιρετική ροή και ιδανική προσκόλληση στην οδοντική ουσία (2) Να διατίθεται σε συσκευασία 2 συριγγών Α3 με τουλάχιστον 20 ρύγχη ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη
166.	ΚΟΝΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(1) Να είναι με ή χωρίς ευγενόλη (2) Να διατίθεται σε σωληνάρια βάση – πάστα σωληνάριο – καταλύτης (πάστα) για ανάμιξη με το χέρι
167.	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΗΡΟΥ	Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
168.	ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ	(1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (ανοξειδωτο μέταλλο ή πλαστικό) (2) Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο
169.	ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ	Από 100% βαμβάκι διαφόρων μεγεθών εμποτισμένα με αιμοστατικό διάλυμα ή όχι
170.	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	Από οξείδιο του αργιλίου 32% σε υγρό
171.	ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	(1) Για χρήση σε ηλεκτρονικό μηχάνημα εντοπισμού του ακρορριζίου (2) Να είναι συμβατό με το μηχάνημα του νοσοκομείου (3) Να είναι αποστειρώσιμο σε κλίβανο αυτόκαυστο

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
172.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΟΙ	Ανθεκτικά σε αυτόκαυστο.
173.	ΧΑΡΤΙ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ	Διαστάσεων 8'' x 10'' .
174.	ΣΥΡΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	Σύσταση Νικελίου – Τιτανίου.
175.	ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση.
176.	ΣΥΡΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση.
177.	ΣΥΡΜΑ ΤΜΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ	α. Κατασκευασμένοι από σύρμα Β τιτανίου. β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση.
178.	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΧΥΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. Να φέρει τριπλό χυτό σωληνίσκο - 14" Tq, 00 Tip, 100 Offset με εγκοπή 0.22" , υπερώιο cleat, hook ,σωληνίσκο εξωστοματικού ουλικά, convertible.
179.	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. Να φέρει διπλό χυτό σωληνίσκο μετατρεπτό με υποδοχή για lipbumper με εγκοπή 0.22"- 20 °Tq, 0 °Tίρ 0 ° Offset, hook και γλωσσικό cleat, convertible
180.	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. 2. Να φέρει χυτό άγκιστρο, εγκοπή 0.22" -70 Tq +0 A και υπερώιο cleat.
181.	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. Να φέρει χυτό άγκιστρο, εγκοπή 0.22" -120 Tq , +2° A και γλωσσικό cleat.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
182.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. 0.22" σχισμής, 140 Tq 00 Tip και hook.
183.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. 0.22" σχισμής 20°Tip, 00 Tip και hook.
184.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 0.22" ΚΑΙ 0° Tq.	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. Σχισμή 0.22" και 0°Tq.
185.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 0.22" ΚΑΙ 0° Tq.	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. β. Σχισμή 0.22" και 0°Tq.
186.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ BUTTONS ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
187.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ HOOKS ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΑΣΗ	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
188.	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0.22" ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΥΤΑ ΜΕ HOOK ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΒΤ.	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι – βάση με πλέγμα
189.	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 0.22" ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ HOOK ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΔΟΝΤΕΣ	Άγκιστρα κεραμικά 0.22" αυτοκόλλητα με Hook στους κυνόδοντες με βάση με πλέγμα.
190.	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ HOOKS 0.17X0.25	Από ανοξείδωτο χάλυβα.
191.	ΥΠΕΡΩΙΕΣ ΔΟΚΟΙ	Από ανοξείδωτο χάλυβα με προσχηματισμένα loops
192.	ΑΓΚΙΣΤΡΑ COMPOSITE 0.22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ HOOK ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΒΤ.	Βάση με πλέγμα
193.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΙΩΜΕΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΣΕ ΣΕΤ.	Να περιέχει τον συγκολλητικό παράγοντα και την ρητίνη σε σύριγγα
194.	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ- ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ - ΧΡΥΣΟΥ.	Να είναι αδροποιητικό, το ζελέ για την απομόνωση των αυλών και το conditioner.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
195.	ΤΑΙΝΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΕΛΞΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ.	Να είναι κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας αφρολέξ και ύφασμα.
196.	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ.	Μηχανισμός αποτελούμενος από το ελατήριο και το κλίπ ασφάλισης σε πακέτο των πέντε (5) τεμαχίων.
197.	ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΞΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΦΡΟΛΕΞ.	Να είναι κατασκευασμένη από αφρολέξ και ύφασμα υψηλής ποιότητας.
198.	ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΞΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΦΡΟΛΕΞ.	Να είναι κατασκευασμένη από αφρολέξ και ύφασμα υψηλής ποιότητας.
199.	ΜΑΣΚΑ DELAIRE	Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με υποδοχές για το μέτωπο και το γένειο, ρυθμιζόμενη.
200.	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΕ STOP, ΚΟΝΤΟΥ ΕΞΩΤ ΣΚΕΛΟΥΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ).	Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με προσχηματισμένη αγκύλη.
201.	ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 0.10" & 0.12".	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.10'' ή 0.12''
202.	ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0.10" & 0.12".	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.10'' ή 0.12''
203.	ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΚΟΒΑΥΑΣΗ ΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 0.12".	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.12''
204.	ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΚΟΒΑΥΑΣΗ ΜΑΚΡΙΕΣ 0.14".	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.14''
205.	ΓΥΨΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘ. ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ.	Γύψος ειδικός σκληρός ορθοδοντικών εκμαγείων.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
206.	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΚΟΝΗ	Ακρυλικό κατασκευής ορθοδοντικών μηχανισμών με δυνατότητα άριστης στίλβωσης.
207.	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ.	Υψηλής ποιότητας μονομερές υγρό για κατασκευή άριστων ακρυλικών μηχανισμών.
208.	ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ.	Κατασκευασμένη από πλαστικό – διάτρητο, σε διάφορα μεγέθη και αποστειρώσιμα.
209.	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ "ΜΝΗΜΗΣ" ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΤΕΝΗ Ή ΦΑΡΔΙΑ Ή ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΛΕΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4.7Μ.	Κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό Latex σε ρολό των 4.7m .
210.	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ .120" ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜ.	Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας Latex σε συσκευασία των 1000 τεμ.
211.	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.20", Η 0.25".	Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας Latex για πρόσδεση σε ορθοδοντικό σύρμα διαμέτρου 0.20" ή 0.25".
212.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ .018" Ή 0.20"	Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας Latex διαμέτρου 0.18'' ή 0.20'' για κάλυψη ορθοδοντικού σύρματος.
213.	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΦΩΝ.	Κατασκευασμένη από Latex.
214.	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ (ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ).	Κατασκευασμένα από Latex, ανθεκτικά στο στοματικό περιβάλλον σε συσκευασία των 1000 τεμ .
215.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ (1/4" 3 1/4" ΟΖ Ή 3/16" 3 1/2" ΟΖ Ή 5/16" 2 ΟΖ)	Κατασκευασμένοι από NONLatex υλικό, σε φάκελο των 100 τεμ, διαφόρων δυνάμεων ειδικά για ασθενείς με αλλεργία στο LATEX.
216.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΡΙΠΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ.	Ταινία λείανσης με αποτριπτικό στη μια της επιφάνειας, σε συσκευασία 10 τεμ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
217.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΣΕΤ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΡΙΠΤΙΚΕΣ(ΤΑΙΝΙΕΣ)	Σετ αποτελούμενο από εργαλεία με υποδοχή για μικρές αποτριπτικές ταινίες.
218.	ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΕΓΓΥΣ-ΑΠΩ ΑΠΟΤΡΙΒΗ ΟΔΟΝΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ Η ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ.	Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο.
219.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΟΜΦΙΩΝ JONE'S JIG ΣΕ ΣΕΤ.	Σετ δύο τεμαχίων με υποδοχές για πρόσδεση σε άνω και κάτω τόξο.
220.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ JUSPER JUMPER ΣΕ ΣΕΤ.	Σετ δύο τεμαχίων με υποδοχές για πρόσδεση σε άνω και κάτω τόξο.
221.	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙ-ΤΙ ΜΕ ΕΥΕΛΕΤΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ 150ΓΡ ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ.	Κατασκευασμένο από Νικέλιο – Τιτάνιο με στρόγγυλες υποδοχές για πρόσδεση στα δύο άκρα του.
222.	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙ-ΤΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ.	Κατασκευασμένο από Νικέλιο – Τιτάνιο, ανοικτό ή κλειστό σε ευθεία τμήματα σε συσκευασία 10 ράβδων.
223.	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ .0.08" Ή 0.10"	Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.008'' ή 0.010''
224.	ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΡΜΑ 0.22"Χ 0.25" (CRLMPABLE HOOK) ΣΕ ΦΑΚ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ.	Άγκιστρο με εγκοπή για τοποθέτηση σε ορθοδοντικό τόξο διάστασης 0.22x0.25 σε φάκελο των 10 τεμ.
225.	ΣΚΟΝΗ Η ΥΓΡΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΝΣΕΣ.	Να μην διαβρώνει και να μην καταστρέφει τα κοπτικά άκρα των ορθοδοντικών πενσών.
226.	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.	Να μην περιέχει φορμαλδεύδη.
227.	ΚΕΡΙ ΡΟΖ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.	Υψηλής ποιότητας ροζ κερί σε φύλλα.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
228.	ΚΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ.	Μαλακό κερί σε ράβδους.
229.	ΚΕΡΙ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ.	Μαλακό λευκό κερί σε ράβδους.
230.	ΚΕΡΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.	Ειδικό κερί για καταγραφή δήξης με ενσωματωμένο φύλλο αλουμινίου.
231.	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΓΥΨΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ.	Να απολυμαίνεται σε χημική απολύμανση.
232.	ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΓΥΨΟΥ	Ελαστικό μπολ, μεγάλου μεγέθους, καλής ποιότητας.
233.	ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	Μικρό μπολ από σιλικόνη.
234.	ΜΟΛΥΒΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΚΟΚΚΙΝΟ.	Ειδικό μολύβι αδιάβροχο για καταγραφές επάνω στο ορθοδοντικό σύρμα.
235.	ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΝΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.	Σπρέι ειδικής σιλικόνης για λίπανσης ορθοδοντικών πενσών.
236.	ΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ.	Μαλακό φύλλο για νάρθηκες πάχους 1mm έως 5mm σε συσκευασία των 10 ή 100 τεμ.
237.	ΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΥΤΗGUADS.	Υπερελαστικό υλικό σε πάχος 1.8mm έως 2.5mm, σε συσκευασία των 10 ή 100 τεμ.
238.	ΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ(ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΚΑΙCPLUS).	Διαφανές σκληρό φύλλο με ενδοτικότητα σε πάχος 0,5mm έως 2mm σε συσκευασία των 10 ή 100 τεμ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
239.	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ 022"X025" ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ.	Άγκιστρο διαστάσεων 0.22''x0.25'' με δυνατότητα τοποθέτησης σε ορθοδοντικό σύρμα.
240.	ΧΕΙΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΤΟΞΟ (LIPBUMPER).	Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 0.45' διαφόρων μεγεθών με προσχηματισμένα loops.
241.	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΜΙΝΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ	Διαμέτρου 1.2 , 1.4mm και μήκους 6mm, 8mm και 10mm από κράμα τιτάνιου
242.	ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 1ης ΤΑΞΗΣ(NONCOMPLIANT) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟ	Κατασκευασμένο από μεταλλικό κράμα και βιοσυμβατά υλικά διαφόρων μεγεθών σε συσκευασία των 5 ή 20.
243.	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ	Με ενσωματωμένο κινητό περιστρεφόμενο χάρακα και παραστάσεις δοντιών για ιχνογράφηση.
244.	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.	Παρειοκάτοχο κατασκευασμένο από πλαστικό με μεταλλικό σκελετό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο.
245.	ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.	Παρειοκάτοχο κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο
246.	ΓΛΩΣΣΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ .	Κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο κλίβανο με υποδοχή για σιελαντλία (2 μεγέθη- 1 για ενήλικες και 1 για παιδιά).
247.	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΓΥΨΟΥ	Με ξύλινη λαβή και ειδικά διαμορφωμένη λάμα για αποκοπή γύψου.
248.	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΗΜΙΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΟΣ ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΥΠΟΥ WHIP MIX.	Αρθρωτήρας με προσωπικό τόξο με δυνατότητα ρύθμισης των κονδυλικών μετακινήσεων.
249.	ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ	Απλός αρθρωτήρας χωρίς δυνατότητα ρυθμίσεων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
250.	ΘΗΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 12 ΘΕΣΕΩΝ.	Κατασκευασμένο από υλικό Fiberglass.
251.	ΘΗΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΡΟΛΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ.	Θήκη με ειδικό οριζόντιο κυλινδρικό στέλεχος για την υποδοχή ρολών ελαστικών αλυσίδων.
252.	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΓΧΡΩΜΑ.	Να μην τα διαπερνά η υπεριώδης ακτινοβολία .
253.	ΘΗΚΗ ΦΡΕΖΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	Με ειδικές υποδοχές για μικρής και μεγάλης διαμέτρου φρέζες.
254.	ΘΗΚΗ ΦΡΕΖΩΝ ΑΕΡΟΤΟΡ-ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ.	Με ειδικές υποδοχές για μικρής και μεγάλης διαμέτρου φρέζες.
255.	ΠΙΕΣΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ.	Κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό με μεταλλικό τετράγωνο άκρο ανθεκτικό σε αυτόκαυστο κλίβανο
256.	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΝ (ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΗ).	Ανιχνευτήρας οδοντιατρικός από άριστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, με μικρή κεφαλή.
257.	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΝΥΧΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΡΟ.	Ειδικό εργαλείο διπλού άκρου από την μία ονυχοειδές και από την άλλη κεφαλή πίεστρο.
258.	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΝ.	Εργαλείο διπλού άκρου με ειδική εγκοπή σε κάθε άκρο για την καθοδήγηση των προθέσεων.
259.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.	Με διαβαθμίσεις ανά 0.1mm και μεταβαλλόμενο μεταλλικό πλαίσιο με μοχλό σταθεροποίησης.
260.	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΧΤΥ.	Ειδική θήκη για χημική απολύμανση εργαλείων με αποσπώμενο εσωτερικό δίχτυ.
261.	ΚΑΘΕΡΕΦΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	Αποστειρώσιμο, διαφόρων σχημάτων από ανθεκτικό υλικό.

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
262.	ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	α. Να εμφανίζει οστεοεσυνεργικές ιδιότητες β. Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος γ. Να διατίθεται σε μορφή κόκκων 0.5-1.0 χιλ. και 1 χιλ.-2 χιλ. δ. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία ε. Να είναι εύκολο στη χρήση του στ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό ζ. Να φέρει ημερομηνία λήξης
263.	ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	α. Να εμφανίζει οστεοεπαγωγικές ιδιότητες β. Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος γ. Να απορροφάται σε χρονικό διάστημα 2-4 εβδομάδων δ. Να διαθέτει φλοιώδη και σπογγώδη προέλευση ή και συνδυασμό τους ε. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία στ. Να είναι εύκολο στη χρήση του ζ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό η. Να φέρει ημερομηνία λήξης
264.	ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΑ ΦΑΤΝΙΑ	α. Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου β. Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες γ. Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος δ. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία ε. Να είναι εύκολο στη χρήση του στ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό ζ. Να φέρει ημερομηνία λήξης
265.	ΑΚΥΤΤΑΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	α. Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου β. Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες γ. Να προάγει τη δημιουργία ζώνης κερατινοποιημένων ιστών δ. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία ε. Να έχει πάχος 1.2-1.7 χιλ.στ. Να είναι εύκολο στη χρήση του ζ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό η. Να φέρει ημερομηνία λήξης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
266.	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	α. Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου β. Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες γ. Να διαθέτει ιδιότητες αποκλεισμού των κυττάρων του επιθηλίου και του συνδετικού ιστού δ. Να μην απορροφάται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 εβδομάδων ε. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία στ. Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις: α. 15Χ20 χιλ β. 25Χ30 χιλ. γ. 30Χ40 χιλ. ζ. Να είναι εύκολη στη χρήση της η. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό. θ. Να φέρει ημερομηνία λήξης
267.	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	α. Να μην προκαλεί αντίδραση στους ιστούς β. Να μην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επούλωσης γ. Να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις δ. Να μην έχει καρκινογόνες ιδιότητες ε. Να αποστειρώνεται εύκολα στ. Να είναι εύχρηστο ζ. Να διατηρεί τη δύναμη ασφάλειας και συγκράτησης των κόμβων για μεγάλο χρονικό διάστημα η. Να έχει ελεγχόμενη ελαστικότητα
268.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	α. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα β. Να μην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επούλωσης γ. Να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις δ. Να μην έχει καρκινογόνες ιδιότητες ε. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία στ. Να είναι εύχρηστο ζ. Να διατίθεται σε συσκευασία μίας χρήσεως
269.	ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	α. Να είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά β. Να αποστειρώνονται εύκολα γ. Να είναι κατάλληλα για υπερουλική, ή υποουλική αποτρύγωση ή ειδικά διαμορφωμένα για την περιοχή συμβολής των ριζών δ. Να είναι συμβατά με αντίστοιχες πιεζοηλεκτρικές συσκευές του νοσοκομείου

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
270.	ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	α. Να είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά β. Να αποστειρώνονται εύκολα γ. Να είναι κατάλληλα για υπερουλική, ή υποουλική αποτρύγωση οδοντικών εμφυτευμάτων δ. Να είναι συμβατά τις αντίστοιχες πιεζοηλεκτρικές συσκευές του νοσοκομείου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ II

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ⁽¹⁾:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ⁽²⁾:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ⁽³⁾:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔ ⁽⁴⁾	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ⁽⁵⁾	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ⁽⁶⁾

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ⁽⁷⁾

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ–Α–00134).

(2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1^η).

(3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1^η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.

(4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι αριθμοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου (Παράδειγμα: Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρεις έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά (Παράδειγμα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται από ...). Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μίας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση.

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.

(7) Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ III

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(υπόδειγμα)

Ο υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου) του (όνομα πατρός), αρ. ταυτότητας κάτοικος, επί της οδού αριθ., ΤΚ

ΔΗΛΩΝΩ

ως νόμιμος εκπρόσωπος της (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης) ότι:

Η περιγραφή υλικού, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία κατασκευής και το υπόλοιπο της διάρκειας ζωής, για τα υλικά του διαγωνισμού έχουν ως εξής:

A/A	Περιγραφή Υλικού	Παρτίδα	Ημερομηνία κατασκευής	Υπόλοιπο διάρκειας ζωής

Ο

ΔΗΛΩΝ

(Τίθεται Υπογραφή- Σφραγίδα)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	
ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	