

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00327

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>  
ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>

ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΡΛ HIGH  
DEFINITION (HD)

03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 1η

### Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

Να τροποποιηθούν οι παρακάτω παράγραφοι :

**4.2.1** Να είναι έγχρωμη ενδοσκοπική βιντεοκάμερα κατάλληλη για ιατρική χρήση, τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας και να διαθέτει σήμα υψηλής ανάλυσης (Full High Definition – 1920x1080 pixels ή καλύτερο) και δυνατότητες ψηφιακής επεξεργασίας ,εξόδου HD σήματος (DVI, HDMI κτλ) και αποθήκευσης αυτού (**ενδεικτικά μέσω** θύρας USB /HDD).

**4.2.2** Να διαθέτει στην κεφαλή **τρία (3)** CMOS ή τρία (3) CCD.

### **4.3 Οπτικές (Ακαμπτα ενδοσκόπια τύπου Hopkins)**

**4.3.1** Ζητούνται τέσσερις (4) οπτικές ενδοσκοπικής χρήσης διαμέτρου 4χιλ και μήκους εργασίας τουλάχιστον **17,5** εκατ.:

- α. Μια 0 μοιρών (ευθείας οράσεως)
- β. Μια 30 μοιρών
- γ. Μια 45 μοιρών
- δ. Μια 70 μοιρών

**Πηγή Φωτισμού και Καλώδια παροχής ρεύματος – μεταφοράς φωτός**

**4.4.2** Σε περίπτωση που προσφερθεί πηγή XENON να διαθέτει απαραίτητα εναλλακτική λυχνία ώστε να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης της πρωτεύουσας λυχνίας.

### **στ. Λοιπός εξοπλισμός**

Με αμετάβλητες προδιαγραφές, καθώς είτε δεν έγιναν σχόλια (π.χ. Χειρουργικό Μικροσκόπιο για N/X χρήση), είτε τα σχόλια οδηγούσαν σε τροποποίηση των προδιαγραφών προς το χειρότερο (π.χ. Χειρουργικό Μικροσκόπιο Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής), είτε οι προδιαγραφές εκδόθηκαν ή επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα (π.χ. Ψηφιακός Αγγειογράφος – Στεφανιογράφος)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
ΠΕΔ-Α-00327  
ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>

ΣΥΝΤΑΞΗ

Σχης (ΥΟ) Αικατερίνη Μίχου

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ