

# **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

ΠΕΔ-Α-00341

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>  
1<sup>ης</sup> ΕΚΔΟΣΗΣ

## **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Να προστεθούν στην Προσθήκη Ι, τα παρακάτω υλικά :

| <b>A/A</b>                   | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ</b>   | <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>   |
|------------------------------|---|---|
| <b>ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ</b>            |   |   |
| 56.                          | <b>ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                      | Μονοπολικός ηλεκτροχειρουργικός σπειρέας, κατάλληλος για διατομή δέρματος, ανατομή και αιμόσταση. Με θήκη ασφαλείας. Συνοδός εξοπλισμός: γεννήτρια ηλεκτροχειρουργικής με προηγμένη δράση τομής (ace mode).   |
| 57.                          | <b>ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ</b> | Ο ηλεκτροχειρουργικός στυλεός να διαθέτει PTFE ηλεκτρόδιο με ενσωματωμένο εκκενωτή καπνού τριών θέσεων συγκράτησης. Να διατίθεται σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης και με συνοδός εξοπλισμός συσκευής αναρρόφησης καπνού  |
| 58.                          | <b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>           | Ηλεκτρόδιο επιστροφής ασθενούς πολλαπλών χρήσεων που να εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών από εγκαύματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχειρουργικής. Να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια διάρκεια ζωής με κατασκευαστική εγγύηση. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 90 cm μήκος, 50 cm πλάτος και λιγότερο από 0,125 cm πάχος και το βάρος του να μην ξεπερνά τα 2 κιλά. Να είναι κατάλληλο για όλους τους ασθενείς, από νεογνά έως ενήλικες (>350gr). Να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές του, να είναι ακτινοδιαπερατό και να μην διαθέτει latex. Να είναι συμβατό με όλες τις μονωμένες ηλεκτροχειρουργικές γεννήτριες. |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ</b> |   |   |
| 59.                          | <b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ</b>                                      | Ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας μιας χρήσης με αντικολλητική επικάλυψη PTFE (τύπου Colorado) (μήκους περίπου 5,1 εκ)  |
| 60.                          | <b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ</b>                                      | Ηλεκτρόδιο μονοπολικής διαθερμίας τύπου λεπίδας μιας χρήσης από αντικολλητικό PTFE υλικό. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη που θα ορίζει η διακήρυξη. Να είναι συμβατό με τις συσκευές και τα υλικά που υπάρχουν στο χώρο του εκάστοτε χειρουργείου.   |

| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ<br>ΠΕΔ-Α-00341<br>ΕΚΔΟΣΗ 1 <sup>η</sup><br>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 <sup>η</sup> |                               |
|---|-------------------------------|
| ΣΥΝΤΑΞΗ   | Επγος (ΥΙ) Ιωάννης Σπυριδάκης |
| ΕΛΕΓΧΟΣ   |                               |
| ΘΕΩΡΗΣΗ   |                               |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  |                               |