

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00365

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

1. Να προστεθεί στην Προσθήκη Ι, κατηγορία «Διάφορα» και με Α/Α 103, το παρακάτω υλικό :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην ΠΕΔ-Α-00365

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
103	<p>Σύστημα αναρρόφησης λιθοθρυψίας</p> <p>CPV : 33125000-2</p>	<p>Να είναι μιας χρήσης, αποτελούμενο από υδρόφιλο καθετήρα –θηκάρι, δοχείο για τη συλλογή και μεταφορά των λίθων για ανάλυση και σωλήνα σύνδεσης. Ο καθετήρας να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο πλαϊνό αυλό γωνίας 45° για την αναρρόφηση των θραυσμάτων, διαστολέα και πώμα σφράγισης με οπή για την είσοδο του ενδοσκοπίου. Να είναι κατάλληλος για χρήση με ουρητηροσκόπιο, νεφροσκόπιο και κυστεοσκόπιο. Να διατίθεται στις ακόλουθες διαστάσεις : α. Διάμετρος : ID/OD : 10/12 Fr, 11/13 Fr, 12/14 Fr, 13/15 Fr, 14/16 Fr, 16/18 Fr, 18/20 Fr, 20/22 Fr, 22/24 Fr β. Μήκος : 13cm, 17cm, 21cm, 24cm, 26cm, 36cm, 40cm και 55cm</p>

ΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-00365 ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ^η	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Αναστασία Λειβαδιώτου Ανθστης (ΥΓ)
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	