

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00365

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2<sup>η</sup>  
1<sup>ης</sup> ΕΚΔΟΣΗΣ

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ**

05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**2<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**  
**Από ΓΕΑ/ΔΥΓ**

1. Να τροποποιηθεί στην Προσθήκη Ι, κατηγορία «Αναλώσιμα υλικά Ουρολογίας» η παράγραφος με Α/Α 56, ως εξής :

**ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην ΠΕΔ-Α-00365**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</b>
56	Υδρόφιλο θηκάρι  CPV : 33141200-2	Υδρόφιλο θηκάρι (μονού ή διπλού αυλού, διαμέτρου και μήκους που θα ορίζονται στη διακήρυξη), πρόσβασης ενισχυμένης σκληρότητας για την προσέγγιση του ουρητήρα μέσω εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Να διαθέτει διαστολέα μειωμένης διαμέτρου με εύκαμπτο, ακτινοσκιερό και ατραυματικό άκρο. Το σύστημα να διαθέτει σύστημα κλειδώματος του διαστολέα με το θηκάρι για χειρισμό με ένα χέρι. Να διατίθεται σε διαστάσεις αυξανόμενης εξωτερικής διαμέτρου.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-00365 ΕΚΔΟΣΗ 1 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 <sup>η</sup>	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Γρηγόριος Ραππίδης Σμχος (ΥΙ)
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	