

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α –00394

ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Στην παράγραφο **4.2 (Χαρακτηριστικά Επιδόσεων)**, αντικαθίσταται οι κάτωθι υποπαράγραφοι :

- 4.2.6** Να διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό ηλεκτρονική διορθική κεφαλή συχνοτήτων 5MHz έως 10MHz 6R με γωνία απεικόνισης απαραίτητως 360° για σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού και άλλων βλαβών της περιοχής λόγω των πολλαπλών δομών και της καλύτερης ευκρίνειας που προσφέρει.
- 4.2.7** Να διαθέτει πρόγραμμα Ελαστογραφίας μέσω ειδικού λογισμικού που να συνεργάζεται με το προσφερόμενο υπερηχοενδοσκόπιο και με μεγάλο αριθμό ηχοβόλων κεφαλών (convex και linear)
- 4.2.8** Να διαθέτει απεικόνιση με σκιαγραφικό μέσο (Contrast Specific Imaging)
- 4.2.10** Να διαθέτει τεχνική ώστε να καθορίζεται αυτόματα ή ομοιομορφία της εικόνας
- 4.2.11** Να διαθέτει τεχνική για αυτόματη ομοιογένεια στο B-MODE καθώς και αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων Doppler

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ-Α-00394

ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ