

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00424

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 4.2.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.2.2 Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 5 Kg με την ενσωματωμένη μπαταρία), ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά του μέσω χειρολαβής και να διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε φορείο ή κλίνη ασθενούς καθώς και εντός της κινητής μονάδας προνοσοκομειακής φροντίδας.»

2. Η παράγραφος 4.2.6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.2.6 Να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με οξυγόνο (O₂) από παροχή νοσοκομείου με συνδετικό τύπου Bayonett τριών ακίδων και παροχή ασθενοφόρου με ταχυσύνδεσμο, καθώς και από μικρές ή μεγάλες φιάλες.»

3. Η παράγραφος 4.2.9 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.2.9 Να επιτρέπει την εφαρμογή τουλάχιστον στους παρακάτω τύπους αερισμού:

- ελεγχόμενου αερισμού όγκου (IPPV)
- συγχρονισμένου υποβοηθούμενου αερισμού όγκου (SIMV)
- αυτόματου υποβοηθούμενου αερισμού πίεσης (Spont)
- μη επεμβατικού αερισμού (NIV)

Να έχει τη δυνατότητα εγγυημένου όγκου αναπνοής στα ανωτέρω μοντέλα αναπνοής πίεσης. Σε όλα τα μοντέλα αερισμού να μπορεί εφαρμοστεί θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP). Να αναφερθούν επιπλέον μέθοδοι αερισμού ή λειτουργίες.»

4. Η παράγραφος 4.2.10 διαγράφεται.

5. Η παράγραφος 4.5.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.5.2 Ο προμηθευτής πρέπει να επισκεφθεί το ασθενοφόρο που θα τοποθετηθεί ο αναπνευστήρας και να μεριμνήσει για την τοποθέτηση, στήριξη, σταθεροποίησή του υπό προμήθεια είδους, δίπλα στη θέση του ασθενούς, με δυνατότητα εύκολης απασφάλισής του. Η εργασία διαμόρφωσης του ασθενοφόρου να μη διαρκέσει περισσότερο από μία εργάσιμη ημέρα.»

**ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

ΠΕΔ - Α - 00424

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019