

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–00466

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

28 ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

1. Να προστεθούν τα παρακάτω στις αντίστοιχες παραγράφους :

4.1.8 «Η χειρουργική κασετίνα που θα χορηγείται θα αντικαθίσταται μετά την τοποθέτηση 30 εμφυτευμάτων πλήρως εναρμονιζόμενη με τα διαθέσιμα εμφυτεύματα της εταιρείας».

4.1.9 «Η εταιρεία εμφυτευμάτων θα δύναται να χορηγήσει μεγάλη ποικιλία μεγεθών εμφυτευμάτων από 2.5 χιλιοστών έως και τουλάχιστον 5.5 χιλιοστών πάχους»

5.1.4 «Η συσκευασία του εμφυτεύματος θα συνοδεύεται από έντυπο στο οποίο θα μπορούν να αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενή και το είδος του εμφυτεύματος που τοποθετήθηκε. Το έντυπο θα δίνεται στον ασθενή μετά την τοποθέτηση για μετέπειτα ταυτοποίηση του εμφυτεύματος (ταυτότητα εμφυτεύματος – patientpassport).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-00466 ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ^η	
ΣΥΝΤΑΞΗ	Ανθυπασπιστής (ΥΓ) Αναστασία Λειβαδιώτου
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	