

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00514

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΕΒUS ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΒΝΑ
ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 1η Από ΓΕΣ/ΔΥΓ

Να τροποποιηθούν οι παρακάτω παράγραφοι :

4.2.6.1.5 Να ενσωματώνει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης διαφοροποίησης παθολογικού από φυσιολογικό ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου **και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια.**

4.2.6.2.1 Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή από τον βίντεο-επεξεργαστή με λυχνία 300 Watt XENON. Να διαθέτει απαραίτητα εφεδρική λυχνία **για την ασφαλή απόσυρση του ενδοσκοπίου, η οποία να ενεργοποιείται όταν η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας.**

4.2.6.3.2 Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους τουλάχιστον 80°, με προσθιοπλάγια όραση τουλάχιστον 10°. Να διαθέτει τη δυνατότητα οπτικού πεδίου σάρωσης (scanning) τουλάχιστον 60° παράλληλα με την διεύθυνση εισαγωγής του ενδοσκοπίου

4.2.6.3.9 Να εκτελεί γωνιώσεις προς τα πάνω τουλάχιστον 120° και προς τα κάτω τουλάχιστον 70°

Έγχρωμος Τροχήλατος Υπερηχοτομογράφος

4.2.6.4.1 Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αμφίδρομης λειτουργίας (δισδιάστατα/έγχρωμα ή Doppler ισχύος ή παλμικών κυμάτων ή ταυτόχρονη λειτουργία triplex - triplex σε πραγματικό χρόνο). Αρμονική απεικόνιση ιστών.

4.2.6.4.3 Να διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, προς αξιολόγηση. **(Ψηφιακή αρχειοθέτηση απεικονίσεων περιλαμβανομένου σκληρού δίσκου τουλάχιστον 30 GB για τουλάχιστον 20.000 απεικονίσεις έγχρωμων εικόνων ή 60.000 ασπρόμαυρων εικόνων)**

4.2.6.5 Ενδοσκοπικό μόνιτορ LCD

4.2.6.5.1 Να είναι τουλάχιστον 27", έγχρωμο, νέας τεχνολογίας τύπου LED, πολύ υψηλής απόδοσης και ευκρίνειας. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 1080 pixels.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-00514
ΕΚΔΟΣΗ 1^η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

ΣΥΝΤΑΞΗ

Σχης (ΥΟ) Αικατερίνη Μίχου

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ