

# **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

ΠΕΔ – Α – 00753

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>  
ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ**

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 251ΓΝΑ

1. Να γίνει αφαίρεση των κάτωθι παραγράφων

4.2.2.1

4.2.2.3

4.2.6

4.2.8

4.2.9

4.2.11

4.2.13

2. Τροποποίηση παραγράφου

4.2.10 Να υπάρχει αρθρωτός βραχίονας για την μετακίνηση, ευθυγράμμιση και εστίαση της κεφαλής στον οφθαλμό του ασθενή και ασύρματο χειριστήριο για την μετακίνηση, ευθυγράμμιση και εστίαση της δέσμης ακτινοβολίας στους άξονες X, Y και Z, ενώ η κεφαλή να μετακινείται χειροκίνητα από ειδικές λαβές.

3. Να γίνει προσθήκη παραγράφου

4.2.18 Να υπάρχει ενσωματωμένη τροχήλατη βάση για εύκολη μετακίνηση εντός του χώρου θεραπείας.

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α -00753 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
	ΣΥΝΤΑΞΗ
	ΕΛΕΓΧΟΣ
	ΘΕΩΡΗΣΗ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ