

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01022

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΚΟΡΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:

ΣΠΤΠ Α - 005 – «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – ΕΔΡΑ»

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΤ

1.	Τύπος στήριξης καθίσματος ασθενή	Επιδαπέδιο, με ικανότητα ανύψωσης τουλ. 160 κιλών.
2.	Τύπος εργαλειοφόρου κεφαλής	Ενσωματωμένη στην έδρα.
3.	Προσπέλαση σωλήνων εργαλείων	Πάνω από την ταμπλέτα.
4.	Αριθμός / τύπος γραμμών εργαλείων	Δύο γραμμές υψηλών με φως, μια γραμμή χαμηλών και μια γραμμή συσκευής υπερήχων. Αεροϋδροσύριγγα στο χειριστήριο βοηθού.
5.	Ενσωματωμένος εξοπλισμός γραμμών εργαλείων	Α) Χειρολαβή airtor με πολλαπλό σύστημα ψεκασμού ύδατος και φωτισμό. Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop). Β) Ηλεκτρικό micromotor με ταχύτητα λειτουργίας τουλ. 1.000-40.000rpm με φως και εσωτερικό σύστημα μεταφοράς αέρα και νερού, brushless μοτέρ και ροπή τουλ. 4Ncm. Γ) Γωνιακή χειρολαβή εξισωτική (1:1), με εσωτερική μεταφορά αέρα και νερού για το spray και φως. Δ) Χειρολαβή υπερήχων συχνότητας 28-36kHz συνοδευόμενη από 6 ξέστρα κατάλληλα για υποουλική απόξεση (ή υπερουλική, κατ' επιλογή).
6.	Τύπος πτυελοδοχείου	Με λεκάνη
7.	Χαρακτηριστικά προβολέα	LED ισχύος ≥ 35.000 LUX.
8.	Οθόνη έδρας	$\geq 20"$, LED με MEDIA PLAYER, θύρα USB και ψηφιακή είσοδο εικόνας.

9.	Ενδοστοματική Κάμερα	Όχι
10.	Χρώμα ταπετσαρίας	Επιλογή χρώματος από χρωματολόγιο.
11.	Αεροσυμπιεστής	Όχι.
12.	Χειρουργική αναρρόφηση	Χωρίς – σύνδεση σε υφιστάμενο σύστημα.
13.	Κάθισμα οδοντιάτρου	Ανατομικό με καθ' ύψος ρύθμιση, χρώμα καθ' υπόδειξιν.
14.	Λοιπές απαιτήσεις	1) Συσσκευή φωτοπολυμερισμού σύμφωνα με ισχύουσα ΠΕΔ, κατά προτίμηση ενσωματωμένη στην ταμπλέτα. 2) Συσσκευή αμμοβολής κατ' απαίτηση, έως δύο συσκευές στο σύνολο προμήθειας του τύπου.

ΤΥΠΟΣ Ζ

1.	Τύπος στήριξης καθίσματος ασθενή	Επιδαπέδιο, με ικανότητα ανύψωσης τουλ. 160 κιλών.
2.	Τύπος εργαλειοφόρου κεφαλής	Ενσωματωμένη στην έδρα.
3.	Προσπέλαση σωλήνων εργαλείων	Πάνω από την ταμπλέτα.
4.	Αριθμός / τύπος γραμμών εργαλείων	Δύο γραμμές υψηλών με φως, μια γραμμή χαμηλών και μια γραμμή συσκευής υπερήχων. Αεροϋδροσύριγγα στο χειριστήριο βοηθού.
5.	Ενσωματωμένος εξοπλισμός γραμμών εργαλείων	Α) Χειρολαβή airotor με πολλαπλό σύστημα ψεκασμού ύδατος και φωτισμό. Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop). Β) Χειρολαβή χαμηλών με εξωτερικό σπρέυ, σε luftmotor. Γ) Χειρολαβή υπερήχων συχνότητας 28-36kHz συνοδευόμενη από 6 ξέστρα κατάλληλα για υποουλική απόξεση (ή υπερουλική, κατ' επιλογή).
6.	Τύπος πτυελοδοχείου	Με λεκάνη
7.	Χαρακτηριστικά προβολέα	LED ισχύος ≥ 45.000 LUX.
8.	Οθόνη έδρας	$\geq 20"$, LED με MEDIA PLAYER, θύρα USB και ψηφιακή είσοδο εικόνας.
9.	Ενδοστοματική Κάμερα	Όχι
10.	Χρώμα ταπετσαρίας	Επιλογή χρώματος από χρωματολόγιο.
11.	Αεροσυμπιεστής	Όχι.
12.	Χειρουργική αναρρόφηση	Χωρίς – σύνδεση σε υφιστάμενο σύστημα.

13.	Κάθισμα οδοντιάτρου	Ανατομικό με καθ' ύψος ρύθμιση, χρώμα καθ' υπόδειξιν.
14.	Λοιπές απαιτήσεις	3) Συσσκευή φωτοπολυμερισμού σύμφωνα με ισχύουσα ΠΕΔ, κατά προτίμηση ενσωματωμένη στην ταμπλέτα. 4) Συσσκευή σοδοβολής με δυνατότητα υποουλικού καθαρισμού ως 9χιλ.

ΤΥΠΟΣ Η

	Τύπος στήριξης καθίσματος ασθενή	Επιδαπέδιο, με ικανότητα ανύψωσης τουλ. 160 κιλών.
2.	Τύπος εργαλειοφόρου κεφαλής	Ενσωματωμένη στην έδρα.
3.	Προσπέλαση σωλήνων εργαλείων	Πάνω από την ταμπλέτα.
4.	Αριθμός / τύπος γραμμών εργαλείων	Μια γραμμή υψηλών με φως, μια γραμμή χαμηλών με φως και μια γραμμή συσκευής υπερήχων. Αεροϋδροσύριγγα στο χειριστήριο βοηθού.
5.	Ενσωματωμένος εξοπλισμός γραμμών εργαλείων	Α) Χειρολαβή airtor με πολλαπλό σύστημα ψεκασμού ύδατος και φωτισμό. Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop). Β) Χειρολαβή χαμηλών με εξωτερικό σπρέι, σε luftmotor.
6.	Τύπος πτυελοδοχείου	Με λεκάνη
7.	Χαρακτηριστικά προβολέα	LED ισχύος ≥ 35.000 LUX.
8.	Οθόνη έδρας	$\geq 20"$, LED με MEDIA PLAYER, θύρα USB και ψηφιακή είσοδο εικόνας.
9.	Ενδοστοματική Κάμερα	Όχι
10.	Χρώμα ταπετσαρίας	Επιλογή χρώματος από χρωματολόγιο.
11.	Αεροσυμπιεστής	Όχι.
12.	Χειρουργική αναρρόφηση	Χωρίς – σύνδεση σε υφιστάμενο σύστημα.
13.	Κάθισμα οδοντιάτρου	Ανατομικό με καθ' ύψος ρύθμιση, χρώμα καθ' υπόδειξιν.

ΤΥΠΟΣ Θ

1.	Τύπος στήριξης καθίσματος ασθενή	Επιδαπέδιο, με ικανότητα ανύψωσης τουλ. 160 κιλών.
2.	Τύπος εργαλειοφόρου κεφαλής	Ενσωματωμένη στην έδρα.
3.	Προσπέλαση σωλήνων εργαλείων	Πάνω από την ταμπλέτα.
4.	Αριθμός / τύπος γραμμών εργαλείων	Μια γραμμή υψηλών με φως, μια γραμμή χαμηλών με φως και μια γραμμή συσκευής υπερήχων.
5.	Ενσωματωμένος εξοπλισμός γραμμών εργαλείων	Α) Χειρολαβή airotor με πολλαπλό σύστημα ψεκασμού ύδατος και φωτισμό. Να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop). Β) Ηλεκτρικό micromotor με ταχύτητα λειτουργίας τουλ. 1.000-40.000rpm με φως και εσωτερικό σύστημα μεταφοράς αέρα και νερού, brushless μοτέρ και ροπή τουλ. 4Ncm. Γ) Χειρολαβή υπερήχων συχνότητας 28-36kHz συνοδευόμενη από 6 ξέστρα κατάλληλα για υποουλική απόξεση (ή υπερουλική, κατ' επιλογή), συμβατή με υφιστάμενο εξοπλισμό.
6.	Τύπος πτυελοδοχείου	Με λεκάνη
7.	Χαρακτηριστικά προβολέα	LED ισχύος ≥ 35.000 LUX.
8.	Οθόνη έδρας	$\geq 20"$, LED με MEDIA PLAYER, θύρα USB και ψηφιακή είσοδο εικόνας.
9.	Ενδοστοματική Κάμερα	Όχι
10.	Χρώμα ταπετσαρίας	Επιλογή χρώματος από χρωματολόγιο.
11.	Αεροσυμπιεστής	Όχι.
12.	Χειρουργική αναρρόφηση	Χωρίς – σύνδεση σε υφιστάμενο σύστημα.

13.	Κάθισμα οδοντιάτρου	Ανατομικό με καθ' ύψος ρύθμιση, χρώμα καθ' υπόδειξιν.
14.	Λοιπές απαιτήσεις	

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

HMEPOMHNIA