

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ- Α- 01100

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
1^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

Αυτόματος Απινιδωτής (ΑΕΔ)

28 Απριλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ–ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η παράγραφος **4.1.3** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς που διαθέτει ιμάντα ανάρτησης για ευκολότερη μεταφορά ή ο απινιδωτής να διαθέτει εργονομική λαβή και θήκες για την αποθήκευση των εξαρτημάτων του, ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) ενηλίκων μιας χρήσεως, ένα (1) ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) παιδών μιας χρήσεως καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.»

Η παράγραφος **4.2.2** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να παρέχει ταχεία φόρτιση (0-200 J σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα) με καινούργια (πλήρως φορτισμένη) μπαταρία.»

Η παράγραφος **4.2.3** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να λειτουργεί με μπαταρία μη επαναφορτιζόμενη, και να αποδίδει τουλάχιστον 120 απινιδώσεις στην ενέργεια των 150 Joules ή 4 h λειτουργίας monitoring, χωρίς την ανάγκη αλλαγής μπαταρίας»

Η παράγραφος **4.2.4** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να μπορεί να πραγματοποιήσει απινιδώσεις από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας (low battery).»

Η παράγραφος **4.2.5** να αντικατασταθεί με την εξής: «Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια σε κατάσταση αναμονής (standby).»

Η παράγραφος **4.2.6** να διαγραφεί.

Η παράγραφος **4.2.8** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να είναι κατάλληλος και για παιδιατρική χρήση με τροποποιημένη ενέργεια απινιδώσεως. Η εναλλαγή χορηγούμενης ενέργειας μεταξύ αυτοκόλλητων pads ενηλίκων και παιδών να γίνεται αυτόματα κατά τη σύνδεσή τους στην συσκευή και να καθορίζεται από τα ισχύοντα πρωτόκολλα»

Η παράγραφος **4.2.10** να αντικατασταθεί με την εξής: «Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα στον απινιδωτή αν δεν χορηγηθεί απινιδώση.»

Η παράγραφος **4.2.11** να αντικατασταθεί με την εξής: «Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και οπτικές (εάν υφίσταται οθόνη) οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines»

Η παράγραφος **4.2.13** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να διαθέτει αυτόματους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη»

Η παράγραφος **4.2.15** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική μνήμη, τουλάχιστον 60 min ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής τους σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού (software) που θα συνοδεύει την συσκευή όπως και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την επιτυχή διασύνδεση της συσκευής με τον Η/Υ.»

Η παράγραφος **4.2.16** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να διαθέτει είτε οθόνη LCD, είτε φωτεινές ενδείξεις προκειμένου σε αυτή να απεικονίζονται διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμοί .»

Η παράγραφος **4.2.17** να διαγραφεί.

Η παράγραφος **4.3.1.1** να αντικατασταθεί με την εξής: «Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούση.»

Η παράγραφος **4.3.1.2** να αντικατασταθεί με την εξής: «Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία 0-40 °C.»

Η παράγραφος **4.3.1.3** να αντικατασταθεί με την εξής: «Υψηλή αντοχή σε εισροή σκόνης ή υγρών, βάσει προτύπου IP54 ή μεγαλύτερου. »

Η παράγραφος **4.5.1** να αντικατασταθεί με την εξής: «Να περιλαμβάνει σε μία συσκευή τον απινιδωτή και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια - εξαρτήματα για πλήρη αξιοποίηση, αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μιας χρήσης για απινίδωση καθώς και ό,τι άλλο χρειάζεται. Επίσης να περιλαμβάνει την επιτόχια βάση με τις προβλεπόμενες σημάνσεις και η τσάντα μεταφοράς του (εάν απαιτείται για την αποθήκευση παρελκομένων.»

Η παράγραφος **4.5.2** να αντικατασταθεί με την εξής: «Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από το επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας και το τεχνικό εγχειρίδιο στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα. Κατά την παράδοση να κατατεθούν και τα δύο με το εγχειρίδιο χρήσης μεταφρασμένο στα ελληνικά.»

Στην **Προσθήκη I** στη παράγραφος **3**, η δεύτερη στήλη να αντικατασταθεί με την εξής: «Απαιτήση πραγματοποίησης τουλάχιστον 120 απινιδώσεων στα 150 Joules με πλήρως φορτισμένη την μη επαφορτιζόμενη μπαταρία (Η πραγματοποίηση περισσότερων απινιδώσεων προσδίδει μεγαλύτερη βαθμολογία)».

Στην **Προσθήκη I** στη παράγραφος **4**, η δεύτερη στήλη να αντικατασταθεί με την εξής: «Αριθμός απινιδώσεων μετά την ένδειξη “low battery” της μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.»

Στην **Προσθήκη I** στη παράγραφος **8**, η δεύτερη στήλη να αντικατασταθεί με την εξής: «Η ύπαρξη οθόνης και το μέγεθος αυτής.»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ - Α - 01100 ΕΚΔΟΣΗ 1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ^η	
ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΕΛΕΓΧΟΣ	
ΘΕΩΡΗΣΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	4/4/2022